

Doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji).				
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca)	PUNKTACJA
1.	Model, Producent	TAK, PODAĆ		
2.	Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondukcjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, nie będące prototypem wyprodukowane nie wcześniej niż rok 2023	TAK		
3.	Autoryzacja producenta na sprzedaż i sprzedaż zaoferowanego systemu na terenie Polski.	TAK		
4.	Serwer wyposażony w odpowiedniej klasy i mocy podzespoły zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania (systemu) do planowania leczenia, który ma być zainstalowany.	TAK		
5.	Serwer wyposażony w System operacyjny typu Windows, sterowniki oraz inne oprogramowanie, zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania (systemu) do planowania leczenia, który ma być zainstalowany.	TAK		
6.	Aktualizacja (upgrade) posiadanej przez Zamawiającego stacji planowania leczenia MIM Maestro wraz z doposażeniem o wszystkie poniżej zapisane funkcjonalności.	TAK		
7.	System posiada funkcję pełni zautomatyzowanego obliczania rozkładu dawki z użyciem algorytmu MonteCarlo jako „secondary QA”	TAK		
8.	System posiada funkcje poprawy jakości obrazów CBCT (redukcja artefaktów, poprawa spójności wartości HU i rozszerzenie pola widzenia)	TAK		
9.	System posiada funkcję analizy gamma	TAK/NIE		TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
10.	System posiada funkcję obliczania liczby jednostek monitorowych MU	TAK		
11.	System posiada licencję dla 3 akceleratorów firmy Elekta model VersaHD	TAK		
12.	System zostanie dostarczony wraz z usługą modelowania dwóch wiązek fotonowych 6MV i 6MV FFF, wykonaną na podstawie danych pomiarowych wiązek dostarczonych przez Zamawiającego	TAK		
13.	System posiada funkcjonalność automatycznego obliczenia dawki i adaptacji konturów do codziennego CBCT	TAK		
14.	System posiada funkcjonalność automatycznego tworzenia raportów			
15.	System posiada funkcjonalność kumulowania dawek frakcyjnych i monitorowania zmian struktur krytycznych i objętości guza wraz z raportowaniem przekroczenia ograniczeń dawki	TAK		
16.	System posiada dostęp do funkcjonalności automatycznego konturowania na obrazach TK i MR zużyciem algorytmów Sztucznej Inteligencji przez okres 2 lat od daty zakupu (bez limitu wykonanych przetworzeń)	TAK/NIE		TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
17.	Organizer kabli komputerowych w kształcie pudełka – 4 sztuki	TAK		

18.	Microsoft Office: Word i Excel – 1 licencja bezterminowe.	TAK		
WYMAGANIA OGÓLNE		PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca)	PUNKTACJA
19.	Okres gwarancji min. 24 miesiące na oprogramowanie oraz usługę w tym opieka powdrożeniowa z <u>włączeniem</u> aktualizacji do najnowszych wersji systemu w ramach posiadanych funkcjonalności.	TAK, PODAĆ 24 m- ce -0 pkt. pow. 24 m cy do 36 m cy – 5 pkt. pow. 36 m cy – 10 pkt		
20.	Oferent na własny koszt przeprowadzi szkolenie personelu medycznego w miejscu instalacji z zasad eksploatacji i obsługi, potwierdzone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych, zakończone wydaniem certyfikatu	TAK		
21.	Oferent na własny koszt przeprowadzi szkolenie fizyków w miejscu instalacji z zasad eksploatacji i obsługi, potwierdzone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych, zakończone wydaniem certyfikatu	TAK		
22.	Oferent dokona ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas dostawy – transportu dostarczy przedmiot umowy – kompletny system , zamontuje, wykona instalację oprogramowania oraz uruchomi nową stację komputerową i poniesie związane z tymi czynnościami koszty.	TAK		
23.	Oferent dostarczy pisemne oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.	TAK		
24.	Oferent wykona pod nadzorem Zamawiającego wymagane prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testy odbiorcze i akceptacyjne, potwierdzone w protokole odbioru	TAK		
25.	Oferent dokona instalacji przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.	TAK		
26.	Oferent dostarczy deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego.	TAK		
27.	Oferent dostarczy: materiały informacyjne dotyczące całego przedmiotu zamówienia, oraz instrukcję obsługi przedmiotu oferty w języku polskim lub angielskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej).	TAK		
28.	Oferent dostarczy wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta do wykonywania instalacji, opieki powdrożeniowej obejmującej okresową konserwację, okresową lub doraźną obsługę serwisową, przeglądy, usuwanie awarii, wad , aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa przedmiotu oferty.	TAK, podać		
29.	Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty.	TAK		
30.	Oferent dostarczy spis punktów serwisowych, lokalizacja (adres, nr tel.)	TAK, podać		
31.	Oferent zapewni czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki/awarii/wady do końca następnego dnia roboczego rozumianego jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	TAK		
32.	Oferent zapewni czas skutecznej naprawy bez użyciaczęści zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii/usterki/wady - max 3 dni robocze rozumiane, jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni	TAK		

	ustawowo wolnych od pracy.			
33.	Oferent zapewni czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii/usterki/wady - max 5 dni robocze rozumiane, jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	TAK		
34.	Oferent zapewni sprzęt zastępczy na czas skutecznej naprawy/awarii/usterki z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – po przekroczeniu 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	TAK		
35.	Oferent zapewni okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 5 lat.	TAK		
36.	Oferent poda godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń awariach/usterkach/ wadach	TAK, podać		

Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ