



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-260/5/2024

Łódź, dnia 21 listopada 2024 r.

Do zainteresowanych prowadzonym postępowaniem

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa produktów leczniczych i płynów infuzyjnych dla WSRM w Łodzi”.

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 1 poz. 18 i czy dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?
lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 6:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.
lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Adres do korespondencji:

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 3

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, fiolek, kilogramów, gramów, mililitrów, litrów, itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Podać pełne ilości opakowań zaokrąglając w górę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? Zamiast: tabletek, tabletek powl., drażetek, kapsułek twardych, elastycznych o przedłużonym uwalnianiu na tabletki, tabletki powl., drażetek, kapsułki twarde, elastyczne o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Zamawiający wyraża zgodę , pod warunkiem zapewnienia ciągłości realizacji umowy.

Pytanie nr 6

Czy w sytuacji, braku dostępności na rynku produktu zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacje pod pakietem?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dot. pakiet 2 pozycja 16 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie produktu HEPARINUM WZF ROZT.DO WSTRZ. 25.000 J.M/5ML 10 FIOL.?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dot. pakiet 2 pozycja 30 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu DIPRIVAN 0,01 G/1ML 5 AMP.A 20ML?

Zamawiający wyraża zgodę.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź ,ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Pytanie nr 9

Dot. pakiet 1 pozycja 21 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaferowanie produktu KETALAR 10 ROZTWÓR DO WSTRZYK. I WLEWÓW 0,01 G/ML 5 FIOL.A 20ML?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Dot. pakiet 1 pozycja 22 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaferowanie produktu KETALAR 50 ROZT.DO WSTRZ. 0,05 G/ML 5 FIOL.A 10ML?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

Dot. pakiet 1 pozycja 16 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaferowanie produktu KWAS TRANEKSAMOWY TILLOMED ROZT.DO WSTRZ. 100 MG/ML 5 AMP. PO 5 ML?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Dot. pakiet 3 pozycja 4 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaferowanie produktu CAPTOPRIL POLFARMEX TABL. 0,0125 G 30 TABL?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Dot. pakiet 3 pozycja 5 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaferowanie produktu CAPTOPRIL POLFARMEX TABL. 0,025 G 30 TABL?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Dot. pakiet 3 pozycja 9 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaferowanie produktu 1. Czy Zamawiający dopuści Hydrocortison VUAB, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji x 1 fiolka ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Dot. pakiet 3 pozycja 10 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaferowanie produktu DEMEZON ROZT.DO WSTRZ. 4 MG/ML 10 AMP.A 1ML?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Dot. pakiet 3 pozycja 11 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaferowanie produktu DEMEZON ROZT.DO WSTRZ. 4 MG/ML 10 AMP.A 2ML?



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź ,ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Dot. pakiet 3 pozycja 13 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie produktu HYDROXYZINUM HASCO TABL.POWL. 0,01 G 30 TABL z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Dot. pakiet 3 pozycja 21 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie produktu METOCLOPRAMIDUM 0,5% POLPHARMA ROZT.DO WSTRZ. 0,01 G/2ML 5 AMP. A 2ML?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

Dot. pakiet 3 pozycja 34 Czy zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie produktu POLTRAM 100 ROZT.DO WSTRZ. 0,1 G/2ML 5 AMP.?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę ma przeliczenie opakowań w przypadku występowania na rynku opakowań z inną liczbą sztuk niż ta opisana w SWZ ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie fiolki na ampułki i odwrotnie ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

poz. 14, 24 i 25

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 3 poz. 14, 24 i 25 do odrębnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie oferentów, a tym samym, wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej cenowo oferty.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Do §1 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację §1 ust. 3 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, a przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §1 ust. 3 jest na tyle nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź ,ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

W wyroku z dnia 17 listopada 2023 roku (sygn. akt: KIO 3212/23) KIO uwzględniła odwołanie wniesione przez wykonawcę Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu na dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, dotyczące analogicznych zapisów umownych, uznając za uzasadnione zarzuty naruszenia art. 99 ust. 1, art. 433 pkt 4, art. oraz 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.). Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Zamawiający ma obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały i jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia, co wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP. W dodatku, z treści art. 31 ust. 2 PZP wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. Ponadto, Zamawiający ma obowiązek jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 1 PZP. Zalicza się do tego określenie ilości produktu, którego zakres Zamawiający zamierza zwiększyć, ponieważ w przypadku zamówienia na dostawy, opis przedmiotu zamówienia to nie tylko określenie rodzaju rzeczy, ale także jej liczby, wykonawca zaś musi wiedzieć, jaką ilość rzeczy ma zbyć lub być gotowy zbyć Zamawiającemu. Wszelkie okoliczności, które powodują, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile dokładnie poszczególnych produktów będzie potrzebował, nie mogą powodować, że opis przedmiotu zamówienia będzie niezgodny z art. 99 ust. 1 PZP. Chociaż Zamawiający dysponuje ograniczonymi możliwościami w zakresie precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty, a rodzaj oraz ilość towarów koniecznych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych są uzależnione od różnych okoliczności, to jednak ich zaistnienie nie ma wpływu na zapisy umowne, wprowadzone przez Zamawiającego, które naruszają art. 99 ust. 1 PZP oraz art. 441 ust. 1 PZP.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

Do §6 ust.1 lit. e) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie dokumentów wyszczególnionych w §6 ust. 1 lit e) wzoru umowy poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu zamówienia co do których nie dostarczono dokumentów?

Zamawiający modyfikuje zapisy §6 ust.1 lit. e), który otrzymuje następujące brzmienie:

- e) za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa § 3 pkt. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia co do którego nie dostarczono dokumentów.***

Pytanie nr 25

Do §7 ust. 5 lit. d) wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie §7 ust. 5 lit. d), który wg naszej opinii jest niezgodny ze społeczno-gospodarczym celem udzielanego zamówienia publicznego. Powyższy zapis przenosi w całości odpowiedzialność na wykonawcę za gospodarkę lekową Zamawiającego. Należy podkreślić, że wykonawca nie ma wpływu na poziom zamówień i wybór zamawianych produktów leczniczych przez Zamawiającego jak również na decyzje refundacyjne Ministra Zdrowia. Uprawnienie Zamawiającego do żądania renegecji cen w przypadku uznania przez niego obniżki



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź ,ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

średniorynkowych cen produktu farmaceutycznego stanowi praktykę godzącą w interes gospodarczy Wykonawcy, a unormowania §7 ust. 5 lit. d) w obecnym brzmieniu stanowią manifestację przewagi kontraktowej Zamawiającego, naruszają prawo Wykonawcy do godziwego zysku i jako takie nie mogą się ostać.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Do 7 ust. 5 lit. d) wzoru umowy: Prosimy o zmianę treści poprzez dodanie zapisu, że w przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania wymienionego aneksu, możliwe było odstąpienie od umowy jedynie w części, która miała być nim objęta. Jednocześnie, prosimy o zapewnienie, że tak dokonane odstąpienie nie będzie wiązało się dla Wykonawcy z żadnymi negatywnymi konsekwencjami finansowymi, w szczególności nie zostaną mu naliczone żadne z kar umownych wyspecyfikowanych w §6 wzoru umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Do §7 ust. 12 wzoru umowy: prosimy o dodanie zastrzeżenia, że ewentualne przedłużenie terminu obowiązywania umowy nastąpi za obopólną zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28

Do §7 ust. 13 wzoru umowy: Prosimy o zmianę treści §7 ust. 13 wzoru umowy poprzez usunięcie postanowienia ustanawiającego, że Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o co najmniej 10% poprzez zastąpienie go postanowieniem przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 3%, albowiem ww. postanowienie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego.

Uzasadniając powyższe w pierwszej kolejności wskazać należy, że §7 ust. 13 wzoru umowy, ustanawiający poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na 10%, w żadnym stopniu nie zapewnia ekwiwalentności świadczeń stron umowy oraz nie niweluje ryzyk związanych ze zmianą kosztów wykonania zamówienia publicznego, co przy aktualnym poziomie inflacji nieuchronnie prowadzi do uznania, że narusza on istotę waloryzacji, zasady uczciwej konkurencji oraz postulat równego traktowania stron stosunku zobowiązaniowego. Przy obecnym kształcie ww. postanowienia Wykonawca musi zatem z góry założyć, że w przypadku wzrostu kosztów realizacji umowy np. o 9% (co stanowi dużą wartość, zwłaszcza uwzględniając niskie marże w zamówieniach publicznych) jego wynagrodzenie nie zostanie zwiększone. Tak znaczne ograniczenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia w umowie jest przejawem nadużycia przez Zamawiającego dominującej pozycji w postępowaniu, w związku z czym kwestionowane postanowienie winno zostać zmienione w zaproponowany sposób. Jednocześnie prosimy o dodanie zastrzeżenia – w ślad za uprzednio złożonym zapytaniem, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §7 ust. 13 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Dodatkowo prosimy o rezygnację z obowiązku doręczenia Zamawiającemu szczegółowego zestawienia obejmującego składowe mające wpływ na kalkulację ceny materiałów będących przedmiotem umowy lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, pod rygorem utraty prawa do zwiększenia wysokości wynagrodzenia. Wyjaśniamy, że „podstawą do obliczenia zmiany wynagrodzenia powinien być sam fakt zmiany wybranego wskaźnika albo zmiany cen wybranych przez zamawiającego rodzajów materiałów lub kosztów ponad przyjęty poziom. Skorzystanie przez strony umowy z wybranej metody indeksacji nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę dodatkowych dowodów i wyjaśnień.” (tak: E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023, art. 439).

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 39 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Zamawiający określa w Zadaniu 1 poz. 39 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta, tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę oferty. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów)? Chcielibyśmy uprzedzić odpowiedzi na ewentualne pytania, które Zamawiający postawi przed sobą, zastanawiając się na odpowiedzią:

A. „zamawiający posiada i użytkuje w pełni sprawne glukometry i nie widzi potrzeby ich zmiany na nowy sprzęt”

Zmiana urządzenia pozwoli na obniżenie ceny i zmniejszy wydatki przeznaczone na zakup pasków do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Dopuszczenie większej ilości konkurentów skutkuje rozsądnym ustaleniem ceny i obniżeniem kosztów w danym zakresie. Zamawiający w większości przypadków otrzymuje wymaganą ilość glukometrów bezpłatnie. Dodatkowo na rynku często pojawiają się nowe modele, które znacząco mogą wpłynąć na komfort pracy personelu.

B. „wymiana glukometrów na nowe nie jest celowa ani ekonomiczna, wiążąc się z dodatkowymi kosztami i angażowaniem personelu w szkolenia”

Dostarczanie nowych glukometrów odbywać się będzie całkowicie bezpłatnie na koszt Wykonawcy. W kwestii ekonomicznej jest to zyskiem dla Zamawiającego, który uzyska korzystniejszą cenę w danym obszarze zamówienia. Glukometr posiada intuicyjną obsługę polegającą na wsunięciu paska testowego, wprowadzeniu testowanej próbki krwi i odczekaniu czasu aż pojawi się wynik. Obsługa glukometru jest faktycznie uproszczona w takim stopniu, aby mógł posługiwać się nim każdy użytkownik nieprofesjonalny.

C. „zamawiający nie przewiduje wymiany glukometrów na nowe ze względów ekonomicznych, ponadto wymiana się w pełni sprawnego sprzętu generuje produkcję elektroodpadów” Dostarczanie nowych glukometrów odbywać się będzie całkowicie bezpłatnie na koszt Wykonawcy, więc nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. Często nieużywane już glukometry można zwrócić do wykonawcy, który odpowiednio jest zutylizuje.



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

W związku z powyższymi sugestiami proponujemy nasze rozwiązanie w postaci pasków testowych charakteryzujących się wymienionymi parametrami:

Propozycja 1: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, stabilność pasków 12 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki. wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Propozycja 2: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Zamawiający dopuszcza zaferowanie innych pasków testowych służących do pomiaru stężenia glukozy we krwi w op. 50 szt. o następujących parametrach:

enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, zakres hematokrytu 20-65%, warunki przechowywania min. 2 do 32 stopni Celsjusza.

W takim przypadku zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania nieodpłatnie 150 szt. glukometrów kompatybilnych z oferowanymi testami paskowymi. Zamawiający wymaga zaferowania glukometrów z podświetlanym ekranem i podświetlaną szczeliną paskową oraz prawidłowym działaniem w zakresie temperatur: min.-20 do 60 stopni Celsjusza.

Wykonawca stosowną informację o rodzaju zaferowanych pasków i glukometrów winien umieścić pod tabelą w załączniku nr 1 do SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

p.o. Dyrektora Naczelnego WSRM w Łodzi

Bogusław Tyka

/dokument podpisany elektronicznie/



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188