



DZP.281.75B.2024

Katowice 17.09.2024r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: Dostawa osprzętu i aparatury kardiologicznej.

DYREKTOR

Do wszystkich Wykonawców

mgr Renata Wachowicz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu udziela odpowiedzi na zadane pytania :

Pytanie nr 1

Dotyczy: wzoru umowy §4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych wynosił do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy: : wzoru umowy §4 ust. 10

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów.

Pytanie nr 3

Dotyczy: wzoru umowy §5 ust. 1 ppkt 1), 2) 3)

Na rynku wyrobów medycznych przyjęto się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy: wzoru umowy §5 ust. 1 ppkt 1),

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl



umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy: wzoru umowy § 5 ust. 1 ppkt 2) , 3) , 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dotyczy: wzoru umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę na podstawie umowy nie mogła przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w par. 3 ust. 1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dotyczy: wzoru umowy § 5 ust. 2

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dotyczy: APARAT EKG

8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający następujące filtry:

mains (sieciowy): Brak, ~ 50/60 Hz, adaptacyjny

myo (miopotencjałów): 170 Hz, 90 Hz, adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz

drift (dryfu):

0.049 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline (splajn kubiczny), 0.25 Hz adaptacyjny,

0.05 Hz, 0.15 Hz adaptacyjny, Variance (wariancyjny).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 9

Dotyczy: APARAT EKG

9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy: APARAT EKG

21. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający Czulość 2.5, 5, 10, 20 mm/mV bez wzmocnienia dzielonego 10/5 mm/mV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Agata Choluż
mgr Agata Choluż
Kierownik Działu Zamówień Publicznych