



Opole, dn. 10.10.2022r.

L.dz. 810/DO/2022

Nr sprawy: ZP 8/2022

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa radiatora do napromieniowania krwi i jej składników z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego X**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

DOTYCZY SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, p.22

Czy ze względu na fakt, że codzienna obsługa urządzenia przez Operatora odbywa się poprzez ekran dotykowy na którym wyświetlane są intuicyjne symbole graficzne, przedstawiające parametry i możliwe działania, Zamawiający zgodzi się, aby ewentualne komunikaty słowne były w języku angielskim? Ich dokładne tłumaczenie, wraz z wyjaśnieniem koniecznych działań zawarte jest w Instrukcji obsługi, która jest w języku polskim.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Zamawiający wymaga zarówno instrukcji obsługi, jaki i oprogramowania urządzenia w języku polskim.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności etykiet do 16 miesięcy w momencie dostawy do siedziby Zamawiającego? Pozwoli to wziąć udział większej liczbie Wykonawców w niniejszym postępowaniu a Państwu wybrać najlepszą ofertę.





Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Ponadto działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następujący sposób:

W rozdziale nr 11. „Opis sposobu przygotowania ofert” do punktu nr 4 o brzmieniu:

- 4) Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2 do SWZ** (zaleca się po wypełnieniu formularza, **zapisanie pliku w formacie PDF**, a następnie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

dodaje się tekst:

W formularzu ofertowym oprócz ceny należy wpisać nazwę/marke/model oferowanego urządzenia – brak tych danych spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i należy ją uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.

Sporządziła: Hanna Siuta

