

Nr sprawy **53/2024/TP**

Bydgoszcz 04.12.2024 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **DOSTAWA DWÓCH APARATÓW DO KONTROLI TEMPERATURY DOCELOWEJ PACJENTA Z MOŻLIWOŚCIĄ OGRZEWANIA I WPROWADZANIA W STAN HIPOTERMII TERAPEUTYCZNEJ Z KOMPLETEM NIEZBĘDNYCH CZUJNIKÓW I AKCESORIÓW JEDNORAZOWYCH**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 – dalej „Pzp”*) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

dot. Część nr 2 – specyfikacja techniczna, poz. 26: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 55 (70) x 50 x 107 cm (Głębokość (z wysuniętym hakiem) x Szerokość x Wysokość)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 55 (70) x 50 x 107 cm (Głębokość (z wysuniętym hakiem) x Szerokość x Wysokość).

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00627195/01 z dnia 02.12.2024r.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie:

10.12.2024 r.

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:15** – otwarcie ofert.

z up. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Agata Walenczykowska

Sprawę prowadzi:

Magdalena Błaszek

Dział Zamówień Publicznych

Tel. 52 32 62 104, e-mail zamowienia-pub@wsd.org.pl

