	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożeń pola operacyjnego i materiałów jednorazowego użytku</p>	<p>Nr sprawy: ZP/25/2022</p>
--	--	---

Elbląg, dnia 24.10.2022r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożeń pola operacyjnego i materiałów jednorazowego użytku, Nr sprawy ZP/25/2022,

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1- dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przyklepne 75 x 90 cm

1 serweta przyklepna 180 x 180 cm (pasek samoprzylepny 100cm na dłuższym boku)

1 serweta przyklepna 150 x 240 cm (pasek samoprzylepny 100cm na dłuższym boku)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m². Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji płynów 137ml/ m². Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 168/168 kPa

Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczoną lokalizację w poli operacyjnym, no. głowa, stopy. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej hipoalergiczny

Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz 4 samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nr REF, LOTA datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795-1:2019 wymagania wysokie.

Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2- dot. Pakietu nr 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3- dot. Pakietu nr 1 poz. 1 składowa 2

Czy zamawiający dopuści ręcznik 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4- dot. Pakietu nr 1 poz. 1 składowa 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny 3-warstwowej SMS o odporność na przenikanie cieczy min 20 cm H₂O i oznakowanie rozmiaru w formie pieczętki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5- dot. Pakietu nr 1 poz. 1 składowa 4


Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm ze wzmocnieniem o wym. 60cm x 140cm z włókniny zawierającej wiskożę o łącznej gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6- dot. Pakietu nr 1 poz. 1 składowa 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny 3-warstwowej SMS o odporność na przenikanie cieczy min 20 cm H₂O i oznakowanie rozmiaru w formie pieczętki i długości 157cm +/- 3cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski.elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożeń pola operacyjnego i materiałów jednorazowego użytku</p>	<p>Nr sprawy: ZP/25/2022</p>
--	--	----------------------------------

Pytanie 7 - dot. Pakietu nr 1 poz. 1 składowa 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 35cm x 120cm z jednym paskiem samoprzylepnym z włókniny spunlace?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar osłony 35x120cm, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów, taśmy zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 - dot. Pakietu nr 1 poz. 1 składowa 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę 230cm x 260cm z wycięciem U o wymiarze 20cm x 100cm o łącznej gramaturze w polu krytycznym 140g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie 9 - dot. Pakietu nr 1 poz. 1 składowa 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę 200cm x 320cm z wycięciem o wym. 25cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną, wykonaną z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS, ze wzmocnieniem w polu krytycznym o łącznej gramaturze 130g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 - dot. Pakietu nr 1 poz. 1 składowa 16

Czy Zamawiający dopuści składowe nr 12 oraz 16 zapakowane razem z całym zestawem, bez kartonowego pudełka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie 11 - dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści etykietę umieszczoną wewnątrz opakowania, umieszczoną w widocznym miejscu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 - dot. Pakietu nr 1 poz. 2 składowa 2

Czy zamawiający dopuści ręcznik 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 - dot. Pakietu nr 1 poz. 2 składowa 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny 3-warstwowej SMS o odporność na przenikanie cieczy min 20 cm H₂O i oznakowanie rozmiaru w formie pieczętki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14 - dot. Pakietu nr 1 poz. 2 składowa 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół Mayo o wymiarach 80cm x 140cm ze wzmocnieniem o wym. 60cm x 140cm z włókniny zawierającej wiskozę o łącznej gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 - dot. Pakietu nr 1 poz. 2 składowa 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny 3-warstwowej SMS o odporność na przenikanie cieczy min 20 cm H₂O i oznakowanie rozmiaru w formie pieczętki i długości 157cm +/- 3cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16 - dot. Pakietu nr 1 poz. 2 składowa 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 35cm x 60cm z jednym paskiem samoprzylepnym z włókniny spunlace?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar osłony 35x60cm, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów, taśmy zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 - dot. Pakietu nr 1 poz. 2 składowa 9

Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 300cm x 230cm o łącznej gramaturze w strefie wzmocnienia 140g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 - dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści składowe nr 10 do 14 zapakowane razem z całym zestawem, bez kartonowego pudełka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie 19 - dot. Pakietu nr 1 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści etykietę umieszczoną wewnątrz opakowania, umieszczoną w widocznym miejscu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20 - dot. Pakietu nr 1 poz. 3 składowa 2

Czy zamawiający dopuści ręcznik 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożeń pola operacyjnego i materiałów jednorazowego użytku</p>	<p>Nr sprawy: ZP/25/2022</p>
--	--	----------------------------------

Pytanie 21 - dot. Pakietu nr 1 poz. 3 składowa 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny 3-warstwowej SMS o odporność na przenikanie cieczy min 20 cm H₂O i oznakowanie rozmiaru w formie pieczętki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22 - dot. Pakietu nr 1 poz. 3 składowa 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm ze wzmocnieniem o wym. 60cm x 140cm z włókniny zawierającej wiskozę o łącznej gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 - dot. Pakietu nr 1 poz. 3 składowa 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne 35cm x 60cm z jednym paskiem samoprzylepnym z włókniny spunlace?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar osłony 35x60cm, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów, taśmy zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 - dot. Pakietu nr 1 poz. 3 składowa 9

Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 300cm x 230cm o łącznej gramaturze w strefie wzmocnienia 140g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 - dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści składowe nr 10 do 14 zapakowane razem z całym zestawem, bez kartonowego pudełka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie 26 - dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści etykietę umieszczoną wewnątrz opakowania, umieszczoną w widocznym miejscu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27 - dot. Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym (wiskozowo-poliestrowe) o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m²
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m² ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28 - dot. Pakietu nr 1 poz. 4


Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 29 - dot. Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym (wiskozowo-poliestrowe) o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m²
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m² ?

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski.elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożenia pola operacyjnego i materiałów jednorazowego użytku</p>	<p>Nr sprawy: ZP/25/2022</p>
--	--	----------------------------------

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30 - dot. Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa
 - 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, ze wzmocnieniem wiskozowo-poliestrowym 60x140
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31 - dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie wiskozowo-poliestrowe 60x140cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32 - dot. Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej wiskozowo-poliestrowej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m²
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33 - dot. Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34 - dot. Pakietu nr 1 poz. 8


Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm H₂O w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35 - dot. Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo – XL o długości 138cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski.elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożenia pola operacyjnego i materiałów jednorazowego użytku</p>	<p>Nr sprawy: ZP/25/2022</p>
--	---	----------------------------------

Pytanie 36 - dot. Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo – XXL o długości 157cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 37 - dot. Pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści Serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej wiskozowo-poliestrowej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38 - dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Serwety wyposażone w taśmę lepną o szerokości 2,5cm, Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, Wytrzymałość na wypychanie na suchu/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, Chłonność wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, taśma lepna 2,5cm x 80cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, taśma lepna 2,5cm x 80cm
 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39 - dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40 - dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiet 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 41 - dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę włókninową?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 42 - dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 43 - dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo, o następujących długościach: M – 124cm, L 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44 - dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdował się kod QR.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 45 - dot. Pakietu nr 3 poz. 3


Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46 - dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną jednokomorową 30x40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski.elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożenia pola operacyjnego i materiałów jednorazowego użytku</p>	<p>Nr sprawy: ZP/25/2022</p>
--	---	----------------------------------

Pytanie 47 - dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48 - dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby kieszeń pakowana była w karton w formie dyspensera.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 49 - dot. Pakietu nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną 10x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 50 - dot. Pakietu nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową 30x40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 51 - dot. Pakietu nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do drenów 2x22cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 52 - dot. Pakietu nr 4 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53 - dot. Pakietu nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów typu rzep 2x22cm lub w formie taśmy samoprzylepnej 10x50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 54 - dot. Pakietu nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści ręczniki do rąk w rozmiarze 40x40cm pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55 - dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56 - dot. Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparatwę wykonany z folii PE o gramaturze 0,035mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 57 - dot. Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparatwę o średnicy 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 58 - dot. Pakietu nr 5 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparatwę w rozmiarze 90x100cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 59 - dot. Pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski.elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożeń pola operacyjnego i materiałów jednorazowego użytku</p>	<p>Nr sprawy: ZP/25/2022</p>
--	--	----------------------------------

Pytanie 60 - dot. SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? Podmioty występujący wspólnie ponoszą wspólną odpowiedzialność, dlatego ograniczenie rozliczenia wyłącznie z liderem wydaje się być bezzasadne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61 - dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poniższe obłożenie:

1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt.
2. ręczniki 20 x 40 cm- 2 szt.
3. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt.
4. serweta samoprzylepna o wymiarze 75x90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²- 2 szt.
5. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 170x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² (pasek samoprzylepny na krótszym boku długości 60 cm)–1 szt.
6. serweta samoprzylepna anesteziologiczna o wymiarze 150x240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² (pasek samoprzylepny 60 cm)–1 szt.
7. Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm – 1 szt.

Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy o chłonności 570% wg. normy PN EN ISO 9073-6.

Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 150/ 150 kPa

Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału.

Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 62 - dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 63 - dot. treści umowy

Zważywszy na treść § 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Zamawiający w projekcie umowy zawarł zapis w §7 ust. 5 umowy „Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 60% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 2.”

Pytanie 64 - dot. treści umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak, za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 65 - dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 40g/m²

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 66 - dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego kompletu chirurgicznego w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.



Pytanie 67 - dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego kompletu chirurgicznego z widocznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym oraz na metce.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 68 - dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 69 - dot. Pakietu nr 3 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie bluzy zabiegowej wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 45g/m², bez ściągaczy z tyłu bluzy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70 - dot. Pakietu nr 2 poz. 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnego Zestawu uniwersalnego pediatrycznego o następującym składzie:



**Zestaw pediatryczny uniwersalny I
(cieńszy przyłepiec dla ochrony skóry)**

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	200 x 175
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m². Zdolność absorpcji płynów 158 ml/m², odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio 145/134 kPa. Taśma samoprzylepna na dłuższym boku serwet o szerokości 2,5 cm i długości 90cm.

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski