

Kraków, 05.04.2024

Dział Zamówień Publicznych

tel. 12/614-25-34

e- mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.23.343.2024

dotyczy: **DZ.271.23.2024 – Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów.**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**PAKIET III - Dostawa odczynników do oznaczeń immunohistochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Patomorfologii - Pakiet 3, załącznik nr 4:**

***Pytanie 1.***

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia szkiełek w ilości odpowiadającej sumaryczną ilość oznaczeń, czy przewiduje ich inne zużycie? Jeśli tak, to jakie?

**Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia szkiełek w ilości dwukrotnie większej niż sumaryczna ilość oznaczeń, w postaci dwóch różnych pozycji zwalidowanych produktów szkiełek, na wypadek konieczności powtórzenia barwienia hematoksyliną i eozyną po wykonaniu oznaczeń immunohistochemicznych.**

PAKIET IV - Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej przystosowanych do pracy z monotestami w technice ELFA wraz z dzierżawą automatycznego analizatora dla Pracowni Mikrobiologii

**Pytanie 1.**

Wymogi ogólne pkt. 3 – Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia zestawu startowego zawierającego odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatora?

**Odp.: TAK, Zamawiający odstępuje od konieczności dostarczenia zestawu startowego zawierającego odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatora.**

**Pytanie 2.**

Parametry ogólne, pkt. 12 – Czy Zamawiający dopuści w pełni sprawny analizator z roku produkcji 2021 ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3.**

Załącznik nr 4 formularz cenowy - Czy do ilości podanych testów należy dodać dodatkowe testy na wykonanie kalibracji i kontroli czy jednak podane ilości już uwzględniają powyższe ?

**Odp.: TAK, Zamawiający informuje, że do ilości podanych testów należy dodać dodatkowe testy na wykonanie kalibracji i kontroli. Podane ilości nie uwzględniają powyższe oznaczenia. Objęły tylko szacowaną ilość oznaczeń dla próbek pacjentów.**

**Pytanie 4.**

Załącznik nr 4 formularz cenowy, poz. 9 NTM Elite Agar – Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy produktu do 21 dni z uwagi na jego dostępność wyłącznie w magazynie głównym firmy, z którego czas realizacji dostawy po otrzymaniu zamówienia wynosi minimum 21 dni?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

## Pytania do Umowy dostawy:

### Pytanie 5.

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na:

„Jeżeli niesprawność aparatu, brak jakichkolwiek funkcjonalności aparatu określonych w załączniku nr 1 do umowy trwa w ciągu miesiąca dłużej niż 5 dni albo zwłoka w dostarczeniu aparatu trwa dłużej niż 5 dni, wówczas Dzierżawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości a00 zł za każdy dzień okresu, w którym Dzierżawca pozbawiony był możliwości korzystania z aparatu w zakresie jego pełnych funkcjonalności, oprócz prawa do obniżenia czynszu. Dzierżawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżoną karę umowną.”?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### Pytanie 6.

§3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony do 30% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy ?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### Pytanie 7

par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu?

**Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy we wzorze umowy bez zmian.**

### Pytanie 8

par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy?”

**Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy we wzorze umowy bez zmian.**

## Pytanie 9

Formularza cenowego pakiet nr 2 oraz wzoru umowy par 4 ust 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wystawienia faktury korygującej na wadliwą część towaru .

W przypadku reklamacji, jeśli występują, zdarzają się one w odniesieniu do pojedynczych testów i w takim przypadku wygodniejszą formą jest wystawienie faktury korygującej dla takich pojedynczych reklamacji/testów, pozwalających odliczyć koszt takiego pojedynczego testu od należności do zapłacenia.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy bez zmian.**

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian:

Termin składania ofert: 12.04.2024 godz: 09:00

Termin otwarcia ofert: 12.04.2024 godz: 09:30

Zatwierdził:

lek. Grzegorz Fitas – Dyrektor Szpitala