

## ZMIANA

Załącznik nr 2.4 - Kosztorys ofertowy

Część 4 – Podkłady i prześcieradła

LP	ASORTYMENT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ SZT/ROLEK (A)	CENA JEDN. BRUTTO* SZT/rolki (B)	WARTOŚĆ BRUTTO* (A)x(B)	Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania*
1	Podkład higieniczny, jednorazowy, z wkładem chłonnym, zabezpieczony folią przez przeciekaniem i zakładkami umożliwiającymi założenie pod materac, rozm. 70 x 180; 90 x 170 cm, niesterylny, z superabsorbantem zwiększającym chłonność podkładu oraz powodującym, że powierzchnia staje się bardziej sucha Lub Podkład chłonny z włókninowymi skrzydłami, warstwa spodnia biała izolacyjna folia antypoślizgowa, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa pokryta białą bibułą, warstwa wierzchnia z włókniny, roz. 90x170cm, chłonność nie mniej niż 2000g	szt	30 000			
2	Podkład chłonny z pulpy celulozowej, niejałowy, wymiar 60x60 cm, jednorazowego użytku, wierzchnia warstwa podkładu wykonana z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa. Chłonność min 950 ml. Podkład od spodu zabezpieczony jest folią, która chroni przed przeciekaniem	szt	40 000			
3	Podkład ginekologiczny w roli dł. 50 metrów, szer. 40 cm lub 50 cm , perforowany, nieprzemakalny. Podkład ochronny wykonany z celulozy/PE-filmu (Pulpa celulozowa 22 g/m2+PE-film 0,013 mm)	rolka	500			
4	Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku o wym.80 x 210 cm dodatkowo wzmocnione 48 nitkami. Prześcieradło celulozowo-foliowe. Posiada boczne bariery ochronne przed przeciekaniem ze wszystkich stron. Chłonność 310 ml.	szt	30 000			
5	Prześcieradło jednorazowego użytku o wym. 210x160 cm	szt	3 000			
				<b>RAZEM</b>		

\*wypełnia wykonawca

.....  
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

## ZMIANA

### Załącznik nr 2.6 - Kosztorys ofertowy

#### Część 6 – Sterylne zestawy

LP	ASORTYMENT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ SZT (A)	CENA JEDN. BRUTTO* SZT (B)	WARTOŚĆ BRUTTO* (A)x(B)	Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania*
1	<p>Sterylny zestaw do laparotomii</p> <p>a) serweta zabiegowa wykonana z włókniny typu SMS, o gramaturze 51g/m<sup>2</sup> w części niekrytycznej, paroprzepuszczalnej, o rozmiarze 200-210 x 320-330 cm, wyposażonej w części środkowej (krytycznej) w otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25-30x30 cm oraz warstwę chłonną o wymiarach 80x120 cm (+/-5cm), laminowaną, niepalną o gramaturze min. 105g/m<sup>2</sup>, wykonaną z włókniny wiskozowej, włókniny celulozowej i folii PE. Nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950 cm H<sub>2</sub>O. Wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią warstwę laminatu trójwarstwowego co zapewnia maksymalną nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności, wraz z wkomponowanymi czterema organizatorami przewodów w kolorze jaskrawym– 1szt,</p> <p>b) pokrowiec na stół Mayo 80x140cm, kolor czerwony - 1 szt,</p> <p>c) ściereczki chłonne o wymiarach min. 30x30 cm - 6 szt,</p> <p>d) taśma lepna 10x50cm – 1szt,</p> <p>e) dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40cm - 1 szt,</p> <p>f) czyścik do koagulacji 5x5 cm – 1 szt,</p> <p>g) serweta na stół instrumentariuszki 150x200 cm, owinięcie zestawu, chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 950cm H<sub>2</sub>O</p>	szt	150			
2	<p>Sterylny zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem U. Serweta samoprzylepna o wym. 250x240cm na krótszym boku, warstwa chłonna 50x80cm z zintegrowanym jednym czteropozycyjnym organizerem na przewody, warstwa chłonna wykonana z włókniny wiskozowej, włókniny celulozowej i folii PE o gramaturze 104gm<sup>2</sup>.</p> <p>Folia winna stanowić spodnią warstwę wzmocnienia.</p> <p>Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59gm<sup>2</sup>, warstwa chłonna o gramaturze 104gm<sup>2</sup> łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 162gm<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min.200cm H<sub>2</sub>O (1szt).</p> <p>Zestaw w opakowaniu typu folia-papier posiadającym min. Dwie samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nazwę dostawcy, numer</p>	szt	500			

	referencyjny produktu, numer serii, datę ważności oraz kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze dodatkowo zabezpieczone kartonem do przechowywania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylu.						
<b>RAZEM</b>							

\*wypełnia wykonawca

.....

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy