



POLITECHNIKA WARSZAWSKA
**Wydział Matematyki
i Nauk Informatycznych**



L. Dz. WMINI/1120/ 59 /2023

08.08.2023 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
nr WMINI/39/155/23**

Wyjaśnienia i zmiana treści Zaproszenia do składania ofert

Działając na podstawie Rozdziału XIII ust. 3 Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu pn. *Dostawa dwóch medycznych urządzeń komputerowych: stacja opisowa tomografii komputerowej i stacja opisowa RTG wraz z oprogramowaniem diagnostycznym i usługą instalacji dla Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych do realizacji projektu pod nazwą: „Godna zaufania sztuczna inteligencja wspierająca identyfikację zmian chorobowych w płucach na bazie danych obrazowych” znak sprawy WMINI/39/155/23 informuje, że wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:*

Pytanie nr 1:

dotyczy załącznika nr 2 – Formularz wymaganych warunków technicznych - Stacja opisowa tomografii komputerowej – ilość 1kpl., pkt 5 - Monitor do adnotacji i obsługi komputera, oraz Stacja opisowa RTG, ilość 1kpl., pkt 13 - Monitor do adnotacji i obsługi komputera:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej dla monitorów służących do adnotacji i obsługi komputera nie ma wymagań wyświetlania 10 bitowych kolorów.

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że na rynku nie istnieje monitor o wyspecyfikowanych parametrach z 10 bitowym wyświetlaniem kolorów.

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 5 i 13 monitor wyświetlający 8-bit tj. 16,77 miliona z palety 1,06 miliarda (10-bitowych) kolorów?

Pytanie nr 2:

dot.: Formularz wymaganych warunków technicznych – załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 5 i 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie monitora do adnotacji i obsługi komputera z możliwością wyświetlania 8-bitowych kolorów RGB z wejścia DisplayPort

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:

Zamawiający dopuszcza monitory do adnotacji i obsługi komputera z możliwością wyświetlania 8-bitowych kolorów RGB z wejścia DisplayPort

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 5 i poz. 13 Załącznika nr 2 do Zaproszenia do składania ofert, nadając jej nowe brzmienie:

5.	Monitor do adnotacji i obsługi komputera	Monitor do adnotacji i obsługi komputera: * Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 * Przekątna minimum 23" * Możliwość wyświetlania 10-bitowych 8-bitowych kolorów RGB z wejścia DisplayPort * Jasność minimum 250 cd/m2 * Ekran dotykowy z piórem w zestawie * Monitor umieszczony na podstawie umożliwiającej swobodne odchylenie ekranu, podobnie do tabletu. Należy podać
----	---	--	-----------------------

13.	Monitor do adnotacji i obsługi komputera	<p>Monitor do adnotacji i obsługi komputera:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 * Przekątna minimum 23" * Możliwość wyświetlania 10-bitowych 8-bitowych kolorów RGB z wejścia DisplayPort * Jasność minimum 250 cd/m2 * Ekran dotykowy z piórem w zestawie * Monitor umieszczony na podstawie umożliwiającej swobodne odchylenie ekranu, podobnie do tabletu. 	<p>..... <i>Należy podać</i></p>
-----	---	--	---------------------------------------

Zamawiający informuje, że zmieniony Załącznik nr 2 *Formularz wymaganych warunków technicznych* zamieścił na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/799627>

Z poważaniem

Agnieszka Anucińska