



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 11.10.2023
EZ/350/90/2023/.....45.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 133/2023 **Zakup i dostawa mebli i urządzeń medycznych**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), **udziela odpowiedzi** na pytania:

PYTANIE

Pakiet nr 3 - Waga osobowa

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisów SWZ.

PYTANIE

Pakiet nr 3 - Waga osobowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z maksymalnym obciążeniem do 300 kg? Rozwiązanie lepsze od wymaganego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 3 - Waga osobowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie pomiarowym? Rozwiązanie lepsze od wymaganego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 3 - Waga osobowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o ciężarze 7,6 kg? Czy Zamawiający dopuści wagę ze wzrostomierzem o zakresie 60-210 cm? Rozwiązanie zawiera wymagany przedział pomiaru.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

Mgr inż. Magdalena Kraszewska