

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa Przyrządów pomiarowych
multimetr cyfrowy TRMS - Testo 760-2 - w oparciu o poniższe minimalne wymagania określone
specyfikacją techniczną:

Dane techniczne

Zakres pomiarowy -20 do +500 °C
Dokładność ± 1 °C (0 do +100 °C)
Rozdzielczość 0,1 °C

Dane techniczne

Klasa zabezpieczenia IP64
Temperatura składowania -15 do +60 °C
Kategoria bezpieczeństwa CAT III 1000V; CAT IV 600V
Czas pracy -10 do +50 °C

Napięcie DC

Dane techniczne
Zakres pomiarowy
600 mV / 0,1 mV
6,000 V / 1 mV
60,00 V / 10 mV
600,0 V / 100 mV
Dokładność $\pm (0,8 \% \text{ mierz.wart.} + 3 \text{ Cyfr(a)(y)})$

Napięcie AC

Dane techniczne
Zakres pomiarowy
600 mV / 0,1 mV
6,000 V / 1 mV
60,00 V / 10 mV
600,0 V / 100 mV
Dokładność
 $\pm (0,8 \% \text{ mierz.wart.} + 3 \text{ Cyfr(a)(y)})$

Prąd stały

Dane techniczne
Zakres pomiarowy
600 μm / 0,1 μm
6000 μm / 1 μm
60,00 mA / 10 μm
600,0 mA / 100 μm
6 A / 1 mA
10 A / 10 mA
Dokładność
 $\pm (1,5 \% \text{ mierz.wart.} + 5 \text{ Cyfr(a)(y)})$

Prąd przemienny

Dane techniczne
Zakres pomiarowy
600 μm / 0,1 μm
6000 μm / 1 μm
60,00 mA / 10 μm
600,0 mA / 100 μm
6 A / 1 mA
10 A / 10 mA
Dokładność $\pm (1,5 \% \text{ mierz.wart.} + 5 \text{ Cyfr(a)(y)})$

Rezystancja

Dane techniczne

Zakres pomiarowy

60,00 Om / 0,01 Om
600,0 Om / 0,1 Om
6,000 kOhm / 1 Om
60,00 kOhm / 10 Om
600,0 kOhm / 100 Om
6,000 Ohm / 1 kOhm
60,00 Ohm / 10 kOhm

Dokładność

± (1,5 % mierz.wart. + 3 Cyfr(a)(y))

Pojemność**Dane techniczne**

Zakres pomiarowy
6,000 nF / 0,001 nF
60,00 nF / 0,01 nF
600,0 nF / 0,1 nF
6,000 μF / 0,001 μF
60,00 μF / 0,01 μF
600,0 μF / 0,1 μF
6,000 mF / 1 μF
30,00 mF / 10 μF

Dokładność

± (0,5 % mierz.wart. + 3 Cyfr(a)(y))

Częstotliwość**Dane techniczne**

Zakres pomiarowy
600,0 Hz / 0,1 Hz
6,000 kHz / 1 Hz
60,00 kHz / 10 Hz
600,0 kHz / 100 Hz
6,000 MHz / 1 kHz
30,00 MHz / 10 kHz

Dokładność ± (0,1 % mierz.wart. + 1 Cyfr(a)(y))

- Fabrycznie nowy, zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęty pakietem usług gwarancyjnych świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski

Gwarancja od daty podpisania protokołu odbioru.

- Na dostarczane przyrządy wymagane jest min. 24 m-cy gwarancji,
- Na baterię wymagane jest 6 m-cy gwarancji.