

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**Zadanie nr 1**

L.p	Nazwa produktu Numer katalogowy	Opis i parametry produktu	Ilość w opakowaniu jednostkowym
1		Paski do glukometru, ważne minimum przez pół roku po otwarciu *	2 x 25 sztuk
2		Roztwór kontrolny o przydatności do użycia w pełnym zakresie pomiarów, przez 6 miesięcy po otwarciu fiolki, kompatybilny z oferowanym glukometrem. Oznaczanie poziomów: niski, normalny, wysoki.	3 x 2ml

*Zamawiający oczekuje dostarczenie 100 sztuk glukometrów kompatybilnych z zaofertowanymi paskami w formie bezpłatnego użyczenia oraz zabezpieczenie w dodatkowych 20 glukometrów w razie awarii (dostępne w dniu awarii) o parametrach:

- zakres pomiaru glukozy we krwi 10-600mg/dl
- rodzaj próbki: świeża krew włosniczkowa, żylna, tętnicza i noworodkowa
- poziom hematokrytu w przedziale 10-70%
- czas pomiaru nie dłużej niż 5 sekund
- objętość próbki krwi 0,5µl
- automatyczny wyrzutnik umożliwiający bezdotykowe usunięcie paska testowego
- paski z kapilarą zasysającą próbkę krwi na czubku paska
- możliwość dobrania brakującej próbki krwi na pasek
- automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu na glukometrze informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska
- wyświetlanie komunikatów alarmowych o hipoglikemii, hiperglikemii i o ciałach ketonowych
- nie wymaga kodowania zewnętrznego
- spełnia normę EN ISO 15197:2015
- w przypadku awarii oczekujemy gwarancji wymiany glukometru na nowy

- dodatkowo wymagamy wykonania przez wykonawcę kalibracji wszystkich użytkowanych glukometrów minimum raz na 3 miesiące, w miejscach wskazanych przez zamawiającego, przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza glukometry, które nie wymagają comiesięcznej kalibracji, jeśli oferent przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające.

WY ZŁĄCZNIK NR 1

Jednostka Miary	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
opakowanie	1700				
opakowanie	1				

SUMA:

netto**brutto**