



Słupsk, dnia 22.03.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Usługa przeglądów sprzętu i aparatury medycznej”- nr postępowania 24/TP/2023

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część nr 7, poz. 4

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji nr 4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie wydzieli z części nr 7 poz. 4.

Pytanie nr 2:

Dotyczy części nr 11

Pytanie nr 1. Prosimy Zamawiającego o wskazanie przewidywanych dat [mm-rrrr] okresowych przeglądów technicznych objętych umową.

Odp. Zamawiającego: Planowana data przeglądu 22.02.2024 r.

Pytanie nr 3:

Dotyczy części nr 11

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający wymaga kalkulacji zestawu przeglądowego w cenie oferty?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wymaga kalkulacji zestawu przeglądowego w cenie oferty.

Pytanie nr 4:

Dotyczy części nr 11

Pytanie nr 3. Prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawcy mają skalkulować w cenie wymianę czujnika tlenu? Czujniki nowej generacji przewidziane są na okres 24 miesięcy. Alternatywnie prosimy o udzielenie informacji czy w trakcie ostatniego przeglądu zastosowany został czujnik starej czy nowej generacji, co ma znaczący wpływ na kalkulację ceny oferty?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że ostatnia wymiana czujnika tlenu została wykonana w lutym 2023 roku z okresem trwałości 24 miesiące. Zatem Zamawiający nie wymaga skalkulowania w cenie oferty wymiany czujnika tlenu.

Pytanie nr 5:

Dotyczy części nr 11

Pytanie nr 4. Prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawcy mają skalkulować w cenie wymiany akumulatorów [2 baterie na 1 urządzenie], których częstotliwość wymiany wynosi 36 miesięcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że ostatnia wymiana akumulatorów została wykonana w lutym 2023 roku z okresem trwałości 36 miesięcy. Zatem Zamawiający nie wymaga skalkulowania w cenie oferty wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 6:

Dot. pakiet 8

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów aparatury jak w pakiecie 8 w jednym terminie?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów w jednym terminie.

Pytanie nr 7:

Dot. SWZ – pakiet 8

Prosimy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SWZ.” lub potwierdzenie, że w takim przypadku Zamawiający dopuszcza odstępnie od konieczności przedstawiania przez Wykonawcę kosztorysu naprawy i dokonywania naprawy.

Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych przedstawienie oferty cenowej na naprawę i ewentualna naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

KIEROWNIK
Działu Zakupów / Zamówień Publicznych

Piotr Feszak