



L.dz. W/1284/2023
Nr postępowania: 265/2023/TP-I/DZP

Olsztyn dn. 16.08.2023 r.

*Do wiadomości
wszystkich uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „*Dostawa sukcesywna nici chirurgicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie*”. Nr postępowania: 281/2023/TP-I/DZP.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

ZESTAW I

Pytanie nr 1

Poz. 26 Czy Zamawiający dopuści nici pakowane po 24 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nici pakowane po 24 sztuki

Pytanie nr 2

Poz. 28 Czy Zamawiający dopuści nici z igłą 36mm reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nici z igłą 36 mm

ZESTAW II

Pytanie nr 3

Dot. Załącznika nr 1, poz. 1-26

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 2 tygodniach 80%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 2 tygodniach. 80%

Pytanie nr 4

Dot. Załącznika nr 1, poz. 26

Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycję do osobnego pakietu lub dopuści złożenie oferty z pominięciem pozycji 26?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się wykreślić lub wyodrębnić pozycję 26 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 5

Dot. Załącznika nr 1, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści grubość nici 2 USP, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza grubości nici 2 USP.

Pytanie nr 6

Dot. Załącznika nr 1, poz. 27-37

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza materiału szewnego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%.

Pytanie nr 7

Dot. Załącznika nr 1, poz. 27-37

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza materiału szewnego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%.

Pytanie nr 8

Dot. Załącznika nr 1, poz. 27-37

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, plecione z kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach i czasie wchłaniania 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szwów wchłaniających, plecionych z kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekanych mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach i czasie wchłaniania 42 dni.

Pytanie nr 9

Dot. Załącznika nr 1, poz. 38-42

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%.

Pytanie nr 10

Dot. Załącznika nr 1, poz. 43-61

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 70-65%, po 43 dniach 60-55%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza materiału szewnego o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 70-65%, po 43 dniach 60-55%.

Pytanie nr 11

Dot. Załącznika nr 1, poz. 62-82

Czy Zamawiający dopuści szew barwiony na niebiesko, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szwów barwionych na niebiesko.

Pytanie nr 12

Dot. Załącznika nr 1, poz. 25, 42, 82

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szwów z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point).

Pytanie nr 13

Dot. Załącznika nr 1, poz. 25, 42, 82

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szwów z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną.

Pytanie nr 14

Dot. Załącznika nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szwów o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm.

Pytanie nr 15

Dot. Załącznika nr 1, poz. 85-89

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza materiału szewnego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%.

Z poważaniem
KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec
/podpisano elektronicznie/

Odpowiedzi udzieliła: Izabela Jurczak
Sporządził: Łukasz Malinowski