



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
WE WROCŁAWIU

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33
tel. 47 8714324, e-mail: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.com
www.dolnoslaska.policja.gov.pl
bip.dolnoslaska.policja.gov.pl



PU-2380-070-029-070/2025/MA

Wrocław, 12.06.2025 r.

**-Uczestnicy postępowania nr PU-2380-070-029-070/2025/MA –
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 - tekst jednolity ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów dla służb techniki kryminalistycznej – sprawa numer: PU-2380-070-029-070/2025/MA.

Pytanie nr. 1: Dotyczy pakiet nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jednorazową wymazówkę w probówce, o długości całkowitej nie większej niż 140 mm, poddanej biobójczemu procesowi sterylizacji tlenkiem etylenu. Charakterystyka: Wymazówka jednorazowego użycia, przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań:

- sterylizacja tlenkiem etylenu,
- są gwarantowane wolne od możliwego do amplifikacji ludzkiego DNA,
- nie zawierają wykrywalnych DNAz ani RNAz,

z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania, wydanymi przez upoważnioną do tego jednostkę.

Składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej:

- pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym, wykonanym z flokowanego nylonu wacikiem, przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań. Tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu. Konfekcjonowane fabrycznie, po 50 szt. w opakowaniu opatrzonym numerem serii, kodem produktu, datą ważności i kodem QR.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowej wymazówki w probówce o parametrach określonych w pytaniu nr 1.

Zapisy SWZ i załączników nie ulegają zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.

Zatwierdził:
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
insp. Tomasz Jędrzejowski

