

Węgrów, dnia 21.12.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, Znak: ZP/SJ/17/23 (Dz. U.U.E z dnia 15.12.2023 r. nr 2023/S 242-762974)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

Wykonawca 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 - Strzykawka do gazometrii poj. 2 - 3ml, wypełniona suchą heparyną litową, bez filtra; możliwość wykonania precyzyjnego pomiaru parametrów gazometrycznych, hemoglobiny, elektrolitów (Ca ++,Mg ++,Cl -) i glukozy. Sposób pobierania (aspiracja manualna, prekalibracja, napływ naturalny), pakowane pojedynczo

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu

Wykonawca 2

Czy w Pakiecie nr 8 w poz. 9 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga szczoteczek, których efektywność została klinicznie zweryfikowana

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 8 poz. 9 do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i

w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wydzielenie pozycji do nowego pakietu lub zmiana liczby pakietów po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej jest technicznie niemożliwe.

Wykonawca 3

Zamawiający w pakiecie nr 2 umieścić produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu (np. Igła do znieczuleń PP, Strzykawka j.u., Łyżka do laryngoskopu, Aparat do infuzji, Zestaw do kaniulacji dużych naczyń) Przedmioty zamówienia w pakiecie 2 mają odmienne przeznaczenie użytkowe i są możliwe do nabycia u innych wykonawców. W tym przypadku w pakiecie 2 nie została zachowana tożsamość przedmiotowa zamówienia (dotyczy produktów przeznaczonych do identycznego lub podobnego sposobu użytku), a ponadto istnieje możliwość wykonania zamówienia u innych wykonawców. Zatem skoro pakiet nr2 w tym samym czasie nie ma tożsamości przedmiotowej zamówienia i może być wykonany przez różnych wykonawców, mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, w związku z tym pakiet 2 nie może stanowić jednego zamówienia (pakietu).

W związku z powyższym czy Zamawiający udzieli zamówienia odrębnego i dopuści możliwość składania ofert częściowych, albo udzieli zamówienia w częściach w których każda pozycja z pakietu 2 stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania? Umożliwi to Zamawiającemu stosowanie przepisów ustawy, dzięki temu Zamawiający uzyska zgodność z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. Z art. 16 pkt. 1-3 PZP. Zostaną rozwiane wątpliwości w zakresie naruszenie art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w zakresie ewentualnego naruszenia przepisów i ograniczenie konkurencji co jest niezgodne z art. art 305 KK &1 (po nowelizacji z dn 1 X 2023) i art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakazuje zachowania tożsamości przedmiotowej zamówienia w pakiecie. Przywoływany art. 99 nakazuje opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny - Zamawiający wypełnił ten nakaz. Ponadto odnosząc się do ust. 4, Zamawiający informuje, iż nie można mówić o zakłóceniu konkurencji i ograniczeniu liczby wykonawców w sytuacji, kiedy wszystkie produkty stanowiące przedmiot niniejszego postępowania są ogólnie dostępne np. w hurtowniach medycznych. Ponadto wydzielenie pozycji do nowego pakietu lub zmiana liczby pakietów po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Unii europejskiej jest technicznie niemożliwa. Wyrażenie zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje spowoduje brak możliwości rzetelnego porównania ofert.

Pytanie do pakietu 2 poz. 34-36 Czy Zamawiający dopuści cewnik o tej samej funkcjonalności leczniczej, lecz o niewielkich różnicach technicznych?

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera W skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Dla poz. 34 jednokanałowy dla dorosłych rozmiar 7F kateter 20 cm

Dla poz. 35 dwukanałowy dla dorosłych rozmiar 7F kateter 20 cm

Dla poz. 36 trzykanałowy dla dorosłych rozmiar 7F kateter 20 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych produktów

Zamawiający w pakiecie 23 w pozycji 1-4 umieścić przedmioty kompatybilne z aparatem PRISMAFLEX, natomiast w pozycji 5 umieścić przedmiot możliwy do nabycia u wielu wykonawców. Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający udzieli zamówienia odrębnego i dopuści możliwość składania ofert częściowych, albo udzieli zamówienia w częściach w których każda pozycja z pakietu 23 stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wydzielenie pozycji do nowego pakietu lub zmiana liczby pakietów po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej jest technicznie niemożliwe.

Czy Zamawiający w pakiecie 23 poz. 5 dopuści cewnik bez powłoki bizmutowej, cewnik czasowy do hemodializ dwuświatłowy 12 F lub 14F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, w dostępnych długościach 15,20,24cm, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35" x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową

10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skalpel, czapki wtryskowe, opatrunek na cewnik.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych produktów

Wykonawca 4

Dot. Pakietu 17

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach: Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe, kompatybilne z systemem kontroli przylegania REM, z możliwością aplikacji kierunkowej (równoległe do powierzchni ciała), powierzchnia przewodząca 107cm², powierzchnia całkowita 162cm², rozmiar elektrody 150x108mm. Bezpieczeństwo produktu gwarantuje szeroka powierzchnia aktywna, żel adhezyjny o bardzo niskiej impedancji, dobra trwałość żelu oraz medyczna podkładka samoprzylepna zapobiegająca niepożądanemu odklejaniu się. Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych indywidualnie w opakowaniach zbiorczych po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 8 op.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu

Poz. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania naklejek z informacją o numerze serii i datą ważności, gotowych do wklejenia do protokołu pacjenta

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie uchwytu do elektrod z nożem o długości 70mm, średnica 2,38mm, kabel o długości 3,2m, ze złączem typu Valleylab. Poglądowa grafika poniżej



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu

Wykonawca 5

Pakiet nr 17

Poz 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwytu z trzonkiem o średnicy 2,4mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uchwytów z trzonkiem o średnicy 2,4mm

Wykonawca 6

Pakiet 17

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dwudzielną, owalną, hydrożelową, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozprrowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej 105 cm², powierzchni całkowitej 168 cm², rozmiar elektrody: 163,5 x 117 mm, elektrody pakowane pojedynczo, do każdego pakietu dołączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta, elektrody kompatybilne z aparatami Emed?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do elektrod monopolarnych z nożem, wąski, wtyk 2,4mm, jednorazowy, z dwoma przyciskami, kabel o długości 3 m, wtyk 3-pin, pakowany sterylnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego uchwytu

Poz. 2

Z uwagi na fakt, że uchwyt do elektrod monopolarnych z nożem ma być produktem jednorazowym- czy nie zaszła pomyłka w ilości sztuk na formularzu asortymentowo- cenowym? Czy Zamawiający wymaga 20 szt. czy 20 opakowań? Jeśli opakowania, to ile szt. w 1 opakowaniu Zamawiający wymaga?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 20 szt.

Pakiet 28

Poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia czynna 105 cm², grubość

hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższej elektrody

Wykonawca 7

Pakiet 13

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 45x42 mm, w pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej elektrody

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 42x36 mm, w pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej elektrody

Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 55x40 mm, w pozostałych parametrach bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Podpisał:

Dyrektor SPZOZ w Węgrowie

Lek. med. Artur Skóra