



Grudziądz, dnia 04.01.2024 r.

ZP-46/24

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/103/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: Z/103/PN/23), wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

#### **Zapytanie nr 1**

*Pakiet 2 poz. 1*

*Czy Zamawiający zgodzi się na wymiennik ciepła i wilgoci z jednym wkładem z oporami przepływu 0,336 cm H<sub>2</sub>O przy 30l/min., o objętości oddechowej >25 ml i przestrzeni martwej 15 ml, spełniający pozostałe kryteria?*

#### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

