

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 18.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.( ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet 7, poz. 1,4

- Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
- Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
- Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?
- Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
- Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pakiet 7, poz. 2

- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

- Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?
- Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pakiet 8, poz. 13-15

Czy zamawiający wydzieli poz.13-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pakiet 8, poz. 14

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, z możliwością stosowania do 7 dni?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pakiet 8, poz. 14

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l z możliwością stosowania do 7 dni u pacjenta, system zamknięty, jałowy, posiada odpływ spustowy Cross Valve, dren 110 cm z kłamrą, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika, dokładny z podziałką co 25 ml, pojemność 2000 ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pakiet 8, poz. 15

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l w systemie zamkniętym ,jałowy, posiada kranik spustowy Free Flo, wyposażony w zastawkę przeciwwrotną, komorę kroplową (typu Pasteur'a), filtry antybakteryjne, wyposażony w port do pobierania próbek, zakładka na kranik spustowy, zintegrowany system podwieszania, szeroki dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewnia swobodny i skuteczny odpływ moczu, dren o dł. 100 cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Z poważaniem

Zena Lyskij  
Zespół Specjalistyczny  
w dziedzinie Esztetyki  
mgr Jacek Baczowski

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Stęczek