

Prodziekan

Gdańsk, 20.07.2022 r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 24/WILiŚ/2022, CRZP 204/002/D/22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury pomiarowej do nieniszczącej diagnostyki konstrukcji na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza dostawę skanera radarowego do struktur żelbetowych w technologii impulsowej z 2 antenami szerokopasmowymi o poprzecznej polaryzacji o częstotliwości dominującej 2 Ghz.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** dostawy skanera radarowego do struktur żelbetowych w technologii impulsowej z 2 antenami szerokopasmowymi o poprzecznej polaryzacji o częstotliwości dominującej 2 Ghz.

W imieniu Zamawiającego

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr inż. Arkadiusz Ostojki, prof. PG
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA