



Wrocław, 14.07.2022 r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: Pakiet nr 1 – System monitorowania pacjenta z centralami, monitorami transportowymi oraz systemem telemetrii – 1 kpl.; Pakiet nr 2 – Aparat do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem – 1 kpl., znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.40.2022

#### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „PZP” informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej „SWZ” jednocześnie udzielając wyjaśnień:

##### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego sposobu mocowania kardiomonitorów czy będzie realizowane przez szynę modura czy też panel ścienny czy też poprzez rurę na kolumnie?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dysponuje kolumnami typu Hanauport Alpha, producent Heraues Med, rok produkcji 2004. Zamawiający dopuszcza montaż na szynę lub rurę na kolumnie, albo inny sposób montażu pozwalający na bezpieczne zamocowanie monitora i łatwe jego odpięcie w razie konieczności, do wyboru przez Zamawiającego przy dostawie.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 PZP dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie pakietu nr 1 w przedmiocie dostawy systemu monitorowania pacjenta z centralami, monitorami transportowymi oraz systemem telemetrii (1 kpl.). Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, pkt 61 tabeli opisującej parametry techniczne dla pakietu nr 1 otrzymuje brzmienie:

61.	Uchwyt lub zawieszenie dla kardiomonitorów do montażu kardiomonitora na kolumnach posiadanych przez Zamawiającego – kolumny sufitowe typu Hanauport Alpha, producent Heraues Med, rok produkcji 2004, montaż na szynę lub rurę na kolumnie, albo inny sposób pozwalający na bezpieczne zamocowanie monitora i łatwe jego odpięcie w razie konieczności, do wyboru przez Zamawiającego przy dostawie – 9 szt.	TAK, podać	
-----	--	------------	--

Zamawiający dołącza do dokumentów zamówienia aktualnie obowiązujący przy przygotowaniu oferty Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (po zmianie z dnia 14.07.2022 r.), uwzględniający powyższą zmianę treści SWZ.

**UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub zmiany SWZ Wykonawca zobowiązany jest do wyraźnego wpisania w treści oferty podstawy/źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji oraz nr pytania).**

**POWYŻSZA ODPOWIEŹ I MODYFIKACJA STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ**

.....  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)