

COZL/DZP/AW/3412/TP-130/23

Lublin, dnia 17.10.2023 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na :

**„Dostawa defibrylatorów, zatapiarki trójmodułowej, aparatu do diatermii krótkofalowej oraz lasera z aplikatorem skanującym do laseroterapii na potrzeby COZL.”  
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/PN-130/23)**

1. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I.

#### Pytanie nr 1

Dot. Pkt.9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator ze stopniem ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych IP44?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### Pytanie nr 2

Dot. Pkt.18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z ustawianiem energii defibrylacji przy pomocy przycisków 2 funkcyjnych +/- umieszczonych na panelu przednim defibrylator? Poziomy energii oznaczone wartością energii wyświetlają się na ekranie urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### Pytanie nr 3

Dot. Pkt.21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z czasem ładowania do energii maksymalnej 360J do 7 sekund, a do energii wymaganej w pkt. 15. - 200J do 3 sekund?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie nr 4

Dot. Pkt.30. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością jednoczesnego wyświetlania do 2 krzywych ekg i 3 krzywych dynamicznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### Pytanie nr 5

Dot. Pkt.47. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z przewodem synchronizującym dowolnego producenta, z możliwością przystosowania wtyku po dostawie?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6**

Dot. Pkt.48. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością szybkiej zmiany wyboru kategorii pacjenta za pomocą przycisku nawigującego defibrylatora? Umożliwia to szybką zmianę progów alarmowych monitorowanych parametrów zgodnie z opisem w tym punkcie.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7**

Dot. terminu dostawy: Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia defibrylatorów w I dostawie – 6 szt. urządzeń do 14 dni od daty obowiązywania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**II.**

Część 2 - Zatapiarka trójmodułowa

**Pytanie nr 8**

Pkt 24: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia, które posiada dwie komory o wymiarach 165 x 230 x 49 mm o pojemności ok. 1,77 litra?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9**

Pkt 3: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie Zatapiarki parafinowej 2 modułowej? W oferowanym przez nas rozwiązaniu urządzenie posiada: moduł dozujący parafinę z połączonym w jedną całość modułem grzewczym oraz dodatkowo drugi moduł chłodzący. Oba moduły są niezależne od siebie i nie wymagają załączenia drugiego celem jego używania. Na korzyść naszego rozwiązania jest mniejsza ilość zajętych gniazd zasilających (2 szt. zamiast 3 szt.) oraz sumarycznie niższy pobór prądu względem trzech odrębnie działających urządzeń a przede wszystkim przedstawione urządzenie spełnia te same cele co opisane. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania posiadanego w naszej ofercie i mieszczące się w ramach rozwiązania równoważnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10**

Pkt 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w podłużną podgrzewaną komorę na parafinę o pojemności 4 litrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11**

Pkt 6: Czy ze względu na fakt, iż w oferowanym przez nas rozwiązaniu (niezależne od siebie dwa moduły) Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia, którego moduł zimny nie jest sterowany poprzez panel sterujący w drugim module tylko za pośrednictwem potencjometru umieszczonego z tyłu urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12**

Pkt 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rozwiązania z wyjmowanym stanowiskiem na podgrzewane 6 pęset?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13**

Pkt 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rozwiązania, gdzie dozownik parafiny wyposażony w regulację przepływu, uruchamiany przy użyciu czujnika zbliżeniowego lub za pomocą przycisku nożnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14**

Pkt 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rozwiązania, gdzie temperatura pola zimnego to -3 stopnie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15**

Pkt 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie płyty o pojemności 70 kasetek/wanienek?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16**

Pkt 17: Czy Zamawiający dopuści płytę zimną, której zakres temperatury wynosi od 0 do -10 stopni Celsjusza?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17**

Pkt 21: W proponowanym przez nas rozwiązaniu zatapiarka składa się z niezależnych od siebie dwóch modułów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia, którego moduł zimny nie jest sterowany poprzez panel sterujący w drugim module tylko za pośrednictwem potencjometru umieszczonego z tyłu urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18**

Pkt 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowania urządzenia sygnalizującą proces podgrzewania urządzenia w kolorze pomarańczowym przy użyciu taśmy LED?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19**

Pkt 25: Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania półki. Swoją prośbę motywujemy zastąpieniem jej, kosztem szuflad wbudowanych w urządzenie z wyciąganymi wkładkami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20**

Pkt 26: Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego zakres temperatury wynosi od 50 stopni do 75 stopni Celsjusza. Temperatura w zakresie od 40 do 50 stopni nie powoduje otrzymania wymaganego efektu czyli podgrzania i roztopienia parafiny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21**

Pkt 27: Prosimy o odstąpienie od wymogu regulacji temperatury pęset podgrzewanych. W oferowanym przez nas urządzeniu taka funkcjonalność nie występuje ponieważ zadana temperatura jest wystarczająca do odpowiedniego spójnicjonowania materiału w ciekłej parafinie i nie powoduje przyklejenia się do niej żadnych materiałów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22**

Pkt 30: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wymiarach:

- moduł dozownika z modułem grzewczym: (szer. x gł. x wys.) 560 x 605 x 405 mm

- moduł chłodzący: (szer. x gł. x wys.) 410 x 605 x 405 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23**

Dotyczy: Rozdział VI pkt 1 SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie oryginalnych materiałów informacyjnych/Folderów/katalogów/prospektów/informacji/opisów autoryzowanego dystrybutora w którym będą wyszczególnione informacje potwierdzające wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia? Oryginały materiały/foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów opisywanych przez Zamawiających w SWZ i są jedynie ulotką informacyjną. W związku z tym większość materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych parametrów, zatem zasadne jest sporządzanie ich przez dystrybutora w oparciu o informacje od producenta i najlepszą wiedzę profesjonalnego wykonawcy na rynku medycznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**III.****Pytanie nr 24**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 25**

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 26****Dotyczy wzoru umowy:**

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na

względnie zgodną z prawem i równorzędną relacją łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

*Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy.*

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353<sup>1</sup> KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 27**

##### **Dotyczy wzoru umowy:**

Zamawiający w projekcie umowy, pisze: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy innych niż określone w §6 ust. 1-3, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 353<sup>1</sup> k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkodą, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 353<sup>1</sup> w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relacją łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć

wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### Pytanie nr 29

Dotyczy pakiet nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę - Dystrybutora (sporządzonych na podstawie danych producenta), z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaofiarowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### Pytanie nr 30

##### Pytania techniczne

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zatapiarki dwumodułowej o następujących parametrach:

1.	Urządzenie fabrycznie nowe z 2023 roku
2.	Dwumodułowa zatapiarka parafinowa składająca się z dystrybutora parafiny wraz z podgrzewanymi pojemnikami po prawej i lewej stronie oraz z płyty chłodzącej
3.	Podgrzewany zbiornik o przekroju prostokąta o pojemności 6L
4.	Niezależna regulacja temperatury zbiornika na kasetki i foremki
5.	Centralnie umieszczony zintegrowany ekran dotykowy LCD o przekątnej 4,3” pozwalający na obsługę obu modułów, wyświetlający na bieżąco parametry pracy: nastawy i wskazania temperatur, czas, alarmy, poziom parafiny w zbiorniku, statystyki pracy, itp.
6.	Wskaźnik pracy ekologicznego zużycia energii
7.	Podgrzewane stanowisko na 6 pęset z regulacją temperatury i możliwością demontażu w celu czyszczenia
8.	Możliwość stosowania pęset o różnej wielkości np. 1, 2, 4 mm
9.	Wbudowane dwie wysuwane szuflady do usuwania nadmiaru parafiny z powierzchni roboczej
10.	Dozownik parafiny wyposażony w regulację przepływu, uruchamiany za pomocą przycisku dotykowego, czujnika ultradźwiękowego (bezdotykowo), lub przycisku

	nożnego
11.	Możliwość kalibracji czujnika ultradźwiękowego i dostosowanie włącznika dozownika parafiny do wielkości kasetek
12.	Moduł chłodzący z możliwością samodzielnej pracy – bez podłączenia do jednostki centralnej
13.	W obszarze roboczym zimny punkt mogący pomieścić kasetkę typu Super Mega i temperaturą powierzchni w zakresie od +5°C do -5°C
14.	Pojemność płyty chłodzącej: 126 kasetek
15.	Zakres regulacji temperatury płyty chłodzącej: od temperatury pokojowej do - 20°C
16.	Możliwość programowania urządzenia w dowolnych godzinach w cyklu tygodniowym
17.	Dwa podgrzewane, wyjmowane pojemniki: na 192 standardowe kasetki histopatologiczne i 350 standardowych wanienek histopatologicznych
18.	Podgrzewane pojemniki zakryte przesuwными pokrywami
19.	Zakres regulacji wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od +50°C do +75°C
20.	Wbudowane oświetlenie LED z regulacją intensywności świecenie w skali od 0 do 10
21.	Wymiary modułu zatapiającego: 600 x 590 x 410mm (szer. x gł. x wys.) Wymiary płyty chłodzącej: 400 x 590 x 410 (szer. x gł. x wys.)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.