

Olsztyn, dnia 18.03.2022 r.

Ldz. 419/2022

Nr postępowania: 60/2022/PN/DZP

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 60/2022/PN/DZP pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”.**

### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 13 dotyczącej komory laminarnej zawartego w dokumencie „Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym.

Zmiana dotyczy wymiarów zewnętrznych komory laminarnej:

jest:

wymiary zewnętrzne (bez statywu): **co najmniej** 1200 x 812 x 1410 mm (szer. x głęb. x wys.);

powinno być:

wymiary zewnętrzne (bez statywu): **maksymalnie** 1200 x 812 x 1410 mm (szer. x głęb. x wys.);

W związku z powyższym do niniejszego pisma przekazuje Wykonawcom ujednolicony Załącznik nr 1 do SWZ z naniesionymi zmianami.

Z poważaniem,

Załączniki:

1. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ \_ Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 13.

SPECIALISTA  
mgr Anna Opalach

ZASTĘPCA KANCELARZA  
mgr Adriana Faraś-Bąk

Sporządziła: mgr Anna Opalach