



wielkopolskie centrum onkologii

Poznań, dnia 2024-07-25  
EZ/36/2024/ 537

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: 36/2024 Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Apteki

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

**Oferta nr 2**

KONKRET sp. z o.o. sp.k.

ul. Budowlana7

86-200 Chełmno

NIP: 8751524191

Całkowita wartość zamówienia wynosi 1 204 464,00 zł netto 1 472 110,02 zł brutto.

Gwarancja 24 m-ce

Wpłynęły 2 oferty, odrzucono 1 ofertę, wykluczono 0 Wykonawców.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową oceny oferty..

Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty	Punktacja Cena 60%, Gwarancja 40%, Razem 100%
<b><u>Oferta nr 1</u></b> TRONUS POLSKA SP. Z O.O. ul. ORDONA 2A, 01-237 WARSZAWA NIP 5272680141 Gwarancja 48 m-cy	Cena oferty: 1 350 007,50 zł netto 1 660 509,22 zł brutto	Oferta odrzucona <i>*uzasadnienie pod tabelą</i>
<b><u>Oferta nr 2</u></b> KONKRET sp. z o.o. sp.k. ul. Budowlana7 86-200 Chełmno NIP: 8751524191 Gwarancja 24 m-ce	Cena oferty 1 204 464,00 zł netto 1 472 110,02 zł brutto	60+0=60

\*Uzasadnienie merytoryczne odrzucenia oferty Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa NIP 5272680141 jako niezgodnej z wymaganiami specyfikacji.

W złożonej ofercie przetargowej oferent Tronus Polska Sp. z o.o. zaoferował urządzenie - myjnię dezynfektor do obuwia producenta CEMO produkt o nr 658582 49.

Zaoferowanie myjni CEMO nr 658582 49 nie spełnia wymagań SWZ w niżej wymienionych punktach:

Niespełnienie wymogu w ofercie	Wymagania specyfikacji
Wg oferty - myjnia wykonana jest z <b>polietylenu PE</b>	Wymóg SWZ: Obudowa i komora myjni wykonana ze <b>stali nierdzewnej</b>
Wg oferty - temperatura wody nie może przekraczać <b>40 °C</b>	Wymóg SWZ: Program dezynfekcji termicznej BGA <b>93° C. 10 min</b> Program dezynfekcji termicznej BGA <b>90° C. 5 min</b>
Wg oferty - przeznaczona jest do czyszczenia obuwia <b>roboczego</b>	Wymóg SWZ: - możliwość mycia obuwia <b>operacyjnego</b>


podstawa prawna odrzucenia oferty: Ustawa Pzp **Art. 226.** 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wybranego Wykonawcę prosimy o podpisanie umowy i przesłanie na adres Centrum.

Data podpisania umowy 05.08.2024 r.

Z poważaniem,

  
Pełnomocnik Dyrektora ds. planowania,  
zakupów, zużycia sprzętu  
i wyrobów medycznych

dr n. med. Anna Pleszowa