



Słupsk, dnia 15.10.2024r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Dostawa sprzętu medycznego – suszarki do narzędzi, toru wizyjnego oraz aparatu USG – postępowanie nr 91/TP/2024

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

W związku dostawą aparatu USG prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że koszt dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że koszt integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu USG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

Odp. Zamawiającego: Warunki gwarancji zawarte są w SWZ.

Pytanie nr 4:

Pytanie dot. zad. 2

Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści zastosowanie sterownika kamery, który posiada możliwość dokumentowania zabiegów endoskopowych w połączeniu z oferowanym modułem archiwizatora?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Pytanie dot. zad. 2 Pkt. 22 Czy zamawiający może doprecyzować o jakich endoskopach giętkich pisze, chodzi o okular, parametry techniczne ?

Odp. Zamawiającego: Możliwość montażu kamery na okular cystofiberoskopu. Okular cystofiberoskopu jest wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej.

Pytanie nr 6:

Pytanie dot. zad. 2 Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści zastosowanie archiwizatora jako osobnego modułu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Pytanie dot. zad. 2 Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści Sterownik połączony z modułem archiwizatora, który posiada 3 gniazdami USB w tym jedno na przednim panelu urządzenia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Dotyczy zadania nr 2

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia z zagranicy, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu wykonania zamówienia dla zadania nr 2 do 56 dni kalendarzowych od zawarcia umowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Dotyczy zadania nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany w zadaniu nr 2 przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2023/2024 r. Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty dostawy/installacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10:

Dotyczy zadania nr 2 Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11:

Dotyczy zadania nr 2 (dot. wzoru umowy §2 ust. 1 pkt. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem zamiast dokumentacji technicznej instrukcji obsługi oraz Instrukcji dekontaminacji / reprocessingu dla danego przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Dotyczy zadania nr 2 (dot. wzoru umowy §6 ust.1) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za odstąpienie od umowy do 10%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

Dotyczy zadania nr 2 (dot. zestawienia parametrów technicznych część 2, warunki gwarancji i serwisu pkt. 3) Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 2 dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu przez okres min. 5 lat od dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Dotyczy zadania nr 2 (dot. zestawienia parametrów technicznych część 2, warunki gwarancji i serwisu pkt. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h od zgłoszenia awarii? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15:

Dotyczy zadania nr 2 (dot. zestawienia parametrów technicznych część 2, warunki gwarancji i serwisu pkt. 7 i 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 15 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 - 3:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości niedostarczonej części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wadliwej części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lekką (222 gr) głowicę kamery, z kablem pod kątem 45 st. posiadającą dwa przyciski funkcyjne?

Pozostałe parametry zgodne z pierwotną specyfikacją

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy sterownik kamery full HD bez gniazda USB oraz modułu archiwizacyjnego z możliwością archiwizacji danych na niezależnym urządzeniu archiwizacyjnym zewnętrznym?

Pozostałe parametry zgodne z pierwotną specyfikacją.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

KIEROWNIK
Szczepu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

