



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27
72 – 300 Gryfice

Nasz znak
SPZZOZ/70/1/24

Data
Gryfice
03.12.2024

Sprawa dotyczy:
Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy pakietu nr 14, poz. 2 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w pozycji nr 2 zaoferować Zamawiającemu szew z powleczeniem antybakteryjnym? Pozostałe parametry oferowanych produktów bez zmian

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pakietu nr 14, poz. 4 i 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast w pozycji nr 4 zaoferować Zamawiającemu szew bez powleczenia antybakteryjnego w pozycji 5? Pozostałe parametry oferowanych produktów bez zmian.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania w formularzu asortymentowo-cenowym średnicy igły wyrażonej w mikronach? Pozostałe parametry oferowanych produktów bez zmian.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 70cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.





Pakiet 2, pozycja 3, 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?
ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 3-4, 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 75cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 150cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 75cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:

2. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
 - przy zwłoce do 3 dni w wysokości 0,2 % wartości **brutto** niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,
 - przy zwłoce powyżej 3 dni w wysokości 0,5 % wartości **brutto** niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż **50 zł** brutto za każdy dzień zwłoki.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Uzasadnienie: Kara umowna ma stanowić sankcję za nienależyte wykonywanie umowy, ale ma także mobilizować do należytego wykonania umowy, a zatem zbyt niska kara nie spełni swojej funkcji. Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne wprowadzane w ramach swobody kontraktowania, które ma na celu wzmocnić realne i prawidłowe wykonywanie umowy. Kara umowna zastępuje odszkodowanie (choć wystąpienie szkody nie jest konieczne do jej dochodzenia), a ponadto pełni rolę stymulacyjną i dyscyplinującą. W ocenie Zamawiającego zastrzeżona wysokość kar umownych jest współmierna i adekwatna do niniejszego zamówienia. Zaakcentowania wymaga, że przedmiotowy przepis wzoru umowy wiąże możliwość naliczenia kary umownej wobec strony „z winy, której doszło do rozwiązania umowy” i nie dotyczy okoliczności od strony niezależnych. Tym samym wyłącznie od strony naruszającej umowę zależy, jak długo i jak często dochodzi do przypadków naruszania przez nią umowy. To strona naruszająca umowę kreuje bowiem stan naruszania, a tym samym





wysokość sankcji pieniężnej za takie naruszenie. Dodatkowo, kara umowna może być ostatecznie miarkowana także przez sąd, w oparciu o okoliczności konkretnego przypadku.

Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekana (50% kopolimer glikolidu i L-laktyd [30/70] oraz 50% stearynian wapnia), o czasie wchłaniania 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści długość podwiązki 150 cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekana (50% kopolimer glikolidu i L-laktyd [30/70] oraz 50% stearynian wapnia), o czasie wchłaniania 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, bez powleczenia antybakteryjnego?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 4, 5

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga długość 70 cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści długość igły 55 mm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści nić powlekaną silikonem?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 10, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści nić polipropylenową bez dodatku polietylenu?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 10, poz. 7-8, 10-12

Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną, monofilamentową, polipropylenową, niewchłaniającą, o gramaturze 55 g/m² i porach 1,3x2,0 mm, grubości 0,55 mm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 10, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną, monofilamentową, polipropylenową, niewchłaniającą, o gramaturze 85 g/m² i porach 1,0x1,2 mm, grubości 0,55 mm, grubości nici 0,15 mm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 10, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 25 x 35 cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.





Dot. Pakietu 10, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z pętlą o długości nici 150cm i grubości 1 USP, wchłaniający, syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany, wykonany z polidoksanonu, czas wchłaniania 180-210 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego: ok. 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach od zaimplantowania, z igłą okrągłą, wzmocnioną 40mm, 1/2 koła, o zakończeniu trokarowym?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 10, poz. 14

Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycję z pakietu lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem tej pozycji?

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści nić powlekaną silikonem?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą o długości 36mm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą o długości 36mm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szwy z nicią o długości 75cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą o długości 36mm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą o długości 36mm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

PRÓBKİ – Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści przesłanie innych pozycji w danym pakiecie jako próbki (4 pozycje po 3 szaszetki) wszystkie zaoferowane nici są od tego samego producenta.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

pytanie do Pakietu 12 punkt 2.

Czy zamawiający wyrazi zgodę w miejsce szwu haczykowego 1/0 na zaoferowanie szwu 0?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach**

Danuta Kowalewska

