

Ldz. 1960.2022

Olsztyn, dnia 20.12.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 457/2022/TP/DZP prowadzonego w trybie podstawowym pt.
Wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko –
Mazurskiego „Kortosfera” w ramach projektu “Budowa i wyposażenie Centrum
Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie”
projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie 1

Część nr 8

Czy Zamawiający dopuści meble wykonane z płyty laminowanej zamiast z blachy

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza mebli wykonanych z płyty laminowanej zamiast z blachy.

Pytanie 2

Część nr 2: Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z dokładnością długości fali +/- 1 nm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza spektrofotometr z dokładnością długości fali +/- 1 nm.

Pytanie 3

Część nr 2: Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z powtarzalnością długości fali 0,5 nm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza spektrofotometr z powtarzalnością długości fali +/- 0,5 nm.

Pytanie 4

Część nr 2: Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z lampą wolframową i deuterową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza spektrofotometru z lampą wolframową i deuterową.

Z poważaniem,

KANGLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Odpowiedzi udzielił: mgr Mateusz Pikuliński,
Sporządziła: Barbara Drozd
mgr Barbara Drozd