

L. dz. DZP-291-2201/2023

Kraków, dnia 06.07.2023 r.

**Do**

**Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**, nr zamówienia DZP-291-2201/2023.

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie:

ZADANIE NR 3. - AUTOKLAW 80 L

Czy Zamawiający zaakceptuje autoklaw z zakresem ciśnienia 0 - 0,255 MPa?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje autoklaw z zakresem ciśnienia 0 - 0,255 MPa. Podany zakres jest szerszy od wymaganego w wymaganych parametrach technicznych SWZ.

**Kanclerz**

/-/ mgr Marcin Gałan

.....  
(podpis)