



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KRAKOWIE**
30-134 Kraków, Zarzecze 106

Kraków, dn. 26 kwietnia 2023 r.

WZP.2370.21.7.2023.RT

WYKONAWCY

uczestnicy postępowania na dostawę sprzętu medycznego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Dot. 2B oraz 2C - dostawa plecaków dla ratownika KPP

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gaśnicy o masie brutto 520 g oraz o pojemności 600 ml, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne spełniające normę EN166 o klasie optycznej 1, która jest najwyższą z klas optycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy w paragrafie 8 - kary umowne tj. naliczanie kar umownych od niedostarczonej części a nie jak jest dotychczas od całości zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, obowiązują zapisy SWZ.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert, w związku z faktem wpłynięcia ww. pytań.

podpisał elektronicznie:

**MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/-/

z up.

bryg. mgr inż. Przemysław Przeczek