

Konin, dnia 31.05.2023 r.

WSZ-EP-7/609/2023

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, wyrobów medycznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb zabiegów okulistycznych.**”, nr sprawy WSZ-EP-7/2023.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania do Zadania 1:

a. Czy zamawiający dopuści soczewkę o dioptrżu w zakresie od +5.0 D do +34.0D (gradacja mocy co 0.5D)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 soczewkę o dioptrżu w zakresie od +5.0 D do +34.0 D (gradacja mocy co 0.5D) spełniającą wszystkie pozostałe kryteria techniczne. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

b. Czy zamawiający dopuści soczewkę spełniającą wszystkie kryteria techniczne, o współczynniku refrakcji 1.47?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 1 wymaga współczynnika refrakcji mniejszego bądź równego 1,50.

Pytanie do Zadania 1A:

a. Czy zamawiający dopuści soczewkę spełniającą wszystkie kryteria techniczne, o współczynniku refrakcji 1.47

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1A soczewkę o współczynniku refrakcji 1.47, spełniającą wszystkie pozostałe kryteria techniczne. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie do Zadania 2.

a. Czy zamawiający dopuści soczewkę o dioptrżu w zakresie od +4.0 D do +34.0D)?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ, który zostanie zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytania do Zadania 3.

- a. Czy zamawiający dopuści soczewkę o stopniu uwodnienia $<1.0\%$
- b. Czy zamawiający dopuści soczewkę dla której liczba Abbego wynosi 55 co wpływa na zmniejszenie aberracji chromatycznych?
- c. Czy zamawiający dopuści soczewkę spełniającą wszystkie kryteria techniczne, o współczynniku refrakcji 1.47
- d. Czy zamawiający dopuści soczewkę implantowaną przy użyciu systemu wielorazowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 soczewkę o stopniu uwodnienia $<1.0\%$, z liczbą Abbego wynoszącą 55. O współczynniku refrakcji 1,47, implantowaną przy użyciu systemu wielorazowego, spełniającą pozostałe parametry techniczne. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytania do Zadania 4.

- a. Czy zamawiający dopuści soczewkę spełniającą wszystkie kryteria techniczne, o współczynniku refrakcji 1.47

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 soczewkę o współczynniku refrakcji 1.47, spełniającą wszystkie pozostałe kryteria techniczne. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.