



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 03.09.2024 r.

DZP-33/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Oddział Chorób Wewnętrznych zlokalizowanego na III piętrze w budynku B-wysoki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu"

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wydzieli osobny pakiet dla aparatu EKG z zadania numer4? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wadze 2,1kg. Różnica w wadze wynosząca 600g jest niewielka i nie wpłynie na użytkowanie urządzenia. Dodatkowo, zgodnie z wymaganiami przetargu, aparat będzie umieszczony na wózku, co eliminuje problem przenoszenia urządzenia przez personel.

Odp.: Zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o z wbudowanym ekranem graficznym kolorowym 8” z rozdzielczością 1024x600px., umożliwiającą jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG z panelem dotykowym? Wyższa rozdzielczość zapewni lepszą jakość obrazu i bardziej ergonomiczne użytkowanie przez Personel.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 330 x 230 x 140 mm? Wspomniane wymiary aparatu EKG sprawiają, że ekran sprzętu sprzyja ergonomii użytkownika. Wysokość ekranu aparatu EKG powinna być dostosowana do średniego wzrostu użytkownika, co minimalizuje konieczność pochylania się lub podnoszenia głowy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG wyposażonego w pełną wirtualną klawiaturę alfanumeryczną obsługującą polskie znaki oraz wyposażony w przyciski funkcyjne na ekranie aparatu EKG oraz pod nim (wodoodporne). Wirtualna klawiatura nie dość, że w dzisiejszych czasach jest standardem w większości urządzeń (nie tylko medycznych), to dodatkowo nie podlega zużyciu i nie zepsuje się jak fizyczne przyciski oraz ułatwia dezynfekcję urządzenia dzięki większej ilości płaskich powierzchni (brak wystających przycisków)

Odp.: Zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu 4 poz. 1 oraz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 4 do osobnego pakietu poz. 1 aparat EKG i poz. 2 spirometr?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający żądając w okresie gwarancyjnym wymiany akcesoriów będących elementami składowymi przedmiotu dostawy ma na myśli kabel pacjenta, elektrody przyssawkowe i elektrody kończynowe?

Odp.: Zamawiający żądając w okresie gwarancyjnym wymiany części będących elementami składowymi przedmiotu dostawy ma na myśli elementy urządzenia, które uległy uszkodzeniu, za wyjątkiem elementów zużywalnych, którymi są np. kabel pacjenta, elektrody przyssawkowe i elektrody kończynowe.

Podpisał:
Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
dr n. med. Janusz Kuśmierz