

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE**

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

tel. (059) 83 42 459, fax (059) 72 60 877

REGON 771480603, NIP 843-14-01-794


[www.spzoz-czluchow.pl](http://www.spzoz-czluchow.pl), e-mail: [sekretariat@spzoz-czluchow.pl](mailto:sekretariat@spzoz-czluchow.pl)**Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego**

do postępowania sygn. ZP/05/SPZOZ/2024, ID 939299

pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Data wpływu	Zakres którego dotyczy / dokument	pozycja	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego	Data udzielenia odpowiedzi
12.06.2024	<b>Pakiet 14</b>	<b>1</b>	<b>PYTANIE 1 – pakiet 14, pozycja 1</b> Bardzo prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 14, pozycja 1 szynę palcową 230x13 czy 260x18 do wyboru Zamawiającego, czy Wykonawca może zaoferować tylko jeden rodzaj szyny?	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający wydzieli pozycje do odrębnych punktów.	17.06.2024
12.06.2024	<b>Pakiet 14</b>	<b>1</b>	<b>PYTANIE 2 – pakiet 14, pozycja 1</b> Bardzo prosimy o rozdzielenie na dwie pozycje asortymentu w pakiecie nr 14, pozycja 1 na przykładowo pozycję 1a zawierającą szynę palcową 230x13 oraz pozycję 2a zawierającą szynę 260x18.	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający wydzieli pozycje do odrębnych punktów.	17.06.2024
12.06.2024	<b>Pakiet 16</b>	<b>2</b>	<b>PYTANIE 3 – pakiet 16, pozycja 2</b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego w <b>pakiecie 16, pozycja 2 pałeczek z tworzywa sztucznego z podłożem transportowym amies</b> , reszta zgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ?	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Dopuszczamy.	17.06.2024
12.06.2024	<b>Pakiet 20</b>		<b>PYTANIE 4 – pakiet 20</b> Czy Zamawiający dopuści pojemniki na skalpele pakowane w opakowania zbiorcze w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pozycja 1 – 0,7L – po 25 szt.;</li><li>• Pozycja 2 – 1L – po 50 szt.;</li><li>• Pozycja 3 – 2L – po 50 szt.;</li><li>• Pozycja 4 – 5L – po 10 szt.;</li><li>• Pozycja 5 – 10L – po 10 szt.</li></ul> Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Dopuszczamy.	17.06.2024
12.06.2024	<b>Pakiet 23</b>		<b>PYTANIE 5 – pakiet 23</b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego w <b>pakiecie 24 – torby na wymiociny</b> wykonanej z przezroczystego materiału <b>bez odcienia błękitu</b> , reszta zgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ?	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.	17.06.2024

			Odcień materiału, z którego wykonany przedmiot zamówienia nie ma jakiegokolwiek wpływu na zastosowanie i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowane worki na wymiociny są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej, a dopuszczenie powyższego możliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.		
14.06.2024	<b>Pakiet 13</b>	<b>7</b>	1. Czy Zamawiający w <b>Pakiecie 13 w poz. 7</b> wymaga zaoferowania Szczoteczek cytologicznych, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy ale nie wymagamy.</b>	17.06.2024
14.06.2024	<b>Pakiet 13</b>	<b>7;8;12</b>	1. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z <b>Pakietu nr 13 poz. 7;8;12</b> do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególnie dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.</b>	17.06.2024
14.06.2024	<b>Pakiet 2/wzór umowy</b>	<b>§ 2, ust. 10</b>	1. Dotyczy PAKIETU 2, wzoru umowy § 2, ust. 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów umowy dotyczących terminu dostawy partii towaru z 2 dni roboczych na 3 dni robocze.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana terminu dostawy zostanie naniesiona na umowie właściwej dla pakietu nr 2, po wyborze Wykonawcy.</b>	17.06.2024
14.06.2024	<b>Pakiet 2/wzór umowy</b>	<b>§ 3, ust. 5</b>	2. Dotyczy PAKIETU 2, wzoru umowy § 3, ust. 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów umowy dotyczących terminu wymiany towaru w przypadku reklamacji z 2 dni roboczych na 3 dni robocze.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia projektu umowy.</b>	17.06.2024
14.06.2024	<b>Pakiet 2/wzór umowy</b>	<b>§ 6, ust. 2</b>	3. Dotyczy PAKIETU 2, wzoru umowy § 6, ust. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów umowy dotyczących łącznej wysokości kar umownych z 50% na 20%.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia projektu umowy.</b>	17.06.2024
14.06.2024	<b>Pakiet 2/wzór umowy</b>	<b>§ 2, ust. 6</b>	4. Dotyczy PAKIETU 2, wzoru umowy § 2, ust. 6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie konkretnego miejsca dostawy przez	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Informuję, że zamówiony towar dla</b>	17.06.2024

			cały czas obowiązywania umowy dla asortymentu wskazanego w pakiecie 2. Jednocześnie zwracamy uwagę, by dla asortymentu w pakiecie 2, miejscem dostawy nie była apteka szpitalna.	Pakiety nr 2 będzie dostarczany do laboratorium.	
14.06.2024	Pakiet nr 2	6	<b>5. Dotyczy PAKIETU 2, pozycji 6 Formularza asortymentowo-cenowego</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły o średnicy zewnętrznej 21G cienkościennej (zgodnie z normą ISO 9626), czyli ze średnicą wewnętrzną jak w standardowej igle 20G, gwarantującą wypływ krwi jak ze standardowej igły 20G, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.</b>	17.6.2024
14.06.2024	Pakiet nr 2	3	<b>6. Dotyczy PAKIETU 2, pozycji 3 Formularza asortymentowo-cenowego</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii (pozycja 3 Formularza asortymentowo-cenowego) z terminem ważności 4 miesiące?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.</b>	17.06.2024
14.06.2024	Pakiet nr 2	6	<b>7. Dotyczy PAKIETU 2, pozycji 6 Formularza asortymentowo-cenowego</b> Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia w dokumentach producenta faktu umieszczenia na probówkach znacznika minimalnego poziomu pobrania oraz możliwości optymalnego monitorowania APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.</b>	17.6.2024
14.06.2024	SWZ	<b>ROZDZIAŁ III, pkt. 6</b>	<b>8. Dotyczy SWZ, ROZDZIAŁ III, pkt. 6</b> Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie i dostarczanie na podstawie późniejszej umowy, towaru z 6-miesięcznym terminem ważności.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.</b>	17.06.2024
13.06.2024	Pakiet nr 28		Pakiet 28 CPV 31711140-6 Elektrody Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej dla dorosłych i dzieci, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia całkowita 153 cm <sup>2</sup> , powierzchnia przewodząca 104 cm <sup>2</sup> , złącze szer. 23 mm x dł. 22 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm impedancja <50 Ohm w zakresie częstotliwości od 200 kHz do 5Mhz, max. wzrost temp. <6°C, pakowane w saszetkach po 5 szt. 	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.</b>	18.06.2024
13.06.2024	Pakiet nr 28	1	Pakiet 28, pozycja 1:	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje obecne</b>	18.06.2024

			Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, hydrożel, dzieloną, dla dorosłych i dzieci 163,5 mm x 117 mm; 105 cm <sup>2</sup> ?	postanowienia zawarte w SWZ.	
13.06.2024	Pakiet nr 28	1	Pakiet 28, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 100 szt. z odpowiednim przelicznikiem na formularzu cenowym?	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.	18.06.2024
13.06.2024	Pakiet nr 17		1. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w zintegrowane z tym testem narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy ale nie wymagamy.	18.06.2024
13.06.2024	Pakiet nr 17		2. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 – Testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy ale nie wymagamy.	18.06.2024
14.06.2024	Pakiet nr 28		Pytanie 1 do pakietu 28 CPV 31711140-6 Elektrody pkt 1: Czy zamawiający dopuszcza jednorazową elektrodę neutralną dla dorosłych i dzieci, hydrożelową dzieloną o powierzchni styku 108 cm <sup>2</sup> ?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	2	Pakiet 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?	<del>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</del>  25.06.2024 Zamawiający przesłał do Wykonawcy prawidłową odpowiedź, która brzmi: Zamawiający nie dopuszcza rurek, które nie są silikonowane.	18.06.2024 25.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	8	Pakiet 6 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH 14-24?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	9	Pakiet 6 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH 14-24?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	10	Pakiet 6 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści pojemność balonu 5-15 ml?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	10	Pakiet 6 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści pojemność balonu 3 ml dla rozmiaru CH6 oraz 3-5 ml dla rozmiarów CH8-10?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	14	Pakiet 6 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści długość 105 cm?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	18.06.2024

17.06.2024	Pakiet nr 6	14	<b>Pakiet 6 poz. 14</b> Czy Zamawiający dopuści długość 125 cm?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	15	<b>Pakiet 6 poz. 15</b> Czy Zamawiający dopuści długość 100 cm?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	15	<b>Pakiet 6 poz. 15</b> Czy Zamawiający dopuści długość 125 cm?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	18	<b>Pakiet 6 poz. 18</b> Czy Zamawiający dopuści długość minimalną 180 cm?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	18	<b>Pakiet 6 poz. 18</b> Czy Zamawiający dopuści długość minimalną 200 cm?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	21	<b>Pakiet 6 poz. 21</b> Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 1?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	21	<b>Pakiet 6 poz. 21</b> Czy Zamawiający dopuści średnicę cząstek 2.0 – 2.2?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	22	<b>Pakiet 6 poz. 22</b> Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH14/330, CH16/330?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 8	1	<b>Pakiet 8 poz. 1</b> Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 8	1	<b>Pakiet 8 poz. 1</b> Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 8	2	<b>Pakiet 8 poz. 2</b> Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 8	3	<b>Pakiet 8 poz. 3</b> Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający</b>	18.06.2024

			16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylne?	utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	
17.06.2024	Pakiet nr 8	4	<b>Pakiet 8 poz. 4</b> Czy Zamawiający wymaga tyłek sterylnych?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 8	4	<b>Pakiet 8 poz. 4</b> Czy Zamawiający dopuści szerokość tyłek 20 – 25 mm?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 11	1	<b>Pakiet 11 poz. 1</b> Czy Zamawiający wymaga, aby koc ogrzewający posiadał warstwę zewnętrzną o gramaturze min. 30 g/m2?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 12	4	<b>Pakiet 12 poz. 4</b> Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm</li> <li>• Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika</li> <li>• Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo</li> <li>• Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący</li> <li>• Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym</li> <li>• Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka</li> <li>• Niesterylne</li> <li>• Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe</li> <li>• Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przyklepne opatrunki</li> <li>• Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?</li> </ul>	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 14	1	<b>Pakiet 14 poz. 1</b> Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozmiaru 260x20 lub 250x18 zamiast 260x18?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 23	1	<b>Pakiet 23 poz. 1</b> Czy Zamawiający dopuści worek z całkowicie przezroczystego materiału, bez żadnego zabarwienia kolorystycznego?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy.</b>	18.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 23	1	<b>Pakiet 23 poz. 1</b> Czy Zamawiający dopuści worek z przezroczystego materiału czerwonego?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy.</b>	18.06.2024
14.06.2024	Pakiet nr 18		<b>Pytania dot. asortymentu:</b> <b>Pakiet 18:</b> Czy Zamawiający dopuści, aby napisy były od strony folii i papieru?	<b>ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyrażamy zgody.</b>	19.06.2024
14.06.2024	Umowa	kara	W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są	<b>ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza.</b>	19.06.2024

			współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy: 1. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy?		
14.06.2024	Umowa	§6 ust. 1 pkt 2)	2.Czy Zamawiający przed odstąpieniem od umowy na mocy §6 ust. 1 pkt 2) umowy wezwie uprzednio Wykonawcę do należytego wykonania umowy?	<b>ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza.</b>	19.06.2024
14.06.2024	Umowa	§ 6 ust. 1 pkt 1)	3. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 6 ust. 1 pkt 1. wzoru umowy na 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt 1?" Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.	<b>ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>	19.06.2024
14.06.2024	Umowa	§ 6 ust. 1 pkt 2)	4. „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 2. wzoru umowy wyrażenie „5% niezrealizowanej części ceny ofertowej brutto,” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”?	<b>ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie potwierdza przedstawionej w pytaniu interpretacji zapisu. W ujęciu semantycznym obu sformułowań kara odnosi się do ceny/wartości niezrealizowanej.</b>	19.06.2024

14.06.2024	umowa	§ 6 ust. 1 pkt 3)	5. § 6 ust. 1 pkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: 0,5% niezrealizowanej części ceny ofertowej brutto wadliwej części umowy, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia wyznaczonego do dostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto wadliwej części dostawy.	<b>ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>	19.06.2024
14.06.2024	Umowa	kary	6. W celu równego traktowania obu stron umowy, prosimy o dopisanie do wzoru umowy paragrafu o treści: "Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy."	<b>ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Taki zapis znajduje się w § 6 ust. 6 projektu umowy.</b>	19.06.2024
14.06.2024	Umowa	§ 6 ust. 2	7. § 6 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości 20% zamówienia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy.	<b>ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>	19.06.2024
14.06.2024	Umowa	waloryzacja	8. § 11 Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć zapis: że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna: 1) Gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5%, 2) Gdy zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia przekroczy 5%, 3) W przypadku zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia wynagrodzenie nie spadnie poniżej ceny ujętej w ofercie Wykonawcy.	<b>ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>	19.06.2024
14.06.2024	Umowa	§ 6 ust. 1	1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w wysokości: 1) <b>0,5%</b> niezrealizowanej części ceny ofertowej brutto opóźnionej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy;	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia projektu umowy.</b>	19.06.2024
14.06.2024	Umowa		3) <b>0,5%</b> niezrealizowanej części ceny ofertowej brutto wadliwej części umowy, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia wyznaczonego do dostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia projektu umowy.</b>	19.06.2024



17.06.2024	SWZ		Dotyczy zapisów SWZ: 1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.	Odpowiedź Zamawiającego: Wymagamy, przedstawienie certyfikatu na wezwanie Zamawiającego.	19.06.2024
17.06.2024	SWZ		2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?  Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.	Odpowiedź Zamawiającego: Wymagamy, przedstawienie certyfikatu na wezwanie Zamawiającego.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 18	1-11	Dotyczy Parametry Techniczne: 3. Dotyczy Pakietu 18 pozycja 1-11  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawy papierowo-foliowe o temperaturze zgrzewu 150-200°C?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 18	1-11	Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków i napisów, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm <sup>2</sup> co gwarantuje poprawne zinterpretowanie koloru wskaźnika przed i po sterylizacji?	Odpowiedź Zamawiającego: Wymagamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 18	1-11	Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?	Odpowiedź Zamawiającego: Wymagamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 19	6	4. Dotyczy Pakietu 19 pozycja 6  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania testy klasy 6 o parametrach 121°C/20min, 134°C/7min oraz 121°C/15min, 134°C/5,3min?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	1	Pakiet nr 15: Poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych, w powleczeniu PE, tyżeczki o długości 4mm, rozwarciu max. 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Łyżeczki posiadają podwójny szlif w celu zwiększenia ostrości cięcia tkanek. Kolor powleczenia szary Obszar zastosowania kodowany kolorystycznie i graficznie na każdym opakowaniu jednostkowym. Szczypce z funkcją biopsji	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.	19.06.2024

			stycznych. Pakowane łącznie z przyrządem do zdejmowania pobranych próbek tkanek. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.		
17.06.2024	Pakiet nr 15	2	Poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy chwytających jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek zęb szczura – szczęki aligatora o rozwarciu 17mm. Wersja obrotowa. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	3	Poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, drut pleciony o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz pętla elektrochirurgiczna, drut pleciony o średnicy 0,40mm dla średnicy otwarcia pętli 10mm, 15mm 25mm, 30mm i 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta/dystrybutora.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	3	Poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli elektrochirurgicznej jednorazowego użytku, z pamięcią kształtu, sterylna, owalna, drut pleciony o średnicy 0,40mm dla średnicy otwarcia pętli 10mm, 15mm, 25mm, 30mm i 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta/dystrybutora.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	4	Poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, plecioną, drut o średnicy 0,40 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	4	Poz. 4	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>	19.06.2024

			Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna 3-stopniowa - średnice pętli 6/10/30mm; wykonana z drutu plecionego średnica katetera 2,4mm, długość robocza 230cm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	Zamawiający nie wyraża zgody.	
17.06.2024	Pakiet nr 15	5	Poz. 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 30mm lub otwarciu 40mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	6	Poz. 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w przezroczystej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 22°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablockowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	7	Poz. 7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy hemostatycznej z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 12mm i 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezykcjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkownika wyrobu). Opakowanie handlowe = 5 sztuk.	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	8	Poz. 8	Odpowiedź Zamawiającego:	19.06.2024

			<p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy hemostatycznej z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, z przeliczeniem ilości klipsownic zabezpieczających dwa dodatkowe klipsy. Zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów (klipsownic) przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm lub 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.	
17.06.2024	Pakiet nr 15	9	<p>Poz. 9 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do opaskowania żyłaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1350mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętkiem działającym w dwóch kierunkach i pokrętkiem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzuć gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z endoskopem o minimalnej średnicy 9,3mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw.</p>	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	10	<p>Poz. 10 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu poślizgowego przeznaczonego do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastrokopii, proktoskopii, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Preparat w tubie. Fizjologicznie nieszkodliwy i dobrze przyswajalny dla błony śluzowej. Nie zawiera parafiny i silikonu. Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fizjologicznie nieszkodliwy</li> <li>• bez tłuszczu, parafiny i silikonu</li> <li>• długotrwała smarowność</li> <li>• bardzo dobra kompatybilność materiałowa</li> <li>• dobrze rozpuszczalny w wodzie, nie pozostawia pozostałości</li> <li>• przezroczysty</li> <li>• łagodzi błonę śluzową</li> </ul> <p>Gramatura tuby 200ml.</p>	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.	19.06.2024

17.06.2024	Pakiet nr 15	11	<p>Poz. 11</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 6mm - 10mm, długość narzędzia 2300mm lub 3000mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100sztuk.</p>	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b></p>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	12	<p>Poz. 12</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustnika endoskopowego z otworem centralnym o średnicy 22mm x 25mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Nie zawiera lateksu. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty. Opakowanie jednostkowe zawiera etykiety do dokumentacji z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.</p>	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b></p>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 15	14	<p>Poz. 14</p> <p>Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 5 szt opakowań zawierających 10 szt markerów węglowych, ponieważ zgodnie ze wskazanym opisem produktu markery mają być pakowane w opakowaniach handlowych =10 szt.</p>	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje 5 sztuk markerów, opakowanie handlowe jest sugerowane, Zamawiający dopuszcza wycenę z odpowiednim przeliczeniem wskazanych ilości.</b></p>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 26		<p>Pakiet 26</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody, ze względu na ryzyko poparzenia pacjentów w trakcie wykonywania np. procedury defibrylacji, powinny posiadać gradientową technikę nanoszenia Ag/AgCl oraz owalny kształt, co pozwala na bardziej równomierny rozkład prądu przepływającego przez elektrodę w trakcie wykonywania procedury, co jest szczególnie istotne ze względu na bezpieczeństwo pacjentów.</p>	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego: Jeżeli ofertowany produkt spełnia wymagania określone w SWZ lub jest równoważny to dopuszczamy.</b></p>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 26	1	<p>Pakiet 26 poz. 1</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych, powinny posiadać powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 102cm<sup>2</sup> (204cm<sup>2</sup> dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SIWZ defibrylatorami, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przebiegu procedur charakterystycznych dla elektrod wielofunkcyjnych.</p>	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego: Jeżeli ofertowany produkt spełnia wymagania określone w SWZ lub jest równoważny to dopuszczamy.</b></p>	19.06.2024


17.06.2024	Pakiet nr 26	1	Pakiet 26 poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody dla dorosłych, w odniesieniu do obowiązującej normy PN-EN 60601-2-4:2011/A1:2019-12 - mogą być stosowane bezpiecznie aż do 50 defibrylacji przy energii 360J, co zapewnia bardzo szerokie możliwości ich bezpiecznego wykorzystania w warunkach klinicznych i obniża jednocześnie koszty związane z wielokrotną defibrylacją, co jest szczególnie istotne w specyficznych warunkach pracy.	Odpowiedź Zamawiającego: Jeżeli ofertowany produkt spełnia wymagania określone w SWZ lub jest równoważny to dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 26	2	Pakiet 26 poz. 2 Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane elektrody wielofunkcyjne dla dzieci, powinny posiadać powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 51cm <sup>2</sup> (102cm <sup>2</sup> dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SIWZ defibrylatorami, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przebiegu procedur charakterystycznych dla elektrod wielofunkcyjnych,	Odpowiedź Zamawiającego: Jeżeli ofertowany produkt spełnia wymagania określone w SWZ lub jest równoważny to dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 26	2	Pakiet 26 poz. 2 Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody dla dzieci, w odniesieniu do obowiązującej normy PN-EN 60601-2-4:2011/A1:2019-12 - mogą być stosowane bezpiecznie aż do 25 defibrylacji przy energii 100J, co zapewnia bardzo szerokie możliwości ich bezpiecznego wykorzystania w warunkach klinicznych i obniża jednocześnie koszty związane z wielokrotną defibrylacją, co jest szczególnie istotne w specyficznych warunkach pracy.	Odpowiedź Zamawiającego: Jeżeli ofertowany produkt spełnia wymagania określone w SWZ lub jest równoważny to dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	2-5	<b>Pakiet 4 pozycja 2-5</b> Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej oraz oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru wyłącznie na opakowaniu zbiorczym?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	5	<b>Pakiet 4 pozycja 5</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	6	<b>Pakiet 4 pozycja 6</b> Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z wyraźną, jednostronną, pojedynczą skalą pomiarową, przezroczystym cylindrem i zielonym tłokiem? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	7	<b>Pakiet 4 pozycja 7</b> Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	6-7	<b>Pakiet 4 pozycja 6-7</b>	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024

			Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'25sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?		
17.06.2024	Pakiet nr 4	8	<b>Pakiet 4 pozycja 8</b> Czy Zamawiający dopuści aparat z nazwą Producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> <b>Zgodnie z SWZ.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	9	<b>Pakiet 4 pozycja 9</b> Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv niezawierającego ftalanów?	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> <b>Zgodnie z SWZ.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	11	<b>Pakiet 4 pozycja 11</b> Czy Zamawiający dopuści przyrząd z regulacją od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacją od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%?	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> <b>Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	12	<b>Pakiet 4 pozycja 12</b> Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy do stosowania przez 7dni lub 350 aktywacji, z silikonową membraną, bez systemu mechanicznego, z białym aplikatorem, pakowane w papier-folię?	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> <b>Zgodnie z SWZ.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	19	<b>Pakiet 4 pozycja 19</b> Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł do penów w rozmiarze 31G 0,25x6mm oraz 30G 0,3x08mm?	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> <b>Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	20	<b>Pakiet 4 pozycja 20</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> <b>Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	21	<b>Pakiet 4 pozycja 21</b> Czy Zamawiający dopuści przyrząd o objętości wypełnienia 0,20ml, posiadający wyłącznie parametry: <b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt</li> <li>▪ Korpus z ABS-u (Chemo – kopolimer) z radełkowaną powierzchnią, zapewniającą pewny chwyt</li> <li>▪ Ostry kołec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności</li> <li>▪ Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika</li> <li>▪ Szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem</li> <li>▪ Dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym (płynu)</li> <li>▪ Filtr bakteryjny chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli</li> <li>▪ Filtr cząsteczkowy stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem</li> <li>▪ Łącznik luer lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer lub luer lock męski</li> <li>▪ Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów</li> <li>▪ Wyrób niepirogeny</li> <li>▪ Jednorazowego użytku</li> <li>▪ Sterylizowany tlenkiem etylenu</li> <li>▪ Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia</li> </ul>	<b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> <b>Zgodnie z SWZ.</b>	19.06.2024

			stosowany do 24h?		
17.06.2024	Pakiet nr 4	22-23	<b>Pakiet 4 pozycja 22-23</b> Czy Zamawiający dopuści kraniki wyłącznie z optycznym indykatorem pozycji?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	22-23	<b>Pakiet 4 pozycja 22-23</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	25	<b>Pakiet 4 pozycja 25</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'90sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	27-28	<b>Pakiet 4 pozycja 27-28</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy .	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	29	<b>Pakiet 4 pozycja 29</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy .	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	29	<b>Pakiet 4 pozycja 29</b> Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym?	Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	29	<b>Pakiet 4 pozycja 29</b> Czy Zamawiający dopuści elektrody z pianką z PE?	Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.  20.06.2024 r. zmieniono opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający w odpowiedziach z dnia 25.06.2024 dopuszcza elektrodę z pianki PE pakowaną po 50 szt.	19.06.2024  25.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	36	<b>Pakiet 4 pozycja 36</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	39	<b>Pakiet 4 pozycja 39</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	40	<b>Pakiet 4 pozycja 40</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	43	<b>Pakiet 4 pozycja 43</b>	Odpowiedź Zamawiającego:	19.06.2024



			Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'80 szt. podkładów z przeliczeniem podanych ilości, tj. 15 opakowań?	Zamawiający wyraża zgodę.	
17.06.2024	Pakiet nr 4	44	<b>Pakiet 4 pozycja 44</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'200 szt. z przeliczeniem podanych ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	45	<b>Pakiet 4 pozycja 45</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem podanych ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	46	<b>Pakiet 4 pozycja 46</b> Czy Zamawiający dopuści wyłącznie standardowy worek do tygodniowej zbiórki moczu z zastawką, drenem o długości 90cm, portem do pobierania próbek?	Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	46	<b>Pakiet 4 pozycja 46</b> Czy Zamawiający dopuści standardowy worek do tygodniowej zbiórki moczu z zastawką, drenem o długości 90cm, portem do pobierania próbek wraz z cewnikiem Foleya (osobno pakowane)?	Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 4	47-48	<b>Pakiet 4 pozycja 47-48</b> Czy Zamawiający dopuści zestawy 100ml?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 5	1,2	<b>Pakiet 5 pozycja 1, 2</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem podanych ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 5	3,9	<b>Pakiet 5 pozycja 3, 9</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem podanych ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 5	6	<b>Pakiet 5 pozycja 6</b> Czy Zamawiający dopuści podkład fizelinowy w rozmiarze 90x150cm?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 5	7	<b>Pakiet 5 pozycja 7</b> Czy Zamawiający dopuści maskę na troki typu II?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 5	8	<b>Pakiet 5 pozycja 7, 8</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem podanych ilości?	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 5	10	<b>Pakiet 5 pozycja 10</b> Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej?	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 5	10	<b>Pakiet 5 pozycja 10</b> Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?	Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.	19.06.2024

17.06.2024	Pakiet nr 6	2	<b>Pakiet 6 pozycja 2</b> Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z pcv niesilikonowanego?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	8	<b>Pakiet 6 pozycja 8</b> Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika wyłącznie w rozmiarach od 14 do 24?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	10	<b>Pakiet 6 pozycja 10</b> Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarze CH6 z balonem 3ml (reszta rozmiarów zgodnie z SWZ), z wystającą prowadnicą 9mm?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	11	<b>Pakiet 6 pozycja 11</b> Czy Zamawiający dopuści cewniki z dwoma otworami naprzemianległymi o sumie przekraczającej średnicę otworu centralnego z konektorem jak na zdjęciu: 	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	16	<b>Pakiet 6 pozycja 16</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'10sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 6	21	<b>Pakiet 6 pozycja 21</b> Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem skalowanym co 1ml, wyłącznie do stosowania w pozycji siedzącej? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 11	1	<b>Pakiet 11 pozycja 1</b> Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy EN 13795:2011?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 12	1	<b>Pakiet 12 pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 24G 0,7x19mm o przepływie 23 ml/min z 6 paskami rtg?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 12	1	<b>Pakiet 12 pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 12	4	<b>Pakiet 12 pozycja 4</b> Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	19.06.2024

			nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?		
17.06.2024	Pakiet nr 13	10	<p><b>Pakiet 13 pozycja 10</b>            Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o poniższym składzie:            Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty</li> <li>• 5x Tufper z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm</li> <li>• 6x Pałeczka do wymazów plastikowa z wacikiem, dł. 15cm</li> <li>• 1x Chwytek plastikowy 18cm</li> </ul>	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b></p>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 13	13	<p><b>Pakiet 13 pozycja 13</b>            Czy Zamawiający dopuści spódniczkę wykonaną z włókniny polipropylenowej gramaturze o gramaturze 40g/m2?</p>	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b></p>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 14	1	<p><b>Pakiet 14 pozycja 1</b>            Czy Zamawiający dopuści zaferowanie szyny 230x13 oraz 260x20?</p>	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b></p>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 14	3	<p><b>Pakiet 14 pozycja 3</b>            Czy Zamawiający dopuści zaferowanie szyny 200x20?</p>	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b></p>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 16	1	<p><b>Pakiet 16 pozycja 1</b>            Czy Zamawiający dopuści pałeczki z tworzywa sztucznego z wacikiem ze sztucznego jedwabiu?</p>	<p><del>Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.</del>   <b>Prawidłowa odpowiedź Zamawiającego brzmi: Dopuszczamy.</b></p>	19.06.2024  25.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 16	2	<p><b>Pakiet 16 pozycja 2</b>            Czy Zamawiający dopuści pałeczki z końcówką Rayon w próbówce z podłożem Amies?</p>	<p><del>Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.</del>   <b>Prawidłowa odpowiedź Zamawiającego brzmi: Dopuszczamy.</b></p>	19.06.2024

17.06.2024	Pakiet nr 17	1	<b>Pakiet 17 pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 20	3	<b>Pakiet 20 pozycja 3</b> Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2l o wysokości 22cm?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 20	6	<b>Pakiet 20 pozycja 6</b> Czy Zamawiający dopuści pojemnik 100ml?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 20	1-6	<b>Pakiet 20 pozycja 1-6</b> Czy Zamawiający dopuści pojemniki o innym sposobie konfekcjonowania w zależności od pojemności?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 23	1	<b>Pakiet 23 pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'20sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.</b>	19.06.2024
17.06.2024	Pakiet nr 23	1	<b>Pakiet 23 pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści worek z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml)?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.</b>	19.06.2024
20.06.2024	Pakiet nr 4	29	<b>Pakiet 4 poz. 29</b> Bardzo proszę o dopuszczenie elektrody wykonanej z pianki PE pakowanej po 50 szt.	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Pakiet 4 poz. 29 – Zamawiający dopuszcza elektrodę z pianki PE pakowaną po 50 szt.</b>	25.06.2024
20.06.2024	Pakiet nr 6	2	<b>Pakiet 6 poz. 2</b> Ponieważ zostały udzielone sprzeczne odpowiedzi dotyczące tej pozycji, czy Zamawiający może jednoznacznie odpowiedzieć czy dopuszcza czy też nie dopuszcza rurek które nie są silikonowane ?	<b>Pakiet 6 poz. 2 – Zamawiający nie dopuszcza rurek, które nie są silikonowane.</b>	25.06.2024
25.06.2024	Pakiet nr 12	4	Pytanie 1: Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 12 poz. 4 o dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyłączy z pakietu 12 poz. 4 ale dopuści zaoferowany asortyment.</b>	25.06.2024

			skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym.		
25.06.2024			Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga, aby system do kontrolowanej zbiórki stolca posiadał badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni?	<b>Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy ale nie wymagamy.</b>	25.06.2024

**Wprowadzone zmiany, zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego są obowiązujące i modyfikują zapisy SWZ do ZP/05/SPZOZ/2024 ze zmianami z dnia 20.06.2024 r.**

### **Pozostałe pytania.**

#### **1. Pakiet 19 poz. 18:**

W związku z brakiem dostępności diety Nutrison Advanced Peptisorb o pojemności **1000 ml**, prosimy o dopuszczenie diety Nutrison Advanced Peptisorb o pojemności **500 ml**, po odpowiednim przeliczeniu ilości produktu. – **pytanie niezgodne z przetargiem.**

Zamawiający przypomina, że zgodnie ze zmianami ujętymi w SWZ ZP/05/SPZOZ/2024 R. z dnia 20.06.2024 zmieniono opis przedmiotu zamówienia dotyczący **pakietu nr 4 poz. 29.**

Zamawiający informuje, że w odpowiedziach wkraśl się błąd, zostały one zmodyfikowane:

- w zakresie **pakietu 6 poz. 2** – Nie dopuszcza się rurek niesilikonowanych,
- w zakresie pakietu 16 poprawiono odpowiedzi (tabela powyżej).

Zmiany naniesione na tabelkę oznaczono kolorami.

Stan na 26.06.2024

Daria Zaniewska  
Referent ds. zamówień publicznych  
W SP ZOZ w Człuchowie

**Zatwierdzam:**