



**S Z P I T A L P O W I A T O W Y**  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28  
Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy w Poznaniu  
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009  
tel. sekr. 067-263 25 10, tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78  
BDO: 000092629  
www.szpital.zlotow.pl e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO/IEC 27001:2013  
PN-ISO 45001:2018



SZP-ET/228/2022

Złotów, dnia 15.04.2022 r.

## Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr **10/ZP/2022**

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 10/ZP/2022, którego przedmiotem jest: **„Dostawa podłoży mikrobiologicznych do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych z próbek krwi i innych płynów ustrojowych, oraz sprzęt do przesiewania próbek pozytywnych wraz z dierzawą urządzenia - analizatora do posiewów próbek krwi i innych płynów ustrojowych (część 4)”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:**

### Pytanie nr 1

Dotyczy Formularza cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie nr 2

Dotyczy § 6 ust. 1 Wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu płatności do 60 dni.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.**

### Pytanie nr 3

Dotyczy § 7 ust. 1 Wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 7 z dnia 14.04.2022 r. znak pisma: SZP-ET/223/2022**

### Pytanie nr 4

Dotyczy § 7 ust. 5 Wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści otrzymywanie faktur wyłącznie w wersji elektronicznej, zgodnie z § 6 ust. 1 Wzoru umowy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 5

Dotyczy § 10.1 pkt 1) Wzoru umowy

Prosimy o obniżenie kary umownej za zwłokę w dostarczeniu towaru do 2% wartości brutto niedostarczonego towaru/reklamowanego towaru, za każdy dzień

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy § 10.1 pkt 3) Wzoru umowy

Prosimy o obniżenie kary umownej do 200 zł.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 z dnia 15.04.2022 r., znak pisma: SZP-ET/225/2022**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy § 9.1 ust. 6

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dostępności telefonicznej działu serwisowego w dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu załącznika nr 4 do SWZ w § 9 ust. 6, tym samym zmienia jego brzmienie.**

**Jest:**

§ 9 ust. 6. Dostępność telefonicznych porad inżyniera serwisowego codziennie, całodobowo, 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne i wolne od pracy. Dostępność telefoniczna do inżynierów serwisowych bezpośrednia.

**Powinno być:**

§ 9 ust. 6. Dostępność telefonicznych porad inżyniera serwisowego w dni robocze, całodobowo. Dostępność telefoniczna do inżynierów serwisowych bezpośrednia.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy § 9.1 ust. 7

Prosimy o dodanie zapisu: w dni robocze.

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego udzieloną na pytanie nr 2 z dnia 15.04.2022 r. znak pisma: SZP-ET/225/2022**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy § 9.1 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 72 godzin w dni robocze.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy Rozdziału XV pkt 3 lit. 5a i b

Prosimy o odstąpienie od dostarczenia dokumentów takich jak deklaracje zgodności, certyfikaty dla wyrobów, które nie zostały zaklasyfikowane jako wyroby medyczne np. akcesoria, komputer, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy.**

**Pytanie nr 11**

Załącznik nr 2 do SWZ

Wymagane parametry graniczne analizatora do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych – w ramach czynszu dzierżawnego, pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny komputer sterujący analizatorem z monitorem

dotykowym LCD?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie nr 12

Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści asortyment z minimum 6 miesięcznym okresem przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu załącznika nr 2 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 7, tym samym zmienia jego brzmienie.**

**Jest, po modyfikacji zapisów SWZ z dnia 15.04.2022, znak pisma: SZP-ET/225/2022:**

7. Wykonawca gwarantuje odpowiednio wysoką jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia w ilościach i asortymencie podanym w ofercie przetargowej z zachowaniem terminów przydatności (minimum **7 miesięczny** okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy). Zamawiający wyraża zgodę na możliwość dostarczania produktów z terminem ważności krótszym niż wymagany za każdorazową, uprzednią, pisemną zgodą upoważnionego przez Zamawiającego pracownika Laboratorium.

### **Powinno być:**

7. Wykonawca gwarantuje odpowiednio wysoką jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia w ilościach i asortymencie podanym w ofercie przetargowej z zachowaniem terminów przydatności (minimum **6 miesięczny** okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy). Zamawiający wyraża zgodę na możliwość dostarczania produktów z terminem ważności krótszym niż wymagany za każdorazową, uprzednią, pisemną zgodą upoważnionego przez Zamawiającego pracownika Laboratorium.

### Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 1. Parametrze 3. wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do posiewu krwi, który posiada do obsługi komputer zewnętrzny bez panelu dotykowego z oprogramowaniem w wersji graficznej?

Uzasadnienie: Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu produkt równoważny w postaci aparatu do posiewu krwi z komputerem zewnętrznym z zachowaniem pozostałych parametrów. Ponadto oferowany komputer zewnętrzny posiada większą rozdzielczość, przez co jest bardziej czytelny i jakościowo lepszym rozwiązaniem dla użytkownika w porównaniu z małym wbudowanym ekranem.

Umożliwi to złożenie większej ilości ofert, sprawnej ich oceny, jak również zwiększenia konkurencyjności i dostępu do zamówienia a tym samym umożliwienia szerszego i łatwiejszego dostępu do postępowania wszystkim Wykonawcom. Zezwoli to również na możliwość ubiegania się o jego udzielenie większej ilości wykonawców wg. Obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów lub zasad. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie, ponieważ występuje u Zamawiającego brak przestrzeni na ustawienie aparatu z komputerem zewnętrznym.**

### Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.**

### **Pytanie nr 15**

Załącznik nr 1a do SWZ; Formularz asortymentowo-cenowy, kryterium oceny ofert - punktowane parametry analizatora; punkt nr 1 - Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia, możliwości opóźnionego wkładania podłoży do aparatu min. 24 godziny, badaniami klinicznym?

**Odpowiedź: Tak, pracownia mikrobiologii nie pracuje w trybie 24h/7dni w tygodniu, konieczna jest potwierdzona badaniami możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu bez strat dla jakości próbki.**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/599271>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – Dział Techniczno-Administracyjny,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: [przetargi@szpital.zlotow.pl](mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl)