



*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 249/2020/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Część 3 Termohigrometr

Czy Zamawiający zaakceptuje termohigrometr ze światłomierzem i barometrem bez zewnętrznego czujnika temperatury? Wspecyfikowany w SIWZ termohigrometr w konfiguracji ze światłomierzem i barometrem nie ma możliwości wyposażenia jeszcze w dodatkowy czujnik temperatury. Czy Zamawiający zaakceptuje zewnętrzny, osobny miernik temperatury do cieczy i mas płynnych w zakresie opisanym w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza urządzenia bez zewnętrznego czujnika temperatury.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w brzmieniu powyższego zapisu na: Sprzedawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 31 dni, liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany zapisów istotnych postanowień umowy w powyższym zakresie i tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu: "w przypadku niewykonania naprawy w terminie w skazanym w ust. 5 Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni od upływu ostatniego dnia przewidzianego na naprawę"

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany zapisów istotnych postanowień umowy w powyższym zakresie i tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w brzmieniu powyższego zapisu na: Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na czas trwania gwarancji, za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie od daty ich wykrycia.



Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany zapisów istotnych postanowień umowy w powyższym zakresie i tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w brzmieniu powyższego zapisu na: Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na czas trwania gwarancji, za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie od daty ich wykrycia.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany zapisów istotnych postanowień umowy w powyższym zakresie i tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w brzmieniu powyższego zapisu na: W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu dostawy lub jego wadliwości, Sprzedawca w ramach rękojmi zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na nowy wolny od wad i uszkodzeń w ciągu 30 dni, liczonych od daty zgłoszenia braku, uszkodzenia lub wadliwości przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany zapisów istotnych postanowień umowy w powyższym zakresie i tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuszcza dodanie zapisu do "§6 Kary umowne" zapisów:

Zamawiający zapłaci Wykonującemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonującego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1,

Uzasadnienie: Nie równe traktowanie stron.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany zapisów istotnych postanowień umowy w powyższym zakresie i tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8:

do części nr 16 - Mikroskopy 12 szt.

Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy ze stolikiem krzyżowym z regulacją i uchwytem preparatu, 140x132 mm (jeden wymiar tylko 2 mm mniejszy), zakres przesuwu 76x50mm, który posiada uchwyt mieszczący jeden ale także dwa preparaty a podany zakres przesuwu umożliwia przeszukanie całej powierzchni dwu szkiełek podstawowych?

Odpowiedź:


Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza mikroskopy ze stolikiem krzyżowym z regulacją i uchwytem preparatu, 140x132 mm (jeden wymiar tylko 2 mm mniejszy), zakres przesuwu 76x50mm.

Pytanie nr 9:

do części nr 16 - Mikroskopy 12 szt.

Czy Zamawiający, skoro wymaga zakresu przesuwu stolika pokrywającego całą powierzchnię dwu szkiełek podstawowych, wymaga także by stolik posiadał uchwyt mieszczący dwa szkiełka podstawowe?

Odpowiedź:



Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wymaga, aby stół posiadał uchwyt mieszczący dwa szkiełka podstawowe.

Pytanie nr 10:

do części nr 16 - Mikroskopy 12 szt.

Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne, które nie posiadają opcji rozbudowy o obserwację w ciemnym polu i kontraście fazowym, natomiast posiadają opcje rozbudowy o polaryzację oraz inne obiektywy plan achromat poza obiektywem 4x, a także obiektywy semi plan achromat (w tym 20x i 60x) i okulary o powiększeniu 15x lub 16x?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza mikroskopów które nie posiadają opcji rozbudowy o obserwację w ciemnym polu i kontraście fazowym.

Pytanie nr 11:

do części nr 16 - Mikroskopy 12 szt.

Czy Zamawiający wymaga dokładności przesuwu stolika 0,1 mm zaś dokładności śruby mikro min. 0,002 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wymaga dokładności przesuwu stolika 0,1 mm a dokładności śruby mikro min. 0,002 mm.

Pytanie nr 12:

do części nr 16 - Mikroskopy 12 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby mikroskopy posiadały regulowaną za pomocą narzędzia blokadę maksymalnego, górnego położenia stolika?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wymaga, aby mikroskopy posiadały regulowaną za pomocą narzędzia blokadę maksymalnego, górnego położenia stolika.

Pytanie nr 13:

do części nr 16 - Mikroskopy 12 szt.

Czy Zamawiający wymaga regulacji ciężkości obrotu śrub makro?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wymaga regulacji ciężkości obrotu śrub makro.

Z poważaniem

p.o. KANCLERZA
mgr Andrzej Goźdz

Sporządziła: Sylwia Niemiec

SYLWIA NIEMIEC

Sylwia Niemiec

