

**Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu**

**DZP-RJ-PN.004.2021**

Poznań 16 lipca 2021 roku.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem  
/strona internetowa prowadzonego postępowania

**Dotyczy:** „Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu”.

Zamawiający informuje, że zostały złożone pytania do treści SWZ dotyczącej ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

**Pytanie:**

Czy w parametrze nr 31 o treści: Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,125 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. Nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli zapis o treści: Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga aby możliwość zakresu wzmocnienia mieściła się pomiędzy min. 0,125 do 4cm/Mv, z minimum 7 poziomami wzmocnienia. Zakres wzmocnienia sygnału EKG od min. 0,25 do 4cm/Mv mieści się w wymaganiach zamawiającego z zachowaniem zasady minimum 7 poziomów wzmocnienia.**

/-/ Robert Judek