

Wrocław, dnia 31.01.2024r.

**dotyczy:** ZO/69/AI/23- Dostawa, montaż i uruchomienie stacji opisowej do badań RTG zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zamawiający w punkcie 19, wymaganych parametrów technicznych stacji opisowej RTG, wymaga licencji MS CAL 2021. Prosimy o sprecyzowanie zapytania:

- czy zamawiający wymaga licencji CAL na użytkownika (Client Access License based on user)?
- czy zamawiający wymaga licencji CAL na urządzenie (Client Access License based on device)?
- na ilu użytkowników zamawiający wymaga licencji MS CAL?

Odpowiedź:

Doszło do omyłki pisarskiej, Zamawiający wymaga licencji MS CAL 2022 per device

Pytanie 2:

Zamawiający w punkcie czternastym, wymaganych parametrów technicznych stacji opisowej RTG, wymaga systemu operacyjnego 64-bitowego umożliwiającego uruchomienie aplikacji klienckich systemu medycznego AMMS. Prosimy o sprecyzowanie wersji systemu operacyjnego, który spełniał by państwa oczekiwania nie tylko co do kompatybilności z AMMS, ale i co do wydajności działania, tak by była to oferta w pełni satysfakcjonująca Państwa.

Odpowiedź:

System AMMS działa m. in. na Windows 11 Pro