

## Pytanie 1 do pakietu 2


Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie:

Pozycja 1




Koszulki transseptalne, zbrojone o krzywiznach T0, T1, T2, T3 do wyboru Zamawiającego.  
Brak koszulki transseptalnej sterowalnej.

POZOSTAŁE WARUNKI SIWZ SPEŁNIONE.

Poniżej zdjęcie koszulki i krzywizn:



3D curve



Pozycja 2

Igła transseptalna kompatybilna z koszulką z Pozycji 1 .

2 krzywizny do wyboru N0 i N1, w tym extra sharp, długość 71 i 89 cm.  
Igła wykonana z metalu, rękojeść zakończona motylkiem.

Poniżej zdjęcie poglądowe igły:

