

### **Pytanie nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający wymaga aby mikroskop umożliwił szybkie wykonanie pierwszego zdjęcia elektronowego w 30 sekund od momentu umieszczenia próbki w mikroskopie?

Odp. Korzystne jest aby mikroskop umożliwił wykonanie zdjęcia w czasie 30 s

### **Pytanie nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia**

Ze względu na możliwość zaoferowania więcej niż jednego produktu spełniającego kryteria, wykonawca prosi o podanie wymaganego przez Zamawiającego rodzaju działa elektronowego. Dotyczy punktu nr 2 „Mikroskop powinien być wyposażony w działło elektronowe z emisją elektronów”.

Odp. Zamawiający wymaga, aby działło elektronowe z emisją elektronów było trwałe, nie wymagało częstej wymiany, a czas życia jednego źródła

wynosił minimum 1500 godzin. Korzystnie, aby było to źródło CeB6, LaB6 lub FEG, które oferują jasność około 10-krotnie wyższą niż w przypadku innych technologii źródeł elektronów, co przekłada się na wielokrotnie lepszy stosunek sygnału do szumu.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 32 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Zgodnie z sugestią nie wyrażamy zgody

### **Pytanie nr 4 dot. § 5 ust. 5**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę następującego zapisu:

*„Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo oryginalne, fabrycznie nowe części i materiały eksploatacyjne. Koszty nowych części i materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem urządzenia ponosi Wykonawca.”*

*na następujący zapis:*

*Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo oryginalne, fabrycznie nowe części i materiały eksploatacyjne – niezbędne w ramach naprawy gwarancyjnej. Koszty nowych części i materiałów eksploatacyjnych związanych z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca.*

Odp. Zamawiający dopuszcza niniejszą zmianę.