



**Szpital Kliniczny  
Przemienienia Pańskiego**

Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań  
tel. centrala 61 854 90 00  
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72  
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

**Dyrektor Szpitala: dr hab. med. Szczepan Cofta**

Nasz znak EZP/102/19

Poznań, dnia 04 września 2019 roku

Szanowni Wykonawcy.

Dotyczy postępowania przetargowego na dzierżawę analizatorów mikrobiologicznych wraz z zakupem odczynników dla Laboratorium Mikrobiologii.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej:

**PAKIET NR 1**

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 1 zapis pod tabelą pkt. 2

Jest

1. *W sytuacjach pilnych dostarczenie testów, podłoży w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia telefonicznego*

Zmieniono na

Zmiany zaznaczone pogrubioną czcionką

2. W sytuacjach pilnych dostarczenie testów, podłoży w ciągu **48 godzin** od złożenia zamówienia telefonicznego

2. Załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 1 „Warunki graniczne dla testów identyfikacyjnych i antybiogramowych” pkt. 4

Jest

4. *Termin ważności: co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia do magazynu*

Zmieniono na

Zmiany zaznaczone pogrubioną czcionką

4. Termin ważności:

pozycja 1,3,4,5,6 - co najmniej **7 miesięcy** od daty dostarczenia do magazynu

pozycja 2 - co najmniej **4 miesiące** od daty dostarczenia do magazynu

materiały zużywalne - co najmniej **6 miesięcy** od daty dostarczenia do magazynu

**3. Załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 1 - Załącznik B - Warunki graniczne analizatora pkt. 1**

Jest

1. Wymiary aparatu:
- szerokość < 90 cm
  - głębokość < 70 cm
  - wysokość < 80 cm

Zmieniono na

Zmiany zaznaczone pogrubioną czcionką

1. Wymiary aparatu:
- szerokość < **110 cm**
  - głębokość < **80 cm**
  - wysokość < **80 cm**

**4. Załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 1 - Załącznik B - Warunki graniczne analizatora pkt. 9**

Jest

9. Testy identyfikacyjne i antybiogramowi zaopatrzone w kody kreskowe

Zmieniono na

Zmiany zaznaczone pogrubioną czcionką

9. Testy identyfikacyjne i antybiogramowi zaopatrzone w kody kreskowe **pakowanie oddzielnie.**

**PAKIET NR 2**

**5. Załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 2 zapis pod tabelą pkt. 2**

Jest

2. W sytuacjach pilnych dostarczenie testów, podłoży w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia telefonicznego

Zmieniono na

Zmiany zaznaczone pogrubioną czcionką

2. W sytuacjach pilnych dostarczenie testów, podłoży w ciągu **48 godzin** od złożenia zamówienia telefonicznego

**6. Załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 2 - Załącznik B - Warunki graniczne analizatorów pkt. 3**

Jest

3. Wykrywanie bakterii i grzybów z krwi oraz płynów ustrojowych –wymagane potwierdzenie metodyką producenta lub materiałami promocyjnymi

Zmieniono na

Zmiany zaznaczone pogrubioną czcionką

3. Wykrywanie bakterii i grzybów z krwi oraz płynów ustrojowych –wymagane potwierdzenie metodyką producenta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

7. Załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz przedmiotu zamówienia, pakiet nr 2 – załącznik C -  
PARAMETRY OCENIANE pkt. 1

Jest

1. Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia sensora / na podstawie dołączonych próbek/

Usunięto zapis o treści „na podstawie dołączonych próbek”.

Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia sensora.

8. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy § 7 pkt. 2 pakiet nr 1

Jest

§ 7

2. Termin ważności sprzedawanego towaru nie może upłynąć wcześniej niż:

a) testy – min 10 miesięcy od dnia dostarczenia do magazynu

b) podłoża – min 6 miesięcy od dnia dostarczenia do magazynu

c) materiały zużywalne - 12 miesięcy od dnia dostarczenia do magazynu.

Zmieniono na

Zmiany zaznaczone pogrubioną czcionką.

§ 7

2. Termin ważności sprzedawanego towaru musi być zgodny z treścią załącznika nr 1 do umowy.

KIEROWNIK  
Laboratorium Mikrobiologii

Mgr mikrobiologii Anna Mól

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szpitala

dr hab. med. Szczerpan Cofta

Dyrektor Szpitala

Opracował: Jolanta Stachowiak



salus aegroti, educatio, scientio  
SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze objekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55

