

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa chromatografu cieczowego**, nr 39/ZP/2024, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści pompę gradientową, w której zakres roboczy pH, jest w zakresie od 1,0 – 12,5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chromatografu cieczowego z pompą gradientową o wskazanych powyżej parametrach.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych warunków technicznych poprzez nadanie w poz. 1 „Pompa gradientowa” w wierszu 5 brzmienia: „Zakres roboczy pH nie węższy niż od pH 1 do pH 12,5” oraz w kolumnie „Parametry techniczne oferowane” brzmienia: „Należy podać”.

Z poważaniem,

DYREKTOR
INSTYTUTU OGRODNICTWA
Dorota Konopacka
prof. dr hab. Dorota Konopacka
③

