



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zsozwadowice.pl

Wadowice, dnia 17.10.2022r.

Znak: ZP.26.1.38.2022.1

**Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SWZ w postępowaniu
pn „Dostawa jednorazowych materiałów sterylizacyjnych
dla ZZOZ w Wadowicach”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Dostawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn „Dostawa jednorazowych materiałów sterylizacyjnych dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 1 – do Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 (**Pakiet 1, poz. 15**)

Prosimy o dopuszczenie toreb zgodnych z SWZ o rozmiarze 30 x 50 cm lub 40 x 55 cm. Torebki w opisanym rozmiarze zostały wycofane ze sprzedaży. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie preferowanego rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza torby o rozmiarze 40 x 55 cm.**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 – do Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 (**Pakiet 1, poz. 16**)

Prosimy o dopuszczenie toreb zgodnych z SWZ o rozmiarze 60 x 76 cm. Torebki w opisanym rozmiarze zostały wycofane ze sprzedaży

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 – do Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 (Pakiet 4, poz. 3,4)

W związku z wycofaniem opisanego produktu ze sprzedaży prosimy o dopuszczenie zamiennika tj.: Syntetycznych 2 - warstwowych, fioletowych arkuszy sterylizacyjnych z warstwą chłonącą - STEAM, EO - 100x100 mm. Ochronny materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu z dodatkową warstwą wysokochłonną, Gramatura ≥ 75 g/m², chłonność powierzchni 85g/m², wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,8 kN/m w kierunku walcowania i 0,8 kN/m w kierunku poprzecznym. Konfekcjonowane zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**.

Dotyczy zapisów SWZ:

Pytanie nr 4- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wymaga** aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pytanie nr 5 - Dotyczy Pakiet 2 pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe nawinięte na rolkę folię na zewnątrz przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - Dotyczy Pakiet 2 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy w rozmiarze 120mm x 200m?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 - Dotyczy Pakietu 2 pozycje 10-17

Czy Zamawiający dopuści opakowania o innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 - Dotyczy Pakiet 2 pozycja 16-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę o gramaturze 57 g/m² spełniającą normę EN 868?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 - Dotyczy Pakiet 2 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną po 204 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 - Dotyczy Pakiet 2 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną po 126 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 - Dotyczy parametrów dotyczących charakterystyki produktów

Czy Zamawiający dopuści papier wykorzystany do produkcji rękawów o poniższych parametrach:

- przenikanie powietrza 10,29 um/Pa*s
- wytrzymałość na przepuklenie na poziomie 359 kPa na sucho
- wytrzymałość na przepuklenie na poziomie 87 kPa na mokro

- nie zwilżalność wodą na poziomie 33 s
- i przy zachowaniu pozostałych parametrów z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający dopuści folię wykorzystaną do produkcji rękawów o poniższych parametrach:

- zgrzewanie w temperaturze 150-210 st C
 - wytrzymałość na rozdarcie wzdłuż 56,2 Mpa oraz poprzeczne 41,4 Mpa
- oraz odstępnie od potwierdzenia parametru wytrzymałości zgrzewu oraz elastyczności i przy zachowaniu pozostałych parametrów z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający dopuści papier krepowy o poniższych parametrach:

- zawartość chlorków na poziomie 0,028%
 - Zawartości siarczanów na poziomie 0,045 %
 - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku poprzecznym na poziomie 1,33 kN/m
 - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania na poziomie 0,53 kN/m oraz poprzecznym 0,4 kN/m
- i przy zachowaniu pozostałych parametrów z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający dopuści włókninę sterylizacyjną o poniższych parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania na poziomie 1,65 kN/m
 - wydłużenie do zerwania na poziomie 8,9 %
 - wytrzymałość na rozdarcie na poziomie 1065 mN w kierunku walcowania oraz 1235 mN w kierunku poprzecznym
- i przy zachowaniu pozostałych parametrów z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 - Dotyczy Pakiet 6 pozycja 1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby znajdujące się na torebkach informacje były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie**, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 - Pakiet 2 poz. 1-9: Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie liczby warstw folii kartą danych technicznych wystawioną przez producenta rękawów (nie dystrybutora)?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 - Pakiet 2 poz. 1-9: Czy Zamawiający dopuści rękawy o parametrach:

- folia posiada wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach min.60 N/mm²,
- zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości nie mniejszej niż 1,50 N/15 mm
- wszystkie napisy i testy na warstwie papieru poza przestrzenią pakowania, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii,

Pozostałe zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 - Pakiet 2 poz. 16: czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem liczby zamawianych opakowań (tj. 18 opakowań)?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 - Pakiet 2 poz. 16-17: czy Zamawiający dopuści włókninę do sterylizacji o składzie: pulpa celulozowa > 50% (użyty materiał nie pochodzi z recyklingu i nie zawiera chloru); włókna syntetyczne < 30%; spoiwo < 20%, w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 - Dla pakiet 2 ogólnie :

Czy Zamawiający opisując wymagania zgodności z normami, wymaga dokumentu potwierdzenia z aktualnie obowiązującymi normami? Normy co pewien okres czasu są modyfikowane a jednocześnie modyfikowane są w nich również niektóre zapisy dotyczące wymagań jakie muszą spełniać opakowania. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, iż zaferowane opakowanie powinny spełniać wymagania norm aktualnie obowiązujących.

Odpowiedź: Tak.

Dla Pakiet 2.1. Rękawy papierowo foliowe :

Pytanie nr 21 - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękawy o nie zwilżalności wodą na poziomie 28s i wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękawy o temperaturze zgrzewania 165-200C?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękawy o wytrzymałości na rozdarcie potwierdzonej jednostką mN tj. nie mniejszej niż 300 mN?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 - Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączony został dokument potwierdzający liczbę warstw folii w zaferowanych rękawach wydany przez Jednostkę Notyfikowaną? Dokument taki jednoznacznie potwierdza liczbę warstw folii w zaferowanych opakowaniach.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 25 - Czy dla potwierdzenia zgodności oferowanych rękawów papierowo-foliowych ze stosownymi normami Zamawiający wymaga aby została ona potwierdzona (dla reprezentatywnego rękawa) przez niezależną jednostkę opiniującą? Ze względu na fakt, iż rękawy papierowo-foliowe są wyrobem medycznym dokument taki w sposób jednoznaczny potwierdza zgodność ze stosownymi normami.

Odpowiedź: Tak.

Dla Pakiet 2.2. Papier sterylizacyjny krepowany

Pytanie nr 26 - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania papier o zawartości chlorków nie więcej niż 0,015% i siarczków nie więcej niż 0,018% co mieści się w granicy normy?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 - Pakiet 3, pozycja 3:

Czy zamawiający oczekuje by w opakowaniu jednostkowym znajdowało się 500 sztuk wskaźników – integratorów chemicznych?

Odpowiedź: Tak, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 20.10.2022r.** do godz. 10:00. Próbkę należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert. Otwarcie ofert i próbek następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **20.10.2022r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 12.11.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x Dostawcy (e-mail):

1 x a/a.