

Pruszcz Gdański, 27.05.2022r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na dostawę urządzeń medycznych do ambulansów drogowych - urządzeń do kompresji klatki piersiowej, respiratorów transportowych, defibrylatorów przenośnych, ssaków elektrycznych, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Załącznik nr 4c do Specyfikacji Warunków Zamówienia Pakiet 3

W związku z nadal trwającą pandemią, okresowymi przestojami w fabrykach podwykonawców co bezpośrednio przekłada się na przerwy w dostawach komponentów oraz z toczącym się konfliktem zbrojnym, który zmienił priorytety dostaw urządzeń elektronicznych - składamy prośbę o wydłużenie terminu dostawy defibrylatorów lub odstąpienia od naliczania kar umownych z powodu wystąpienia siły wyższej tj. do 150 dni od daty podpisania umowy. W tym miejscu pragnę podkreślić, że stale podejmujemy kroki mające na celu skrócenie czasu realizacji dostaw.

Odpowiedź 1:

Wzór umowy zakłada naliczanie kar jedynie za zwłokę – działanie siły wyższej uniemożliwia naliczenie kary umownej. Ponadto umowa przewiduje możliwość wydłużenia terminu dostawy w przypadku działania siły wyższej.

Pytanie 2:

Załącznik nr 4c do Specyfikacji Warunków Zamówienia Pakiet 3

W związku z tym, że Zamawiający oczekuje dostarczenia mocowania defibrylatora do ambulansu składamy zapytanie, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dokonania montażu uchwytu ściennego? Ingerencja w konstrukcję ściany ambulansu dozwolona jest tylko za zgodą i pod nadzorem Zabudowującego pojazd. Wykonanie montażu przez podmiot zewnętrzny (nie autoryzowany) naraża Zamawiającego na utratę gwarancji udzielonej na zabudowę medyczną

pojazdu oraz stwarza ryzyko uszkodzenia instalacji przebiegających w ścianie i pod nią np.: instalacje elektryczne, tlenowe.

Odpowiedź 2:

Zamawiający rezygnuje z wymogu dokonania montażu uchwyty ściennego.

Pytanie 3:

Załącznik nr 4c do Specyfikacji Warunków Zamówienia Pakiet 3

Prosimy o wykreślenie lub wydzielenie do osobnego zadania kaniul pomiarowych dla pacjentów zaintubowanych dot. poz. 36 SWZ. Prośba związana jest z brakiem wysokiej jakości komponentów na rynkach światowych, co ma bezpośredni wpływ na terminową realizację dostaw tego akcesorium i może opóźnić realizację dostawy defibrylatora.

Odpowiedź 3:

Zamawiający rezygnuje z kaniul pomiarowych dla pacjentów zaintubowanych -. poz. 36 SWZ.

Pytanie 4:

Załącznik nr 4c do Specyfikacji Warunków Zamówienia Pakiet 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ w poz. 37 SWZ widnieje niezależny od defibrylatora dodatkowy czujnik, klips SpO2 dla dorosłych zasilany bateriami AA. Prosimy o wykreślenie lub wydzielenie do osobnego zadania ww. wyposażenia.

Odpowiedź 4:

Zamawiający rezygnuje z niezależnego od defibrylatora dodatkowego czujnika, klips SpO2 dla dorosłych zasilany bateriami AA.

Pytanie 5:

Pytania dotyczą: Załącznik 4d Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ 4 – ssaki.

Jest:

Pkt 7 obudowa wykonana z mocnego tworzywa ABS.

Czy Zamawiający uzna obudowę wykonaną z tworzywa PC / ABS / SEBS?

Jest:

Pkt 20 a) Parametry techniczne, zakres regulacji podciśnienia: min. od 3 do 80 kPa.

Czy Zamawiający uzna zakres regulacji podciśnienia od 11kPa do 73kPa za wystarczający?

Jest:

Pkt 20 c) Parametry techniczne, temperatura pracy: od 0 do 50 °C

Czy Zamawiający uzna zakres od 0-40°C?

Odpowiedź 5:

Pkt 7 – Zamawiający uzna obudowę wykonaną z tworzywa PC / ABS / SEBS.

Pkt 20a – Zamawiający podtrzymuje wymóg z SWZ.

Pkt 20c - Zamawiający nie dopuszcza zakresu *od 0-40° C.*

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.), w związku z wyjaśnieniami SWZ, Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ.

1. W Załączniku nr 4c do Specyfikacji Warunków Zamówienia – „Opis przedmiotu zamówienia – część 3”:

1) Skreśla się ust. 3 o treści: „Wszelkie czynności i prace związane z montażem, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.”

2) Skreśla się pkt. 36 tabeli o treści: „Wbudowany moduł kapnometrii z min. 20 kaniulami pomiarowymi dla pacjentów zaintubowanych”

3) Dotychczasowy pkt. 37 tabeli otrzymuje brzmienie:

„36. W zestawie min.:

- przewód EKG odp. kończynowe x 2 szt.
- przewód EKG odp. przedsercowe x 2 szt.
- przedłużacz do klipsów pomiarowych x 2szt.”

2. W załączniku nr 4d do Specyfikacji Warunków Zamówienia – „Opis przedmiotu zamówienia – część 4” , pkt. 7 tabeli otrzymuje brzmienie:

„7. obudowa wykonana z mocnego tworzywa PC / ABS / SEBS”

3. W § 11 ust. 2 i 6 SWZ otrzymują brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa dnia 01.06.2022r. o godz. 09.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.”

„6. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.06.2022r.”

4. W § 12 ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty zostaną otwarte w dniu 01.06.2022r. o godz. 09.10.”

W załączeniu przekazujemy zmienioną treść załączników 4c i 4d do SWZ.