



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 01.02.2022 roku

FZP.III-241/05/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**NICI CHIRURGICZNE, ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTKI**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Dot. Pakietu 1, poz. 1-33

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, plecione, z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%, czasie wchłaniania 60-90 dni, bez powleczenia antybakteryjnego, z igłami ze stali typu 300, w podwójnych saszetkach (aluminiowa oraz papierowo foliowa)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2.

Dot. Pakietu 1, poz. 34-38

Czy Zamawiający dopuści nici z igłami ze stali typu 300, w podwójnych saszetkach (aluminiowa oraz papierowo foliowa)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3.

Dot. Pakietu 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą lancetową (szpatułka)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4.

Dot. Pakietu 1, poz. 5, 6, 13

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycję?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli i nie wykreśli

Pytanie nr 5.

Dot. Pakietu 1, poz. 34, 35

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrótnie tnąca z 3 krawędziami tnącymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6.

Dot. Pakietu 2, poz. 3, 5, 6

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycję?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli i nie wykreśli

Pytanie nr 7.

Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, monofilamentowe, z polidoksanonu, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%, czasie wchłaniania 180-210 dni, z igłami ze stali typu 300, w podwójnych saszetkach (aluminiowa oraz papierowo foliowa)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8.

Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści nici z igłami ze stali typu 300?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9.

Dot. Pakietu 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10.

Dot. Pakietu 3, poz. 12

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycję?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli i nie wykreśli

Pytanie nr 11.

Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści nici z igłami ze stali typu 300?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 12.

Dot. Pakietu 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, plecione, z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%, czasie wchłaniania 60-90 dni, z igłami ze stali typu 300, w podwójnych saszetkach (aluminiowa oraz papierowo foliowa)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13.

Dot. Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści również szew z igłą okrągłą z tnącym końcem wszędzie tam gdzie wymaga igły okrągło-tnącej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 14.

Dot. Pakietu 9, poz. 18-21

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycję?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli i nie wykreśli

Pytanie nr 15.

Pkt II.2.4 SIWZ: Proszę o wyjaśnienie zapisu „Wymagany termin realizacji zamówienia to 6 miesięcy od daty podpisania umowy” w ogłoszeniu jest 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. W SWZ zaistniała omyłka pisarska.

Pytanie nr 16.

Załącznik nr 2 do SIWZ pod zadaniem 8 zawierającym nici niewchłaniające jest zapis o wymogach dla nici wchłaniających. Czy zapis ten dotyczy Zadania 7 w którym są nici wchłaniające?

Odpowiedź: Tak, dotyczy Zadania nr 7