

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100  
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34  
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 16.02.2023 r.

nr postępowania: **BZP.2710.1.2023.KDD**

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowania na realizację zadania pod nazwą: **Zakup i dostawa szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych na potrzeby działalności jednostek i komórek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego – Zadania**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1:**

Pytanie do zad.5 poz.1 butelka 10ml szkło borokrzemowe: butelkę o tak małej pojemności i GL25 posiada w ofercie jedynie firma DURAN, której szkło nie jest borokrzemowe tylko I-go typu neutralne zgodnie z klasyfikacją USP, EP i JP. Zgodne z normą ISO 4796-1. Czy dopuszczają Państwo taki produkt?

**Odpowiedź nr 1:**

**Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na rynku są dostępne produkty o wymaganych właściwościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji. Zamawiający dopuszcza zastosowane sformułowanie pod warunkiem, że wzorem większości na rynku dostawców (m.in. VWR, Th. Geyer, DWK i in.) odpowiada ono opisowi tej pozycji zamówienia jako „szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe”.**

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
Katarzyna Danielewska-Drzazga