

Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Etap II”

Włocławek, 26.09.2022r.

Sygnatura: **DZP/78/2022**

Wszyscy uczestnicy postępowania

pn. „Lodówka (Chłodziarka do przechowywania leków) - 1 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”.

na realizację dostawy zgodnie z art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i innych chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567, 875), który stanowi że „Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę z uchwytem wykonanym z aluminium, zintegrowanym z profilem drzwiowym na całej wysokości co daje wyższy komfort użytkowania?.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę z zakresem temperatur +2/+15°C?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 2020cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Dot. Opis wymaganych parametrów technicznych, pkt. 6

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę z ergonomicznym uchwytem umiejscowionym w ramie drzwi?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Dot. Opis wymaganych parametrów technicznych, pkt. 9

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę z zakresem od +2 C do + 8 C?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Dot. Opis wymaganych parametrów technicznych, pkt. 13

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę bez antybakteryjnego uchwytu drzwi?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 340 l ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wysokości zewnętrznej wynoszącej 1510 mm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z rączką bez powłoki antybakteryjnej ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zakresie temperatury od + 2 do + 8 st. C z fabrycznie ustawioną temperaturą wynoszącą + 5 st. C ? Zakres ten umożliwia przechowywanie leków i szczepionek? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?

a. Czy jest winda towarowa/osobowa, która może być wykorzystana do transportu urządzenia do miejsca docelowego? Proszę o podanie wymiaru otworu wejściowego i rozmiaru windy po podłodze.

b. Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarek po schodach ?

- c. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
d. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne, które utrudniałyby transport urządzeń?

Odpowiedź: Urządzenie będzie zainstalowane na poziomie „0”. Przewóz bez schodów i wind, wysokość otworów drzwiowych standardowa.

Pytania nr 12

Prosimy o zgodę na zaoferowanie o następujących parametrach:

1. (SxGxW) 676x730x1993
 2. Zakres temperatur +2 do +8 C
 3. Wyświetlacz LCD z kolorowym ekranem dotykowym, funkcją rejestrowania danych i sczytywania przez port USB.
 4. Obciążeniu półki 30 kg. Takie obciążenie jest optymalne do przechowywania leków.
- Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Prosimy o odstąpienie od wymogu antybakteryjnego uchwytu otwierającego. Zastosowanie takiego wymogu ogranicza konkurencję.
Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu uchwytu antybakteryjnego

*Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka
(oryginalny podpis w aktach dokumentacji)*