

Augustów 18.04.2025 r.

- strona internetowa Zamawiającego –
- wszyscy Wykonawcy –

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby SPZZOD w Augustowie”

- A. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych nitylowych jednorazowego użytku, bezwonnych, chlorowanych, niepodrzwanych, niesterylizowanych, o dł. min 240mm. Siła zerwania przed starzeniem min 6 N. Materiał o powierzchni teksturowanej (min. na końcówkach palców) oraz bardzo dobrej elastyczności i rozciągliwości. AQL $\leq 1,0$ (oznaczone na opakowaniu) grubości na palcu min. 0.07mm, na dłoni min. 0,05mm, na mankiecie min. 0.04mm zgodnie z normą EN 455-1,2,3,4 oraz EN ISO 21420 i EN 374. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN374-5. Odporne na przenikanie min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1 potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji tj. Isopropanol o stężeniu 70%, Ethanol o stężeniu 50% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 16523-1. Przebadane wg ASTM D 6978-05 na przenikanie większej ilości leków cytotoksycznych/cytostatycznych (badanie potwierdzone raportem)/odporne na przenikanie min. 18 leków cytotoksycznych/cytostatycznych takich jak w tabelce poniżej, która umieszczona jest na opakowaniu jednostkowym, celem łatwej i szybkiej identyfikacji przenikalności na dane leki cytostatyczne:

TEST CHEMOTHERAPY DRUG AND CONCENTRATION (Compliant with: ASTM D 6978-05)	MINIMUM BREAKTHROUGH DETECTION TIME (Specimen 1/2/3) (Minutes)
Carboplatin 10 mg/ml (10,000 ppm)	>240
Carmustine 3.3 mg/ml (3,300 ppm)	13.0 (17.8, 13.0, 23.4)
Cisplatin 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	>240
Cyclophosphamide 20 mg/ml (20,000 ppm)	>240
Dacarbazine 10.0 mg/ml (10 000 ppm)	>240
Daunorubicin 5.0 mg/ml (5,000 ppm)	>240
Doxorubicin Hydrochloride 2.0 mg/ml (2,000 ppm)	>240
Etoposide (Toposar) 20.0 mg/ml (20,000 ppm)	>240
Fluorouracil 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	>240
Idurabycin 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	>240
Ifosfamide 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	>240
Melphalan 5.0 mg/ml (5,000 ppm)	>240
Methotrexate 25.0 mg/ml (25,000 ppm)	>240
Mitomycin C 0.5 mg/ml (500 ppm)	>240
Paclitaxel 6.0 mg/ml (6,000 ppm)	>240
Thiotepa 10.0 mg/ml (10,000 ppm)	125.8 (128.0, 134.6, 125.8)
Vinblastine 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	>240
Vincristine Sulfate 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	>240

w rozm.: S, M, L, XL; 1 op. a 100 sztuk

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 2:

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr oddechowy z oporami przepływu

0,8 cm H₂O przy 30 l/min,

1,7 cm H₂O przy 60 l/min?

Jest to jedyna niezgodność w pakiecie uniemożliwiająca nam złożenie oferty.

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 3:

Pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużacz sterylny?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 4:

pakiet 4, poz.1

czy zamawiający dopuści dren o dł. min. 2000 cm (+/-5%)?

Czy zamawiający dopuści przedłużacz do podawania tlenu przez nos CH 16 x 2000mm (+/-5%), wzmocniony podłużnie - przekrój gwiazdki, opakowanie folia, sterylny. na opakowaniu napisy w języku polskim, nadrukowane lub etykieta w formie naklejki, sterylne, opakowanie folia?

W przypadku pozostania Zamawiającego przy wymogu nadrukowanych napisów a nie w formie naklejki prosimy o udzielenie wyjaśnień dlaczego jest to niezbędne?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 5:

Pakiet 4, poz.4-5

czy zamawiający dopuści dren o dł. min. 2000 cm (+/- 5%)?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 6:

pakiet 4, poz.10

czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2l wys. 220mm, podstawa dolna 195mm, górna 240mm, otwór wrzutowy 100 mm, wykonany z tworzywa polipropylenu, które nie może ulec przekłuciu, wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony, pakowany zbiorczo w sztywne kartony (nie dopuszcza się opakowania foliowego). Posiadają szczelne zamknięcie uniemożliwiające przeciekanie płynów.?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 7:

Pakiet 4, poz.29

czy zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku, niejałowe, włóknina polipropylenowa, gramatura minimum 20g/m², rozmiar min. 160cm x 210cm. Kolor: zielony lub niebieski?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 8:

Pakiet 4, poz. 31

czy zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone na gumki lub z mankietem z elastycznym ściągaczem, niejałowy, gramatura min. 20 g/m², jednorazowego użytku. Kolor zielony lub niebieski, rozmiar uniwersalny ?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanych produktów

Pytanie nr 9:

Pakiet 4, poz.32

czy zamawiający dopuści fartuch ochronny, włókninowy, barierowy, podfoliowany w miejscach na rękawach i z przodu, niejałowy, gramatura min. 35 g/m² – wzmocnienie gramatura min. 38 g/m², rozm. uniwersalny ?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 10:

Pakiet 4, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos CH14-16 x 2000mm?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 11:

Pakiet 4, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści cewniki zawierające szkodliwe ftalany?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza produktu

Pytanie nr 12:

Pakiet 4, pozycja 1, 3 – Czy zamawiający dopuści etykietę w języku polskim wewnątrz opakowania?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 13:

Pakiet 4, pozycja 2 – Czy zamawiający dopuści przyrząd występujący tylko w wersji z drenem 150cm?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 14:

Pakiet 4, pozycja 3 – Czy zamawiający dopuści cewniki zawierające szkodliwe ftalany?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza produktu

Pytanie nr 15:

Pakiet 4, pozycja 10 – Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2l o wysokości 160mm, podstawa dolna 120mm, górna 165mm, otwór wyrzutowy o średnicy 70mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 16:

Pakiet 4, pozycja 10 – Czy zamawiający dopuści pojemniki pakowane zbiorczo w opakowanie foliowe oraz następnie w karton podczas dostawy do placówki?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 17:

Pakiet 4, pozycja 12 – Czy zamawiający dopuści przezroczysty kieliszek?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 18:

Pakiet 4, pozycja 13 – Czy zamawiający wymaga kieliszków zarejestrowanych jako wyroby medyczne klasy I z funkcją pomiarową, tym samym posiadających certyfikat CE (dołączony do oferty)?

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 19:

Pakiet 4, pozycja 26 – Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z odsysaniem o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny z nad mankietu
- Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu

- Prowadnica
- Łącznik 15 mm
- 2 tasiemki mocujące
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w blister zachowujący kształt rurki
- Rozmiary: o 4,0mm do 9,5mm, co 0,5mm?



W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 20:

Pakiet 6, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 21:

Pakiet 6, pozycja 2 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 22:

Pakiet 6, pozycja 3 – Czy zamawiający dopuści sterylny obwód oddechowy karbowany do respiratora dla dorosłych: 2 rury karbowane rozciągliwe do 200 cm, wykonane z polipropylenu?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 23:

Pakiet 6, pozycja 3 – Czy zamawiający dopuści zatyczka 22mmF dołączoną osobno?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 24:

Pakiet 6, pozycja 3 – Czy zamawiający dopuści możliwość stosowania do 7 dni potwierdzone oświadczeniem producenta?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

Pytanie nr 25:

Pakiet 6, pozycja 4 – Czy zamawiający dopuści sterylne przedłużacz „martwa przestrzeń” wyposażony w sztywne, ryflowane złącze?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Akceptujemy zaproponowane parametry oferowanego produktu

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Dyrektor

**Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
w Augustowie**

mgr Krystyna Wilczewska