

Wejherowo, dnia 07.12.2021 r.

D.25C/250/734/2021

wg rozdzielnika

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZAKUP APARATURY RTG W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZECZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”** znak: D25C/251/N/23-60rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

dot. SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostarczenia aparatu kompaktowego w którym monitor znajduje się na jednym wózku z ramieniem C oraz ma możliwość regulacji wysokości bez konieczności ruchu całą kolumną ramienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia aparatu kompaktowego, w którym monitor znajduje się na jednym wózku z ramieniem C oraz ma możliwość regulacji wysokości bez konieczności ruchu całą kolumną ramienia.

3. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada skopię pulsacyjną 1, 2, 4, 8 pulsów/s oraz skopię ciągłą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada skopię pulsacyjną 1, 2, 4, 8 pulsów/s oraz skopię ciągłą.

4. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada lampę dwuogniskową, o wymiarach ognisk: 0,6 i 1,4 mm? Oferowane rozwiązanie przedłuża żywotność lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada lampę dwuogniskową, o wymiarach ognisk: 0,6 i 1,4 mm.

5. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego pojemność cieplna kołpaka wynosi 900 kWh? Różnica między wymaganym, a oferowanym aparatem jest niewielka i zabezpiecza pracę aparatu na wiele godzin.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego pojemność cieplna kołpaka wynosi 900 kWh.

6. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Pkt. 23-24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego rozdzielczość kamery CCD wynosi 1000x1000 oraz matryca przetwarzania zapamiętanego obrazu wynosi 1000x1000?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego rozdzielczość kamery CCD wynosi 1000x1000 oraz matryca przetwarzania zapamiętanego obrazu wynosi 1000x1000.

7. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada port USB do archiwizacji w formacie BMP, Raw i DICOM?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada port USB do archiwizacji w formacie BMP, Raw i DICOM.

8. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego głębokość ramienia wynosi 66 cm? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, nie wpływa na ergonomię pracy i umożliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego głębokość ramienia wynosi 66 cm.

9. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

Pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ramię C, którego zakres ruchu wzdłużnego wynosi 20cm? Różnica pomiędzy parametrem wymaganym a oferowanym jest mała i nie ma wpływu na funkcjonalność aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ramię C, którego zakres ruchu wzdłużnego wynosi 20cm.

10. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

Pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego zakres ruchu orbitalnego ramienia C wynosi 120°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego zakres ruchu orbitalnego ramienia C wynosi 120°.

11. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

Pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) wynosi $\pm 205^\circ$? Wymagany procedurami zakres obrotu wokół osi poziomej dla tego parametru to 360° , nasz aparat posiada 410° .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) wynosi $\pm 205^\circ$.

12. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

Pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej wynosi $\pm 12,5^\circ$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej wynosi $\pm 12,5^\circ$.

13. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Załącznik nr 8 do SWZ – Zadanie 1 Aparat RTG typu Ramię C

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada pojedynczą dźwignię służącą do sterowania kołami aparatu, natomiast hamowanie odbywa się za pomocą przycisku nożnego umieszonego z obu stron aparatu? Oferowany aparat ma możliwość aretażu kół względem osi stołu z możliwością zahamowania, a rozwiązanie takie stosują czołowi producenci ramion C całym świecie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada pojedynczą dźwignię służącą do sterowania kołami aparatu, natomiast hamowanie odbywa się za pomocą przycisku nożnego umieszonego z obu stron aparatu lub bezpośrednio przy kołach aparatu.

14. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Wzór Umowy – Załącznik nr 6:

§1. Pkt.2 Czy Zamawiający posiada wolne licencje do podłączenia aparatu do systemu Clininet, PACS, RIS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada wolnych licencji do podłączenia aparatu do systemu Clininet, PACS, RIS.

15. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Wzór Umowy – Załącznik nr 6:

§4. Pkt.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie licencji na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie w języku angielskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie licencji na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie w języku angielskim.

16. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Wzór Umowy – Załącznik nr 6:

§8. Pkt. 10 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadanie nr 2, tabela parametrów technicznych, p. 45.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie aparatu bez kratki przeciwrozproszeniowej zakładanej na detektor? Kratka ta jest praktycznie nie używana przy wykonywaniu zdjęć aparatem mobilnym, dodatkowo Zamawiający będzie mógł wykorzystywać posiadane już kratki przeciwrozproszeniowej przy innych aparatach mobilnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII 1.8

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanych aparatów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia Wykonawcy lub dystrybutora, albowiem takie oświadczenie jest integralną częścią SWZ jako załącznik nr 6 do SWZ, natomiast dopuszcza oświadczenie producenta

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

oferowanego sprzętu, które to oświadczenie potwierdzi konkretnie oferowane parametry, które nie są potwierdzone w pozostałych dokumentach.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII 1.7 oraz 1.8

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. aparatów RTG z ramieniem C/ aparatu RTG), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający zgodnie z art. 107 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga wszystkich przedmiotowych środków dowodowych na etapie składania ofert.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 5 - Wzoru umowy § 4 ust. 7 p. 8)

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie (jeśli wymagane) zestawienia licencji z indywidualnymi numerami zamówieniowymi i czasem ich obowiązywania w postaci wydruku podpisanego przez Sprzedającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie (jeśli wymagane) zestawienia licencji z indywidualnymi numerami zamówieniowymi i czasem ich obowiązywania w postaci wydruku podpisanego przez Sprzedającego.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 5 - Wzoru umowy § 8 ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie przeglądów na miejscu u Zamawiającego bez konieczności transportu sprzętu do siedziby firmy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie przeglądów na miejscu u Zamawiającego bez konieczności transportu sprzętu do siedziby firmy. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 5 - Wzoru umowy § 8 ust. 10

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG, jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 5 - Wzoru umowy § 8 ust. 11

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż aparat zawiera komponenty podlegające naturalnemu zużyciu takie jak np.: lampa rtg, która najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na wymienione części (niezależnie od ilości ich wymian w okresie gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie części przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja nigdy nie wygaśnaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego. W związku z tym, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, prosimy o dodanie następującego zastrzeżenia:

Gwarancja na urządzenie jak również na poszczególne jego części jest nieodnawialna, tj. niezależnie od ich wymian w okresie gwarancji, upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 5 - Wzoru umowy § 8 ust. 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę: "Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych."

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu. Zamawiający wprowadzi nn zmianę do Umowy.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 11, Ramię C

pkt. 9: Skopia pulsacyjna: ≥ 20 p/s

Czy Zamawiający potwierdza, że wymagany zakres częstotliwości dla fluoroskopii pulsacyjnej $2 \div 10$ p/s jest minimalnym zakresem jaki Zamawiający wymaga w postępowaniu i tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o większym zakresie częstotliwości dla fluoroskopii pulsacyjnej?

Im większy zakres częstotliwości dla fluoroskopii pulsacyjnej tym większe możliwości optymalizacji dawki podczas zabiegu. Zatem ograniczanie w/w parametru nie leży w interesie Zamawiającego i uniemożliwia zaoferowanie rozwiązań o lepszych parametrach i większych możliwościach klinicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 1 pkt 10: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu RTG z ramieniem C, który posiada skopię pulsacyjną ≥ 20 p/s lub skopię pulsacyjną 1, 2, 4, 8 p/s oraz skopię ciągłą.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 11, Ramię C

pkt. 8: Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej: ≥ 20 mA

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg, w którym maksymalne natężenie prądu w trybie radiografii cyfrowej wynosi 13 mA?

Dzięki zastosowaniu czułego wzmacniacza obrazu oraz zaawansowanych algorytmów przetwarzających obraz jest to wielkość wystarczająca do uzyskania zdjęć cyfrowych bardzo dobrej jakości

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 1 pkt 9: Zamawiający dopuszcza aparat RTG, w którym maksymalne natężenie prądu w trybie radiografii cyfrowej wynosi 13 mA.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 11, Ramię C

pkt. 12: Lampa jednoogniskowa ze stacjonarną anodą


Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, który posiada nowoczesną dwuogniskową lampę rtg o ognisku 0.6 i 1.2, zarówno dla radiografii jak i fluoroskopii?

Jest to nowoczesna lampa rtg umożliwiająca wykonywanie długotrwałych procedur, zapewniając doskonałą jakość obrazu przy minimalnej dawce promieniowania. Chcąc pracować z pacjentami pediatrycznymi jak i dorosłymi posiadanie lampy dwuogniskowej świetnie pozwala uzyskać balans pomiędzy dawką a jakością obrazu w zależności o wielkości pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 1: Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada lampę dwuogniskową, o wymiarach ognisk: 0,6 i 1,4 mm.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



28. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 11, Ramię C

pkt. 22: Liczba pól obrazowych: ≥ 3

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym są dostępne dwa pola wzmacniacza obrazu?

W przypadku wymaganej średnicy wzmacniacza obrazu (23 cm) dwa pola pozwolą wybrać widok standardowy i powiększenie. Dodatkowo należy pamiętać, że każdy stopień powiększenia (np. wybór trzeciego najmniejszego pola wzmacniacza) każdorazowo powoduje dodatkowe zwiększenie dawki dla pacjenta i obsługi. Równocześnie w nowoczesnym aparacie który chcemy zaoferować obecna jest opcja cyfrowego powiększenia obrazu, która nie wiąże się ze zwiększeniem dawki. Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 1: Zamawiający dopuszcza aparat, w którym są dostępne dwa pola wzmacniacza obrazu.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 11, Ramię C

pkt. 22: Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego sterowanie kołami wózka z ramieniem C jest za pomocą ergonomicznej dźwigni natomiast hamulce kół umieszczone są bezpośrednio przy kołach aparatu celem zapewnienia bezpiecznego unieruchomienia aparatu?

Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane, a personel medyczny jest bardzo dobrze zaznajomiony z taką obsługą aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 1 pkt 51: Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada pojedynczą dźwignię służącą do sterowania kołami aparatu, natomiast hamowanie odbywa się za pomocą przycisku nożnego umieszonego z obu stron aparatu lub bezpośrednio przy kołach aparatu.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 11, Ramię C

pkt. 43: Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C: ≥ 22 cm

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu poziomego ramienia C wynoszący 20 cm?

Jest to wartość zbliżona do wymaganej obecnie (≥ 21 cm) i nie powoduje utrudnień w codziennej pracy podczas ustawiania ramienia C do dowolnej projekcji.

Opisany obecnie w SIWZ wymóg ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 1: Zamawiający dopuszcza zakres ruchu poziomego ramienia C wynoszący 20 cm.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 11, Ramię C

pkt. 47 Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej): $\geq \pm 220^\circ$

Czy Zamawiający dopuści Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) wynoszący $\pm 190^\circ$?

Jest to wartość zbliżona do wymaganej obecnie ($\geq \pm 220^\circ$) i nie powoduje utrudnień w codziennej pracy podczas ustawiania ramienia C do dowolnej projekcji.

Opisany obecnie w SIWZ wymóg ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 1: Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, którego zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) wynosi $\pm 205^\circ$.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 11, Ramię C

pkt. 48 Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej: $\geq \pm 15^\circ$

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu poziomego ramienia C wynoszący $\geq \pm 12^\circ$?

Jest to wartość zbliżona do wymaganej obecnie ($\geq \pm 15^\circ$) i nie powoduje utrudnień w codziennej pracy podczas ustawiania ramienia C do dowolnej projekcji.

Opisany obecnie w SIWZ wymóg ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 1: Zamawiający dopuszcza zakres ruchu poziomego ramienia C wynoszący $\geq \pm 12^\circ$.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

33. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy rozdziału VIII – przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą - pkt. 1.7

Czy Zamawiający wymaga złożenia certyfikatu CE lub deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych, tylko dla oferowanego aparatu RTG, czy także dla wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

34. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy rozdziału VIII – przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą - pkt. 1.8

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie zapytania. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia Wykonawcy lub dystrybutora, albowiem takie oświadczenie jest integralną częścią SWZ jako załącznik nr 6 do SWZ, natomiast dopuszcza oświadczenie producenta oferowanego sprzętu, które to oświadczenie potwierdzi konkretnie oferowane parametry, które nie są potwierdzone w pozostałych dokumentach.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy formularza asortymentowo- cenowego – załącznik nr 2 do SWZ – zadanie 2 Aparat RTG mobilny (przyłóżkowy)

Czy Zamawiający może wyjaśnić, w jaki sposób Wykonawcy powinni poprawnie wpisać stawkę podatku w kolumnie nr 6 - VAT%, jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% - zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa podatku VAT?

Czy wpisanie stawek „8% i 23%” w ww. pozycji będzie wystarczające?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ (Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 SWZ):

„W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.”

36. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy § 9 ust. 1.1 – umowy załącznik nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,1% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1? Pozostawienie kary na wysokim poziomie może spowodować znaczny wzrost ceny z uwagi na to, że Wykonawcy będą musieli w kalkulować ewentualne ryzyko do ceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie ww kary umownej do 0,2%. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy § 9 ust. 1.4 – umowy załącznik nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (...)? Pozostawienie kary na wysokim poziomie może spowodować znaczny wzrost ceny z uwagi na to, że Wykonawcy będą musieli w kalkulować ewentualne ryzyko do ceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie ww kary umownej do 0,2%. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

38. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy § 9 ust. 1.4 – umowy załącznik nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający obniży maksymalną wysokość kar do 50% łącznej wartości przedmiotu umowy? Poziom kar na poziomie 70% jest rażąco wysoki w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia- kary ustalane są w celu uzyskania odszkodowania przez Zamawiającego a nie wzbogacenia się. Zamawiający może ubiegać się o odszkodowanie na zasadach ogólnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

39. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ, Zadanie 2, Aparat RTG, mobilny (przyłóżkowy)

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy, jezdny aparat RTG o parametrach podanych w poniższej tabeli.

Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się:

- najnowszą technologią, dzięki czemu maksymalnie redukujemy dawkę;
- kompaktową i lekką budowę (90 kg) zapewniającą swobodę ruchu i przemieszczanie aparatu;
- detektor o doskonałych parametrach (wodoszczelność, powłoka antybakteryjna, wytrzymałość na obciążenie 310 kg, waga 2,6 kg)

Należy również podkreślić, że kilka tych aparatów pracuje w najbliższej okolicy, tj. Szpital w Kościerzynie oraz Szpitale Copernicus w Gdańsku.


Generator
Komponenty takie, jak: mobilny aparat RTG, generator, detektory wyprodukowane przez jednego wytwórcę
Moc generatora: 2,5 kW
Maksymalna moc poboru: 800W
Zasilanie 1 fazowe 100-240V 50/60Hz
Maksymalne napięcie w radiografii: 100 kV
Minimalne napięcie w radiografii: 40 kV
Minimalna wartość nastaw mAs: 0,25mAs
Zasięg ramienia z lampą (licząc od najdalej wysuniętej części aparatu od użytkownika): 170 cm
Zasilanie generatora z akumulatora. Typ baterii Litowo-jonowy
Czas ładowania potrzebny do pełnego naładowania akumulatora/akumulatorów: 4 h
Możliwość szybkiego doładowania: minimum 20 ekspozycji w 15 minut
Ilość możliwych ekspozycji na jednym ładowaniu akumulatora: 45
Szybkość włączenia aparatu: maksymalnie 200 sekund
Minimalny czas pełnego cyklu: maksymalnie 10 sekund
Miernik lub kalkulator dawki DAP zintegrowany z DICOM
Wyliczona dawka DAP wyświetlona na wyświetlaczu panelu użytkownika
Maksymalne symetryczne pole promieniowania: minimum 47 x 47 cm
Lampa RTG
Wielkość ogniska: 1,2 mm
Pojemność cieplna anody: 50 kHU
Maksymalna prędkość chłodzenia: 350 HU/s
Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi: 2000 mm
Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi: 370 mm
Maksymalna wysokość transportowa po złożeniu ramienia z lampą: 1500 mm

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Całkowita filtracja: 2.5 mm Al Przy 70 kV
Pełny zakres obrotu lampy rtg w stopniach: +/- 165°
Kąty obrotu lampy RTG w kierunku osiowym: -40° do +180°
Pełny zakres obrotu kolimatora w stopniach: +90° do -180°
Zakres kątowy ruchu poprzecznego lampy RTG: +/-15°
Masa aparatu w kg (z akumulatorami): 90 kg
Szerokość aparatu: 600 mm
Długość aparatu: 800 mm
Jazda w przód i w tył. Możliwość obrotu urządzenia za pomocą jednej ręki.
Bezprzewodowa transmisja danych z detektora do aparatu (detektor bezprzewodowy)
Kieszon transportowa umożliwiająca ciągłe ładowanie oferowanego detektora
Elementy najbardziej narażone na kolonizację bakterii, pokryte powłoką antybakteryjną: panel użytkownika, przycisk wyzwalania ekspozycji
Konsola technika
Konsola operatora zintegrowana z aparatem
Monitor dotykowy LCD 12" wbudowany w aparat
Ekran konsoli umieszczony na ramieniu przegubowym umożliwiającym jego pozycjonowanie w trzech osiach
Interfejs aparatu w języku polskim
Oprogramowanie do badań ogólnodiagnostycznych
Możliwość wpisania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku
Możliwość dokonania zmiany danych pacjenta po ekspozycji na poziomie konsoli technika
Funkcjonalność blendowania (czarne maskowanie tła) na stacji technika
Oprogramowanie umożliwiające: zmianę zaciemnienia i kontrastu, obracanie obrazu, zoomowanie, nanoszenie adnotacji
Możliwość zapisu 3000 obrazów dla maksymalnej rozdzielczości i wielkości detektora (43x43)
Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta.
Algorytm skracający czas dostosowania obrazów w miejscach trudnych do zobrazowania, takich jak obrazowanie osiowe, gdzie grubość obszarów zmienia się wraz z pozycjonowaniem.
Interfejs DICOM 3.0 z obsługą minimum następujących protokołów: Storage, Worklist, Query oraz możliwość nagrywania obrazów DICOM na pamięci zewnętrznej (CD/DVD i pamięci USB) wraz przeglądarką
Detektor cyfrowy
Praca ciągła w trybie bezprzewodowym
Wielkość matrycy: 35,05 x 42,67 cm
Materiał warstwy scyntylicyjnej – jodek cezu
Grubość detektora: 15 mm
Rozmiar piksela: 150µm
Głębokość akwizycji: 16 bit
Rozdzielczość: 2836x2336 pikseli
DQE: 72%
Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora: 310 kg
Maksymalne punktowe obciążenie detektora: 160 kg
Waga detektora włącznie z baterią: 2,6 kg
Podgląd obrazu: 2 sek.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Czas pełnego cyklu: 10 sek.
Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie
Wbudowany czujnik wstrząsów
System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę
Wodoodporność o klasie IPX6
Detektor pokryty powłoką antybakteryjną
Wewnętrzna pamięć na 100 obrazów bez potrzeby połączenia z konsolą technika. Możliwość wykonania zdjęcia na aparacie mobilnym i przesłania zdjęcia do konsoli za pomocą stacji dokującej
Wyświetlacz informujący o ilości zapisanych obrazów oraz wskaźnik naładowania baterii
Wydłużony odczyt obrazów (10 sek) dla obrazowania funkcjonalnego
Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory (baterie) min. 2 szt., które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V50Hz +/- 10% (ładowarka w zestawie)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści każde urządzenie spełniające wymagania opisane w SWZ. Zamawiający nie może wprowadzić odrębnej oceny całego produktu Państwa firmy. W razie wątpliwości, Zamawiający prosi o przedstawienie sprecyzowanego pytania odnoszącego się do konkretnych parametrów.

40. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy punktu 41 Załącznika nr 8 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego SID wynosi 95cm. Jednocześnie pragniemy poinformować, że najważniejszy parametr tj. przeświet spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat, którego SID wynosi 95cm.

41. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy punktu 48 Załącznika nr 8 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego ruch wokół osi pionowej wynosi $\pm 10^\circ$. Jest to niezauważalna klinicznie różnica, która nie ma wpływu na komfort użytkownika aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 32, gdzie dopuszcza aparat, którego ruch wokół osi pionowej wynosi $\geq \pm 12^\circ$.

42. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy punktu 54 Załącznika nr 8 do SWZ

Czy Zamawiający oczekuje, by nożny włącznik był wyposażony w technologię bezprzewodową? Wszystkie wiodące firmy korzystają już z tej funkcjonalności, która zapewnia większy komfort, wynikający z braku zbędnych kabli na podłodze Sali operacyjnej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie ale nie wymaga.

43. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy punktu 56 Załącznika nr 8 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje drukarki wbudowanej w podstawie aparatu, bądź zamontowanej na oddzielnej stacji monitorowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie w zakresie lokalizacji drukarki przy aparacie.

44. Zapytanie Wykonawcy:

Zamawiający określił wymagania dotyczące ilości potrzebnych aparatów, natomiast nie określił konfiguracji dotyczącej monitorów na nich zamontowanych. Producenci aparatów RTG z ramieniem C dają możliwość wyboru konfiguracji, czy monitory mają zostać zamontowane na Wózku z ramieniem C, czy na oddzielnej stacji monitorowej. Według naszej wiedzy, wynikającej z zainstalowania ponad 600 aparatów na terenie całej Polski,

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

nie ma uniwersalnej konfiguracji, która odpowiadałaby wszystkim specjalistom, typom operacji, przestrzeni na bloku operacyjnym. Tym samym prosimy o określenie ile z trzech opisanych aparatów RTG z ramieniem C ma być wyposażonych w monitor zamontowany na wózku ramienia C (wersja kompaktowa), a ile na oddzielnej stacji monitorowej, tak aby zapewnić komfort użytkownika wszystkim użytkownikom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje wszystkich aparatów w wersji kompaktowej.

45. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §1 pkt.2g projektu Umowy

W nawiązaniu do ww. punktu zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu uzyskania pozytywnej Decyzji na eksploatację aparatu wydanej przez WSSE, gdyż procedura wymaga złożenia różnych dokumentów, których opracowanie nie jest Przedmiotem Umowy i Wykonawca nie ma wpływu na ich istnienie i jakość. Wymagane dokumenty to m.in. program zapewnienia jakości, program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zakładowy plan postępowania awaryjnego, projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) oraz wentylacji (zatwierdzony przez WSSE przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej), instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów. Procedura administracyjna może trwać 30 do 60 dni lub dłużej, szczególnie wobec obciążenia Sanepidu pandemią Covid-19, na co Wykonawca nie ma wpływu. Wysokie prawdopodobieństwo przedłużającej się procedury administracyjnej uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty z uwagi na nieuzasadnione ryzyko kar umownych lub ww. ryzyko odstąpienia Nabywcy od umowy.

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w ciągu 60 dni który jest terminem nierealnym i niemożliwym do wykonania. Jednak przyczyną tego nie jest po stronie Wykonawcy a jedynie po stronie przepisów i procedury uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na eksploatację aparatu rtg, gdyż Sanepid ma na wydanie takiej decyzji 30 a nawet z uzyskanych informacji - 60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i spełnienia przez Zamawiającego (nie przez Wykonawcę) szeregu warunków, na które Wykonawca nie ma absolutnie wpływu, a które determinują uzyskanie takiej zgody od Sanepidu, czyli determinują wykonanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji prosimy zwrócić uwagę, w jaki sposób Wykonawca ma zrealizować dostawę aparatów RTG na którą Wykonawca też musi mieć czas (produkcja, transport, dostawa, instalacja, testy) oraz uzyskanie pozwolenia w imieniu Zamawiającego (zgodnie z przepisami 30-60 dni) w ciągu 60 dni? To jest niemożliwe do realizacji i z góry stawia Wykonawcę po stronie podmiotu, który wie, że będzie musiał zapłacić kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, za wskazanie przez Zamawiającego terminów realizacji z góry nierealnych do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu uzyskania przez wykonawcę pozytywnej decyzji na eksploatację aparatu wydanej przez WSSE. Tym samym termin dostawy aparatu nie ulega zmianie i wynosi 60 dni. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

46. Zapytanie Wykonawcy:

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego, żeby rozdzielił termin realizacji zadania na: datę dostawy i instalacji aparatu i datę przedłożenia pozytywnie zaopiniowanego wniosku przez WSSE. Wyjaśniamy, że wniosku do WSSE nie można złożyć wcześniej niż po instalacji aparatu i wykonaniu testów odbiorczych (akceptacyjnych), Wyjaśniamy, że WSSE ma ustawowo 30 do 60 dni na zaopiniowanie złożonego wniosku, w związku z tym prosimy o dodanie dodatkowego terminu na uzyskanie decyzji z WSSE. Proponujemy, aby Zamawiający rozdzielił termin dostawy do 60 dni i termin uzyskania pozytywnej Decyzji przez WSSE do 60 dni od daty instalacji i uruchomienia aparatu oraz wykonania testów odbiorczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu uzyskania przez wykonawcę pozytywnej decyzji na eksploatację aparatu wydanej przez WSSE. Tym samym termin dostawy aparatu nie ulega zmianie i wynosi 60 dni.

47. Zapytanie Wykonawcy:


Dotyczy §8 pkt.9 projektu Umowy

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako przystąpienie do naprawy?

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydłużenie terminu do 48 h.

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Zamawiający uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako przystąpienie do naprawy. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

48. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

49. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §8 pkt.10 projektu Umowy

W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego).

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu.

Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C wiąże się szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie

i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

50. Zapytanie Wykonawcy:

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 10 (odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego), prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie urządzenia zastępczego po 10 dniach roboczych od momentu zgłoszenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

51. Zapytanie Wykonawcy:

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Wykonawca, dostarczy urządzenie zastępcze, nie zostanie obciążony karami umownymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy.

52. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy § 8 pkt.11 projektu Umowy

W nawiązaniu do w/w punktu prosimy o niewielką modyfikację wg poniższej propozycji:

„z(...) Każda wymiana gwarancyjna powoduje, że obowiązywać będzie gwarancja do końca okresu gwarancji wynikającej ze złożonej oferty lub gwarancja 12 miesięcy liczona od daty ich wymiany, w zależności co jest bardziej korzystniejsze dla Zamawiającego”.

Wyjaśniamy, że np. jeżeli dana część będzie wymieniona w ostatnich 12 miesiącach trwania gwarancji, to wtedy obowiązywać będzie dodatkowa gwarancja 12 miesięcy na wymienioną część.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

53. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



W nawiązaniu do § 9 pkt. 1.1) projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j.w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

54. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do §9 pkt. 1.4) projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

55. Zapytanie Wykonawcy:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §3 pkt 3 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W nawiązaniu do w/w punktu i zgodnie z wymaganiami art 30 ust 2 RODO, który wymaga prowadzenia przez podmiot przetwarzający rejestr kategorii czynności przetwarzania zwracamy się z prośbą o modyfikację wg poniższego zapisu:

„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania (art. 30 ust. 2 RODO) i okazuje go na każde żądanie Administratora”

Wyjaśniamy, że wymaganie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania zgodnie z art 30 ust 1 RODO dotyczy tylko administratora lub przedstawiciela administratora. Wykonawca jako podmiot przetwarzający nie jest przedstawicielem administratora, dlatego wymaganie art. 30 ust. 1 dotyczy tylko tych danych osobowych, którymi Wykonawca administruje i nie są one związane z zakresem umowy powierzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

57. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §3 pkt 10 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o modyfikację wg poniższego zapisu:

„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego (w ciągu do 24 godzin od uzyskania wiedzy) poinformowania Administratora o (...)”

Wyjaśniamy, że standardem jest informowanie w ciągu 24 godzin, tym bardziej, że zgodnie z art 33 ust 1 RODO administrator ma na zgłoszenie do 72 godzin. W praktyce może nie być możliwe aby w ciągu 12 godzin ocenić wymagane w art 33 ust 3 informacje i rzetelnie zgłosić je do administratora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

58. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §4 pkt 13 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o modyfikację wg poniższego zapisu:

„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień związanych z realizacją Umowy, w tym dotyczących zastosowanych środków ochrony danych osobowych, stwierdzonych podczas kontroli, wskazanych w raporcie podsumowującym ustalenia kontroli, w terminie uzgodnionym z Administratorem danych nie dłuższym niż 14 dni”.



Wyjaśniamy, że termin 7 dni w praktyce może być nie możliwy do dotrzymania w przypadku, gdy hipotetycznie trzeba będzie ponieść nakłady inwestycyjne, gdzie termin może być niezależny od podmiotu przetwarzającego. Wymagania RODO nie nakładają w tym zakresie żadnych wiążących terminów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje do Umowy.

59. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §3 pkt.7.8) projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie licencji na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie w języku angielskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie licencji na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie w języku angielskim.

60. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie dostawcy systemów RIS/PACS oraz o potwierdzenie, że Zamawiający będzie posiadać wolne licencje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada wolnych licencji. Dostawcą systemów RIS/PACS jest CGM Polska Sp. z o.o.

II. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w nn postępowaniu, w zakresie PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 8 do SWZ), poprzez:

- zmianę zapisów pkt 6 dla Zadania nr 2.

III. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone nn pismem - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.platformazakupowa.pl/prn/szpitalepomorskie.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA
dłż. Zamówień Publicznych

Marzena Magulska

