

Milicz, dnia 25.02.2022r.

**Zamawiający:**

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
ul. Grzybowa 1  
56-300 Milicz

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dostawa materiałów opatrunkowych dla Milickiego Centrum Medycznego.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z dnia 18.02.2022**

1. Dotyczy: Pakiet nr 21 – Staplery i ładunki do staplerów

Wnosimy o dopuszczenie w pozycjach nr 13, 14, 15 i 16 w/w pakietu możliwości zaoferowania równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej główki, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie główki staplera po dokonaniu zespolenia.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytania z dnia 21.02.2022**

1. **Pakiet nr 21 – pozycje 13-16**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego staplera okrężnego zakrzywionego nie posiadającego łamanej główki?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. **Pakiet nr 21 – pozycje 15-16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego wygiętego jednorazowego użytku w rozmiarze 32 mm z tytanowymi zszywkami? Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 22 mm.



**Odp.**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, **wyłącznie w zakresie pozycji 15**

**3. Pakiet nr 21 – pozycje 13-16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 13-16 dotyczących staplerów określonych do oddzielnego pakietu?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 16.02.2022**

**Pakiet nr 21**

1. Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 26 mm.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 32 mm.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

3. Czy Zamawiający w pozycji 13, 14, 15 i 16 dopuści zaoferowanie staplerów z głowicą standardową.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie