

LAS-170/1-PN/62-2019

Rybnik, dnia 09.07.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

**WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1**  
**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:**

**dostawy wyrobów medycznych endoskopowych**  
(zamówienie nr LAS-170-PN/62-2019)  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 20.06.2019 r., nr 2019/S 117-286261

**W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.**

**Pytanie 1:** „Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z plecionego drutu o średnicy 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm.”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 2:** „Pakiet 1, poz.1 Prosimy o dopuszczenie równoważnych pętli kolonoskopowych, średnica 15mm, z drutu plecionego o grubości 0,40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy dotyczące zaoferowanej grubości drutu tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 3:** „Pakiet 1, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie równoważnych pętli kolonoskopowych, średnica 25mm, z drutu plecionego o grubości 0,40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy dotyczące zaoferowanej grubości drutu tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 4:** „Pakiet 2, poz 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 24-godzinne sterylnych drenów do pomp perystaltycznych Olympus: zakrętka z odpowietrznikiem, metalowy obciążnik na końcu drenu wkładanego do butelki. Zakrętka kompatybilna z jednorazowymi ogólnodostępnymi butelkami z roztworem płuczającym (Aqua, NaCl), różnych producentów, np.:

**Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



BBraun. Zaciskacz na drenie. Dł. Całkowita drenu ok. 210cm, Etykieta z naklejkami do dokumentacji, zawierającymi datę ważności, nr serii oraz nr katalogowy.”



**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 5:** „Pakiet 1/ pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pętlę elektrochirurgiczną o średnicy pętli 24 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy dotyczące zaoferowanej średnicy pętli tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 23.07.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:

- 1.strona internetowa,
- 2.aa.

**Telefony:**

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

**Fax:** 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001