



Warszawa, dnia 22 GRU. 2023

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 3105/2754/23..

Dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę chromatografów gazowych” WZP-2754/23/171/Z.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga, aby detektory płomieniowo-jonizacyjne FID posiadały konstrukcję, która eliminuje konieczność stosowania gazu pomocniczego (tzw. make-up gazu) w całym zakresie przepływów i stężeń, bez wpływu na parametry techniczne detektora? Zastosowanie takiego rozwiązania w detektorach FID ogranicza zużycie gazu nośnego, a co za tym idzie, zmniejsza koszty eksploatacyjne pracy urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga detektorów FID gwarantujących prawidłowość i powtarzalność detekcji z uwzględnieniem parametrów ich pracy podanych w OPZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wymaga, aby przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej zapewniała precyzyjny i powtarzalny sposób dozowania poprzez wyrównywanie ciśnień, bez efektu rozcieńczania próbki gazem nośnym? Taki sposób dozowania próbki umożliwia regulowanie objętości nastrzyku, gwarantuje minimalizację objętości martwych układu, błędu przenoszenia analitu z poprzedniego nastrzyku oraz brak konieczności stosowania strzykawek i pętli gazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga aby przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej zapewniała precyzyjny i powtarzalny sposób dozowania.

Pytanie nr 13

dotyczy OPZ – Dozownik do kolumn kapilarnych - zmiany w opisie parametrów w związku z odpowiedzią na pytanie 5

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie 5 zawarte w piśmie z dnia 19.12.2023 dotyczącej parametrów dozownika do kolumn kapilarnych, gdzie Zamawiający wykreśla

Wykonano w 1 egz. (a/a)

Wysłano za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sporządził: S. Jastrzębski

zdanie 1 tj.: „automatyczny dozownik split/splitless z programowalną temperaturą odparowania” oraz zdanie 3 tj: „dozownik musi umożliwiać pracę w trybach split, splitless oraz on-column” i wskazuje iż, konstrukcja aparatu nie wymaga stosowania wymienionych trybów, a system ma być zoptymalizowany do analiz alkoholu metodą headspace i dedykowany do tego celu. Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie także czwartego zdania z tabeli tj: „programowana temperatura dozownika w zakresie co najmniej od 50°C do 450°C, z możliwością ustawienia przynajmniej co 1°C”.

Wykonawca oświadcza, że jest w stanie dostarczyć sprzęt zgodny z wymaganiami Zamawiającego dedykowany i optymalizowany do analiz alkoholi metodą headspace, gdzie urządzenie będzie wyposażone w dozownik, który używany będzie wyłącznie do sterowania gazami, nie będzie miał kontaktu z próbką i nie będzie wymagał grzania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie, w tabeli wymagania minimalne – dozownik do kolumn kapilarnych (1 sztuka), wykreśla zdanie czwarte. Urządzenie musi być dedykowane i optymalizowane do analizy alkoholi metodą headspace.

Pytanie nr 14

dotyczy OPZ – Dozownik do kolumn kapilarnych

Zamawiający w tabeli wymagania minimalne dla dozownika do kolumn kapilarnych zamieścił opis parametru o treści: „wyposażony w podwójną ferulę”.

Opisane rozwiązanie jest ukierunkowane pod dane rozwiązanie danych producentów dostępnych na rynku i tym samym wprowadza istotne ograniczenie możliwości dostarczenia zestawów pozostałych producentów na rynku stosujących równoważne rozwiązania, zapewniające pełen zakres funkcjonalno – użytkowy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapewnienie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu i dopuszczenie możliwości zaoferowania przez uczestników postępowania rozwiązań odpowiadających wymogom Zamawiającego, ale posiadających inne rozwiązania techniczne.

Na rynku znajdują się chromatografy gazowe, które podział strumienia umożliwiają dzięki zastosowaniu systemu opartego na użyciu splitera zamiast podwójnej feruli. Są to systemy równoważne, dedykowane i optymalizowane do analiz alkoholi metodą headspace. Na rynku istnieje wiele laboratoriów, które mają zainstalowane z sukcesem takie urządzenia. Jest to sprawdzone rozwiązanie i z powodzeniem stosowane przez placówki analityczne.

Wykonawca zatem zwraca się z prośbą o modyfikację wymagania dla dozownika na poniższą treść:

wyposażony w podwójną ferulę lub spliter rozdzielający strumień.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie, zdanie ostatnie w tabeli wymagania minimalne – dozownik do kolumn kapilarnych (1 sztuka), otrzymuje następujące brzmienie: „wyposażony w podwójną ferulę lub spliter rozdzielający strumień”.

Wykonano w 1 egz. (a/a)

Wysłano za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sporządził: S. Jastrzębski

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, tel. 47 72 303 13, faks 47 72 376 42

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian SWZ:

Rozdz. VIII ust 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, **tj. do dnia 13.04.2024 r.**

Rozdz. XI ust 11 SWZ otrzymuje brzmienie:

- 11. Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2024 r., o godz. 10:00.** Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

Rozdz. XII ust 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. **Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 15.01.2024 r. godz. 10:15.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ należy traktować wiążąco dla stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
mgr Katarzyna JACAK

Wykonano w 1 egz. (a/a)

Wysłano za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sporządził: S. Jastrzębski

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, tel. 47 72 303 13, faks 47 72 376 42