



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: dzp@szpital-nowytomysl.pl
www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.10.24

Nowy Tomyśl, dnia 03.10.2024 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ Nr 2

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu medycznego, łóżek i wyposażenia dla SOR Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający działając na podstawie art. 135 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela poniższych wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 3 z dnia 24.09.2024r. :

1. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający oczekuje łóżka (6 szt. - I pozycja) z kołami o średnicy 125 mm, czy 150 mm - sprzeczne zapisy w tabeli z parametrami technicznymi?

Odp. Zamawiającego:

150 mm.

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Zał. 1A-6 pozycja I. pkt 25 - winno być:

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 25. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | | |
|-----|--|--|--|

2. Jeżeli Zamawiający będzie oczekiwał w przypadku łóżek (6 szt. - I pozycja) kół o średnicy 125 mm to czy dopuści wolną przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynoszącą 153 mm?

Odp. Zamawiającego:

Patrz. Odp. na pyt. 1

3. Czy w przypadku łóżek (6 szt. - I pozycja) Zamawiający dopuści materac o grubości 12 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko (6 szt. - II pozycja) o długości 2185 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 5 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

Zestaw pytań nr 4 z dnia 26.09.2024r. :

CZĘŚĆ 4- SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA PODCZAS ZABIEGU

OPZ:

1. ad.1 Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych składających się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z włókien węglowych, warstwy z pianki przeciwdleźynowej.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści

2. ad.7 Prosimy o dopuszczenie zasilania 180-240 VAC/50-60 Hz
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
3. ad.8 Prosimy o odstąpienie od zapisu „Zasilanie bateryjne z możliwością pracy przez min. 1,5 godz. niezależnie od zasilania z sieci”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu.
4. ad.9 Prosimy o dopuszczenie sterownika z możliwością podłączenia 3 elementów grzewczych jednocześnie-jest to lepszy parametr, który umożliwia efektywniejsze wykorzystanie urządzenia.
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
5. ad.10 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z 3 niezależnymi gniazdami do podłączenia elementów grzewczych.
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
6. ad.18 Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (komunikaty alarmowe wyświetlane w języku polskim dla danego kanału, w którym wystąpił błąd):
- wysokiej temperatury – po przekroczeniu temperatury 41,1 °C
- odchylenia temperatury – odchylenie o ± 1 °C w stosunku do temperatury zaprogramowanej
- niedogrzenia
- alarm maty/czujnika
Czy Zamawiający będzie oczekiwał alarmu zaniku zasilania?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści, ale nie wymaga.
7. ad.20 Prosimy o dopuszczenie Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane.
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
8. ad.21 Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z możliwością zamocowania do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia – w komplecie niezbędny osprzęt.
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
9. ad.24 Prosimy o dopuszczenie wymiarów:230x270x165 mm
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
10. ad.25 Prosimy o dopuszczenie wagi 3,8 kg
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuści
11. ad.26 Prosimy o dopuszczenie maksymalnego poboru mocy: 350W
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuści
12. ad.27 Prosimy o dopuszczenie panelu sterowania wyposażonego w monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 3", z przyciskami pozwalającymi na sterowanie wszystkimi możliwymi kombinacjami systemu ogrzewania na panelu sterującym
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuści

13. ad.28,29,30,31 Prosimy o dopuszczenie wielorazowych elementów grzewczych dostępnych w postaci:

koców – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary: 150x80x10mm cm, posiadającego 10 czujników temperatury, kompatybilne z oferowanym systemem/sterownikiem, w komplecie przewód łączący koc/materac z jednostką sterującą-2 m. W komplecie wymienny pokrowiec zewnętrzny wyposażony w troki do mocowania na stole operacyjnym.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści

14. ad.32 Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych posiadających jedną stronę grzewczą ciepłą - z wyraźnym oznaczeniem.

Informujemy, że tego typu rozwiązanie wpisuje się w ideę ogrzewania kontaktowego i nie powoduje strat energii, jak również ogrzewania otoczenia.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści

15. ad.38 Prosimy o dopuszczenie przewodu 2m

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby dodatkowy przewód przedłużający łączący sterownik z elementem grzewczym miał długość min. 3 m.

Zestaw pytań nr 5 z dnia 27.09.2024r. :

Dotyczy część nr 7

Wózek transportowy do przewozu pacjentów leżących z napędem elektrycznym 2szt.

1. Dot. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 2030x760 mm?

Odp. Zamawiającego:

Tak

2. Dot. pkt. 15 i 16 Czy Zamawiający dopuści barierki wykonane tylko ze wzmocnionego tworzywa i tym samym przyzna dodatkowe 5 pkt w pkt. 16 ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści, ale bez przyznania punktacji.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SWZ

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyszu informuje, że dokonuje zmiany SWZ - Zał. 1A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części 4, 6 i 7 w brzmieniu określonym w odpowiedziach na pytania Wykonawców - zmiany te są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty (zaleca się, aby wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne dopuszczone w odpowiedzi na pytanie w formularzu (Zał. 1A - ..) w konkretnej pozycji opisał zmianę).

Jednocześnie informujemy również, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji do zapisów SWZ Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, ustala termin składania ofert na dzień 14 października 2024r. do godz. 11:00. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Termin składania ofert upływa dnia 14 października 2024r. o godz. 11:00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 14 października 2024r. o godz. 11:15
- Termin związania ofertą upływa w dniu 11.01.2025r.

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/977636> .
W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający działając na podstawie art. 90 wyżej cytowanej ustawy Pzp przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 02.10.2024r. zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ
w Nowym Tomysłu
/-/ Tomasz Przybylski

Sporz. D.Orwat